

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
"SANTOBONO - PAUSILIPON"

Via della Croce Rossa 8 – 80122 - Napoli

AVVISO DI CHIARIMENTI

AORN Santobono-Pausilipon



Prot. nr. 0010214
del 20/06/2018
alle 10:32:08

Oggetto: Fornitura triennale in somministrazione, prorogabile di un ulteriore anno, di SENSORI PER OSSIGENO E SATURIMETRIA CON RELATIVE APPARECCHIATURE IN "SERVICE" (n. 10 lotti distinti)

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, a seguito di richieste di chiarimenti formulate da vari operatori economici, si precisa quanto segue:

CHIARIMENTI CAPITOLATO TECNICO

Richiesta: "Per i saturimetri palmari, ai lotti 4 e 5, viene richiesta batteria lunga durata circa 40 ore. Confermate tale richiesta o trattasi di un refuso?"

Risposta: "La durata della batteria per i saturimetri palmari si rettifica in superiore a 12 ore"

Richiesta: "Lotto 7 - Si prega chiarire la tipologia esatta di prodotto richiesto poiché all'interno della stessa descrizione la tipologia di peso paziente è in chiara contraddizione. Nella parte iniziale viene richiesto SENSORI NEONATALI/ADULTI PESO DA 3 A 40 KG. Mentre nella parte finale viene richiesto PESO <3 e >40 kg. Si suppone che il range di peso corretto sia il secondo (inferiore a 3 kg e superiore a 40 kg.. Prego confermare"

Risposta: "Nella descrizione del lotto 7 la dicitura "PESO DA 3 A 40 KG" è da ritenersi mero refuso e, pertanto, come non apposta". L'indicazione corretta è PESO <3 e >40 kg

Richiesta: "In riferimento ai lotti 5 e 7 prego specificare che differenza c'è tra i prodotti richiesti"

Risposta: "La differenza tra i sensori richiesti al lotto 5 e al lotto 7 è la forma diversa che nel lotto 7 è richiesta ad L"

Richiesta: "Facendo riferimento all'Allegato A1 capitolato tecnico: nella descrizione del lotto 6 viene indicato "sensori pediatrici peso da 3 kg a 40 kg", siamo con la presente a chiedere se l'indicazione di peso è errata e quella corretta è tra 10 kg e 50 kg come del resto da voi descritto al lotto 2"

Risposta: "La descrizione del lotto 6 è confermata"

Richiesta: "Nella descrizione del lotto 7 viene ripetutamente descritto il sensore neonatale/adulto, chiediamo conferma se la descrizione corretta sia quella indicante peso < 3 kg > 40 kg come del resto da voi descritto al lotto 5"

Risposta: "La descrizione del lotto 7 è confermata"

Richiesta: "Nell'allegato 1 capitolato tecnico vengono da voi elencate le caratteristiche tecniche dei saturimetri da banco/trasporto dedicati ai lotti 6, 7, 8, 9 tra cui la misurazione non invasiva dell'emoglobina. Facciamo presente che nella descrizione dei lotti 6 e 7 non viene da voi richiesta la misurazione dell'emoglobina, chiediamo pertanto se tale caratteristica sia stata per errore indicata per i lotti 6 e 7"

Risposta: "Le caratteristiche dei saturimetri da banco/trasporto dedicati ai lotti 6, 7, 8, 9 sono confermate in quanto viene richiesta la misurazione del spHB nel lotto 9"

Richiesta: "Nel disciplinare di gara relativamente alla presentazione di campioni vengono richiesti n.3 sensori ed un apparecchio per tipo. Siamo con la presente a chiedere conferma se il concorrente che partecipa per più lotti offrendo gli stessi apparecchi possa campionare un solo apparecchio per tipo da banco e palmare con targhetta riportante i lotti per cui partecipa e n.3 sensori per ciascun lotto a cui si intende partecipare (nel caso che i lotti di gara prevedano diverse tipologie di sensori)".

Risposta: "Si conferma che il concorrente che partecipa per più lotti possa campionare un solo apparecchio per tipo da banco e palmare e n.3 sensori per ciascun lotto"

CHIARIMENTI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Richiesta: "Si chiede di confermare la possibilità di presentare in lingua originale le certificazioni di qualità e gli eventuali studi clinici"

Risposta: "Si rinvia a quanto previsto dal disciplinare di gara pag. 24"

Richiesta: "Tra la documentazione di gara troviamo anche lo SCHEMA CONTRATTO. Vi prego confermare se da inviarvi insieme alla documentazione di gara nella busta amministrativa e debitamente compilato"

Risposta: "Lo schema contratto non deve essere inviato insieme alla documentazione di gara"


Richiesta: "Si prega confermare se sia possibile offrire prodotti identici su lotti diversi (esempio prodotto XXX offerto sia per il lotto 5 sia per il lotto 7)"

Risposta: "Si, è possibile"

Richiesta: "Recentemente l'autorità anti corruzione ANAC ha stabilito che "le caratteristiche della Certificazione UNI EN ISO 13485 conferiscono all'operatore economico un "quid pluris" rispetto ai requisiti della più generale certificazione UNI EN ISO 9001:2000, in quanto attinenti ai requisiti specifici che la norma ISO impone agli operatori che esercitano sul mercato dei dispositivi medici. Alla luce di quanto sopra, siamo a richiederVi se sia possibile quindi per noi emettere una fidejussione bancaria provvisoria e relativo impegno del fideiussore a valore ridotto del 50%"

Risposta: "Si rinvia a quanto previsto al punto 14 pag. 21 del disciplinare di gara"

Il Direttore S.C. Acquisizione Beni e Servizi



Il R.U.P.



IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Maria Minicucci

