

U.O.C. PATOLOGIA CLINICA

Ospedale SANTOBONO Via Mario Fiore,6 – 80129 Napoli Tel.: 081.2205787– Fax: 081.2205782

Direttore: Dr. Alberto Micillo Tel.: 081.2205788

A Direttore dell' UOC Acquisizione Beni e Servizi

A Direttore del Dipartimento dei Servizi Sanitari

Oggetto: Parere tecnico e di conformità relativo a: RDO n. 2862968 - Fornitura con posa in opera, di durata triennale, nelle modalità del Service Full Risk di un sistema per il dosaggio della Fenilalanina comprensivo di analiti per le esigenze della UOC Patologia Clinica del PO Santobono – valore complessivo della fornitura euro 135.000,00, oltre l'IVA – Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.


In riferimento alla richiesta di parere tecnico e di conformità di cui all'oggetto, inoltrata per e-mail dalla UOC Acquisizione Beni e Servizi al Direttore della UOC Patologia Clinica, si riferisce che dall'esame della documentazione inviata, si evince che è pervenuta l'offerta dalla seguente ditta:

- PERKIN ELMER (Unica ditta partecipante)

Tuttavia si evidenzia che la ditta PERKIN ELMER ha presentato un'offerta che risulta non conforme alle caratteristiche richieste nel capitolato, per cui non è stata ammessa a valutazione.

Infatti nel capitolato è richiesto: *"L'impresa aggiudicataria si assume l'obbligo di fornire apparecchiature di produzione corrente, nuove di fabbrica, modelli di recente immissione sul mercato, non ricondizionate né riassemblate"*, ma, in risposta a tale richiesta, la suddetta ditta, nel Questionario Tecnico, dichiara: *"Le apparecchiature sono già presenti ed in uso presso il Laboratorio dell'Ospedale Santobono"*, facendo intendere di non fornire apparecchiature nuove, ma di utilizzare quelle già in uso.

Napoli: 30/09/2021



Distinti saluti.

Il Direttore

A.O.R.N. "SANTOBONO PAUSILIPON"

U.O.C. PATOLOGIA CLINICA

Ospedale SANTOBONO

Via Mario Fiore, 6 - 80126 Napoli

Direttore: Dr. Alberto Micillo