

## Relazione della Commissione Tecnica

**Oggetto: procedura di gara sottosoglia mediante richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della P.A. n. 2754261 per la "fornitura, con posa in opera, di n. 1 (una) ambulanza di tipo C (unità mobile di terapia intensiva) comprensiva di dispositivi medici ed accessori elettromedicali per le esigenze dell'AORN Santobono-Pausilipon" – importo complessivo a base di gara euro 150.000,00 + IVA.**

In riferimento alla gara in oggetto (indetta con Deliberazione del D.G. n. 138 del 01/03/2021) la Commissione Tecnica, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 9/04/2021, a seguito dello studio della documentazione acquisita ed agli atti d'ufficio effettuato nei giorni:

- **13/05/2021** (dalle ore 09.30 alle ore 12.30 presso il P.O. Santobono sita in Napoli alla via Mario Fiore, 6) seduta riservata per studio documentazione acquisita;
- **25/05/2021** (dalle ore 12.30 alle ore 13.30 presso il P.O. Santobono sita in Napoli alla via Mario Fiore, 6) seduta riservata per studio documentazione acquisita;
- **31/05/2021** (dalle ore 15.40 alle ore 17.30 presso il P.O. Santobono sita in Napoli alla via Mario Fiore, 6) seduta riservata per studio documentazione acquisita;

relaziona quanto segue:

l'unica ditta a presentare offerta per la procedura di gara in oggetto è la ditta **"Orion S.r.l."**; l'offerta tecnica presentata dalla ditta "Orion S.r.l." non soddisfa completamente le richieste di quest'Azienda relativamente al punto H (Dispositivi medici ed apparecchiature elettromedicali) del capitolato tecnico.

In particolare, dalla documentazione presentata dalla ditta "Orion Srl" ed agli atti di questa Commissione, non si evince che l'offerta comprenda i seguenti beni richiesti da quest'Azienda nel capitolato tecnico:

- relativamente al ventilatore non si evince che esso sia *"completo di tutti i raccordi, connettori, riduttori ad innesto per collegamento a fonte di ossigeno centralizzata e bombola"* e *"completo di 10 circuiti riutilizzabili pediatrici ed adulti, n. 5 valvola espiratoria adulto e pediatrica sterilizzabili, n. 2 celle ossigeno, n.5 sensori di flusso, sensori per capnografi per 10 misurazioni, n. 10 maschere total face misura s/m/l comprensiva di tutti gli accessori e raccordi per collegamento paziente/ventilatore"*;
- relativamente al defibrillatore – monitor non si evince che esso sia completo di *"5 coppie di*

*piastre monouso certificate per l'uso su pazienti adulti, pediatrici e neonatali (5 coppie per tipologia di paziente indicato); n.5 rotoli di carta termica; n.2 connettori con bracciali NIBP misura adulto pediatrico sensore; n. 2 connettori con sensori SpO2 misura adulto pediatrico; n. 2 cavi per ECG a 12 derivazioni con 20 kit a 10 elettrodi (suddivisi in misura adulto pediatrico);*

- relativamente al videolaringoscopio per intubazioni difficili non si evince che esso sia completo di "lame monouso curve mis. 1-2-3-4 (n. 10 per ogni misura); lame tipo aBlade per intubazioni difficili pediatriche (n.10)".

Per le motivazioni di cui sopra questa Commissione Tecnica esclude la ditta "Orion S.r.l." dalla gara in oggetto.

Napoli, 11.06.2021

**La Commissione Tecnica**

Presidente: Dott.ssa C. Bencivenga *Carmela Bencivenga*

Componente: Dott. C. Capelli *C. Capelli*

Componente: Sig. A. Sacco *A. Sacco*