

Verbale n. 13 del 30.11.2020

Prova pratica apparecchiature - Commissione Giudicatrice

Oggetto: Gara aperta per l'affidamento della fornitura in sette lotti distinti di apparecchiature elettromedicali per Radiologia – Anestesia – Rianimazione – Cardiopneumologia per i PP.OO. Santobono e Pausilipon – Importo complessivo posto a base di gara € 1.119.000,00 oltre iva.

L'anno 2020 il giorno **trenta** del mese di **novembre** alle ore **10:00**, negli uffici della Direzione Medica del PO Santobono dell'Azienda Ospedaliera Santobono – Pausilipon, in Via Mario Fiore – Napoli si riunisce la Commissione di gara nominata con Delibera D.G. n. 72 del 30.01.2020 e successiva Delibera DG n. 169 del 02.03.2020, che risulta così costituita:

- PRESIDENTE: Eduardo Ruotolo – Dirigente Medico c/o Direzione Sanitaria del P.O. Santobono;
- COMPONENTE: Francesco Esposito – Dirigente Medico c/o Radiologia del P.O. Santobono;
- COMPONENTE: Maria Erennia Vitullo – Dirigente Medico c/o Rianimazione del P.O. Santobono;
- COMPONENTE: Dott. Giangiacomo Di Nardo – Direttore della UOSD Cardiologia Pediatrica del PO Santobono;
- COMPONENTE: Dott.ssa Naclerio Anna – Dirigente Medico c/o UOC Pneumologia del PO Santobono;
- SEGRETARIO: Dott.ssa Erica Ferri – Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, in teleconferenza tramite sistema informatico "Cisco Webex";

La Commissione si riunisce per la prova pratica dell'apparecchiatura offerta dalla Ditta Esaote s.p.a., Lotto 6, giusta convocazione prot n. 20097 del 4.11.2020. Per la Ditta Esaote s.p.a. è presente il Dr. Mario De Masi, invitato a partecipare alla presente seduta, con convocazione prot. n. 20097 del 04.11.2020, così come previsto dall'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto.

Tanto premesso, la Commissione di gara dà avvio della prova pratica dell'apparecchiatura.

Sono stati effettuati esami dal vivo con l'uso diversi preset ed utilizzando tutte le sonde offerte con esame diagnostico sulla medesima collaboratrice infermieristica, di cui al verbale n. 12 che precede, in servizio presso l'AORN *Santobono Pausilipon*, che si presta volontariamente quale *paziente*.

Al termine della prova, l'apparecchiatura è riconsegnata al Dr. Mario De Masi, delegato dell'Operatore Economico Esaote s.p.a., interessato dalle operazioni di verifica effettuate, il quale si impegna e dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:

"Alla fine del periodo di utilizzo dell'apparecchiatura, e comunque, prima della riconsegna del bene al nostro trasportatore, ogni immagine esistente all'interno o qualsivoglia dato anche parziale riferibile ai pazienti, sarà cancellata".

La Commissione si aggiorna alla prossima seduta di prova pratica delle apparecchiature, prevista in prosieguo in data odierna 30.11.2020, e termina i lavori alle ore 10:25.

Del che è verbale che letto confermato è sottoscritto.

- PRESIDENTE: Dr. Eduardo Ruotolo _____;
- COMPONENTE: Dr. Francesco Esposito _____;
- COMPONENTE: Dr.sa Maria Erennia Vitullo _____;
- COMPONENTE: Dott. Giangiacomo Di Nardo _____;
- COMPONENTE: Dott.ssa Naclerio Anna _____;
- SEGRETARIO: Dr.sa Erica Ferri _____;
- L'Operatore Economico Esaote s.p.a. _____;