

**Verbale n. 3 del 21.12.2021**

**Oggetto: PROCEDURA DI GARA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. N. 2848175 PER LA FORNITURA URGENTE DI GUANTI MONOUSO PER LE NECESSITA' DEI PP.OO. SANTOBONO E PAUSILIPON PER LA DURATA DI MESI 7 (SETTE) – IMPORTO A BASE DI GARA € 148.939,80 + IVA**

L'anno 2021 il giorno ventuno (21) del mese di dicembre alle ore 10:35, negli uffici della Sede Amministrativa dell'Azienda Ospedaliera Santobono – Pausilipon di Via Teresa Ravaschieri (Già Via della Croce Rossa), 8 – Napoli sono presenti in seduta riservata e telematica, così come previsto dall'art. 4 del Disciplinare di Gara, sulla piattaforma AcquistinretePA, giusta comunicazione alle ditte partecipanti attraverso il sistema MEPA di cui alla nota del 15/12/2021, i componenti del Seggio di Gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, nominato con determina dirigenziale n. 725 del 27.09.2021, che risulta così costituito:

**PRESIDENTE** Dr.ssa Erica Ferri – Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;  
**COMPONENTE TECNICO** Dr.ssa Paola Lucugnano – Dirigente Farmacista c/o AORN Santobono Pausilipon;  
**COMPONENTE** Alessandro Dumont – Collaboratore Amministrativo Prof.le c/o la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi che svolgerà le funzioni di Segretario.

Il Seggio di gara, accertata la regolarità della propria costituzione, preliminarmente prende atto:

- che questa A.O.R.N., con deliberazione del Direttore Generale n. 445 del 13.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, ha indetto la procedura come in oggetto menzionata, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che in data 18.08.2021 sono state inviate RDO 2848175 aperte a tutti gli operatori del MEPA, del bando di riferimento;
- che alle ore 15:00 del giorno 10.09.2021 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte;
- che hanno presentato offerta attraverso la piattaforma di e-procurement AcquistinretePA i seguenti concorrenti per la RDO 2848175:

#	Denominazione concorrente	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	B.BRAUN	Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5	10/09/2021 14:02:28
2	BERICAH	Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5	09/09/2021 15:34:35
3	BROS A.D.S. SERVICE	Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5	10/09/2021 14:38:24
4	CARTARIA ITALIANA	Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5	10/09/2021 13:13:04
5	CLINI-LAB S.R.L.	Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5	07/09/2021 12:05:30

#	Denominazione concorrente	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
6	ETELWEB S.R.L.	Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5	01/09/2021 16:02:41
7	EUROSETA FASHION SRL	Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5	06/09/2021 16:36:38
8	F.A.S.E.	Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5	02/09/2021 11:25:09
9	FARMA HOSPITAL SRLS	Lotto 1	08/09/2021 11:50:36
10	MEA GROUP	Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5	07/09/2021 14:20:19
11	NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L. A S.U.	Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5	08/09/2021 15:50:20
12	NOBIL ITALY SRL	Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5	10/09/2021 12:44:00
13	VITALEX HC SRL	Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5	03/09/2021 10:06:39
14	VS MEDICALSUD SRL	Lotto 3, Lotto 5	10/09/2021 10:16:5

- che con verbale n. 1 del Seggio di gara dell'11.10.2021 si è proceduto all'apertura delle buste amministrative digitali delle ditte partecipanti. A seguito della verifica amministrativa venivano ammesse tutte le ditte di cui sopra ad eccezione delle ditte CARTARIA ITALIANA, ETELWEB SRL, FARMA HOSPITAL SRLS e NOBIL ITALY S.r.l., VS MEDICAL SUD S.r.l., che sono state ammesse con riserva. e delle ditte FASE e BROS ADS, che sono state escluse per non aver presentato la campionatura nei termini stabiliti dal Disciplinare di gara.
- che, con verbale n. 2 del 4.11.2021, il seggio di gara ha proceduto all'esclusione della ditta VS MEDICAL SUD S.r.l., atteso che il contratto di avvalimento presentato non risulta essere sottoscritto in forma olografa da nessuna delle ditte contraenti ed, inoltre, il file digitale contenente il contratto in argomento, risulta essere sottoscritto soltanto dalla Ditta VS Medicalsud S.r.l., giusta verifica di validità della firma digitale attraverso applicativo InfoCert in data 4.11.2021. Nella medesima seduta, il seggio ha poi provveduto all'ammissione delle ditte CARTARIA ITALIANA, ETELWEB SRL, FARMA HOSPITAL SRLS e NOBIL ITALY S.r.l., VS MEDICAL SUD S.r.l. che hanno dato adeguato riscontro alle istanze di soccorso istruttorio e ha proceduto all'apertura delle buste telematiche presenti sul MEPA relative alle offerte tecniche delle ditte ammesse al prosieguo della procedura.

Tanto premesso, il Seggio di Gara prende atto che con nota MEPA del 4.11.2021 è stata comunicata l'esclusione alla ditta VS MEDICAL SUD S.r.l..

Successivamente il Seggio di Gara prende atto di quanto dichiarato dal componente tecnico Dott.ssa Paola Lucignano di cui alla nota prot. 25319 del 21.12.2021 in merito alla valutazione di conformità al capitolato dei prodotti offerta, come di seguito riportato:



Lotto di partecipazione MEPA	Descrizione	Operatore economico	Conformità/Non conformità	Ammessa/Esclusa
1	GUANTI MONOUSO NON STERILI IN NITRILE SENZA POLVERE VARIE MISURE	B.BRAUN	CONFORME	<b>AMMESSA</b>
		FARMA HOSPITAL SRLS	NON CONFORME (vedi allegato)	NON AMMESSA
		NACATUR INTERNATIONAL	CONFORME	<b>AMMESSA</b>
		VITALEX HC SRL	NON CONFORME (vedi allegato)	NON AMMESSA
2	GUANTI CHIRURGICI STERILI IN MATERIALE SINTETICO TIPO POLICLOROPRENE PRIVI DI LATTICE, SENZA POLVERE, MISURE VARIE	NACATUR INTERNATIONAL	CONFORME	<b>AMMESSA</b>
3	GUANTI IN VINILE AMBIDESTRI MONOUSO NON STERILI, ANALLERGICI, SENZA POLVERE LUBRIFICANTE, PRIVI DI LATTICE, ASSENZA DI FTALATI, VERSIONE LUNGA O CORTA, MISURA MEDIA	B.BRAUN	CONFORME	<b>AMMESSA</b>
		BERICAH	NON CONFORME (vedi allegato)	NON AMMESSA
		CARTARIA ITALIANA	NON CONFORME (vedi allegato)	NON AMMESSA
		CLINI-LAB S.R.L.	CONFORME	<b>AMMESSA</b>
		ETELWEB S.R.L.	NON CONFORME (vedi allegato)	NON AMMESSA
		EUROSETA FASHION SRL	NON CONFORME (vedi allegato)	NON AMMESSA
		MEA GROUP	NON CONFORME (vedi allegato)	NON AMMESSA
		NACATUR INTERNATIONAL	CONFORME	<b>AMMESSA</b>
		NOBIL ITALY SRL	NON CONFORME (vedi allegato)	NON AMMESSA
		VITALEX HC SRL	NON CONFORME (vedi allegato)	NON AMMESSA
4	GUANTI IN VINILE AMBIDESTRI MONOUSO NON STERILI, ANALLERGICI, SENZA POLVERE LUBRIFICANTE, PRIVI DI LATTICE, ASSENZA DI FTALATI, VERSIONE	B.BRAUN	CONFORME	<b>AMMESSA</b>
		BERICAH	NON CONFORME (vedi allegato)	NON AMMESSA
		CARTARIA ITALIANA	NON CONFORME (vedi allegato)	NON AMMESSA
		CLINI-LAB S.R.L.	CONFORME	<b>AMMESSA</b>
		ETELWEB S.R.L.	NON CONFORME	NON AMMESSA

	LUNGA O CORTA, MISURA XL	(vedi allegato)		
		EUROSETA FASHION SRL	NON CONFORME (vedi allegato)	NON AMMESSA
		MEA GROUP	NON CONFORME (vedi allegato)	NON AMMESSA
		NACATUR INTERNATIONAL	CONFORME	AMMESSA
		NOBIL ITALY SRL	NON CONFORME (vedi allegato)	NON AMMESSA
		VITALEX HC SRL	NON CONFORME (vedi allegato)	NON AMMESSA
5	GUANTI IN VINILE AMBIDESTRI MONOUSO NON STERILI, ANALLERGICI, SENZA POLVERE LUBRIFICANTE, PRIVI DI LATTICE, ASSENZA DI FTALATI, VERSIONE LUNGA O CORTA, MISURA SMALL	B.BRAUN	CONFORME	<b>AMMESSA</b>
		BERICAH	NON CONFORME (vedi allegato)	NON AMMESSA
		CARTARIA ITALIANA	NON CONFORME (vedi allegato)	NON AMMESSA
		CLINI-LAB S.R.L.	CONFORME	<b>AMMESSA</b>
		ETELWEB S.R.L.	NON CONFORME (vedi allegato)	NON AMMESSA
		EUROSETA FASHION SRL	NON CONFORME (vedi allegato)	NON AMMESSA
		MEA GROUP	NON CONFORME (vedi allegato)	NON AMMESSA
		NACATUR INTERNATIONAL	CONFORME	<b>AMMESSA</b>
		NOBIL ITALY SRL	NON CONFORME (vedi allegato)	NON AMMESSA
		VITALEX HC S.r.l.	NON CONFORME (vedi allegato)	NON AMMESSA

Pertanto, il Seggio di Gara dispone:

- l'esclusione dal seguito della procedura della ditta FARMA HOSPITAL limitatamente al lotto MEPA n. 1;
- l'esclusione dal seguito della procedura della ditta VITALEX HC limitatamente al lotto MEPA n. 1;
- l'esclusione dal seguito della procedura della ditta BERICAH limitatamente al lotto MEPA n. 3, 4 e 5;
- l'esclusione dal seguito della procedura della ditta CARTARIA ITALIANA limitatamente al lotto MEPA n. 3, 4 e 5;
- l'esclusione dal seguito della procedura della ditta ETELWEB limitatamente al lotto MEPA n. 3, 4 e 5;
- l'esclusione dal seguito della procedura della ditta EUROSETA FASHION limitatamente al lotto MEPA n. 3, 4 e 5;
- l'esclusione dal seguito della procedura della ditta MEA GROUP limitatamente al lotto MEPA n. 3, 4 e 5;
- l'esclusione dal seguito della procedura della ditta NOBIL ITALY limitatamente al lotto MEPA n. 3, 4 e 5;
- l'esclusione dal seguito della procedura della ditta VITALEX HC limitatamente al lotto MEPA n. 3, 4 e 5.




Successivamente, in seduta riservata e telematica sulla piattaforma AcquistinretePA, giusta comunicazione di inizio lavori alle ditte partecipanti del 15.12.2021, trasmessa sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, il Seggio di Gara procede all'apertura delle buste telematiche relative alle offerte economiche ammesse ed alla verifica della conformità delle stesse a quanto previsto dal disciplinare. Si procede quindi, alla lettura delle offerte economiche e del relativo dettaglio secondo quanto di seguito riportato:

Lotto di partecipazione MEPA	Descrizione	Operatore economico	Importo offerto	Aggiudicatario
1	GUANTI MONOUSO NON STERILI IN NITRILE SENZA POLVERE VARIE MISURE	B.BRAUN	€ 1.080,00	
		NACATUR INTERNATIONAL	€ 1.056,00	<b>Aggiudicatario</b>
2	GUANTI CHIRURGICI STERILI IN MATERIALE SINTETICO TIPO POLICLOROPRENE PRIVI DI LATTICE, SENZA POLVERE, MISURE VARIE	NACATUR INTERNATIONAL	€ 14.400,00	<b>Aggiudicatario</b>
3	GUANTI IN VINILE AMBIDESTRI MONOUSO NON STERILI, ANALLERGICI, SENZA POLVERE LUBRIFICANTE, PRIVI DI LATTICE, ASSENZA DI FTALATI, VERSIONE LUNGA O CORTA, MISURA MEDIA	B.BRAUN	€ 28.000,00	
		CLINI-LAB S.R.L.	€ 19.840,00	<b>Aggiudicatario</b>
		NACATUR INTERNATIONAL	€ 36.800,00	
4	GUANTI IN VINILE AMBIDESTRI MONOUSO NON STERILI, ANALLERGICI, SENZA POLVERE LUBRIFICANTE, PRIVI DI LATTICE, ASSENZA DI FTALATI, VERSIONE LUNGA O CORTA, MISURA XL	B.BRAUN	€ 28.000,00	
		CLINI-LAB S.R.L.	€ 19.840,00	<b>Aggiudicatario</b>
		NACATUR INTERNATIONAL	€ 36.800,00	
5	GUANTI IN VINILE AMBIDESTRI MONOUSO NON STERILI, ANALLERGICI, SENZA POLVERE LUBRIFICANTE, PRIVI DI LATTICE, ASSENZA DI FTALATI, VERSIONE LUNGA O CORTA, MISURA SMALL	B.BRAUN	€ 21.070,00	
		CLINI-LAB S.R.L.	€ 14.929,60	<b>Aggiudicatario</b>
		NACATUR INTERNATIONAL	€ 27.692,00	

Il Seggio di Gara propone, pertanto, l'aggiudicazione a favore delle Ditte che hanno proposto l'unica offerta valida pari od inferiore all'importo a base di gara o il prezzo più basso per ciascun lotto e termina i lavori, chiudendo la seduta riservata e telematica sul MEPA, alle ore 11:15. Gli atti vengono rimessi al Responsabile del Procedimento per il seguito di competenza. Del che è verbale, che viene letto confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE Dott.ssa Erica Ferri  
 COMPONENTE TECNICO Dr.ssa Paola Lucugnano  
 COMPONENTE Alessandro Dumont



*fe* *AS*

**OGGETTO: PROCEDURA DI GARA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. N. 2848175 PER LA FORNITURA URGENTE DI GUANTI MONOUSO PER LE NECESSITA' DEI PP.OO. SANTOBONO E PAUSILIPON PER LA DURATA DI MESI 7 (SETTE) – IMPORTO A BASE DI GARA € 148.939,80 + IVA – TRASMISSIONE PARERE TECNICO DI VALUTAZIONE DEI GUANTI**

Dall'esame delle schede tecniche e della campionatura si evince quanto segue:

**LOTTO 1 - GUANTI MONOUSO NON STERILI IN NITRILE SENZA POLVERE VARIE MISURE**

I prodotti offerti dalle ditte Nacatur e B. Braun sono conformi al capitolato.

I prodotti offerti dalle Ditte Vitalex e Farma Hospital non sono conformi in quanto, dall'esame della campionatura, risultano estremamente sottili e sono soggetti a facile rottura, e pertanto risultano inadatti all'uso.

**LOTTO 2 - GUANTI CHIRURGICI STERILI IN MATERIALE SINTETICO TIPO POLICLOROPRENE PRIVI DI LATTICE, SENZA POLVERE, MISURE VARIE**

I prodotti offerti dalla Ditta Nacatur sono conformi al capitolato.

**LOTTO 3 - GUANTI IN VINILE AMBIDESTRI MONOUSO NON STERILI, ANALLERGICI, SENZA POLVERE LUBRIFICANTE, PRIVI DI LATTICE, ASSENZA DI FTALATI, VERSIONE LUNGA O CORTA, MISURA MEDIA**

I prodotti offerti dalle Ditte Nacatur, B. Braun e Clinilab sono conformi al capitolato.

Ditta Vitalex: non conforme al capitolato in quanto ha offerto guanti costituiti da una miscela di vinile e di nitrile invece di solo vinile come richiesto dal capitolato.

Ditta Nobil: non conforme al capitolato in quanto nella scheda tecnica non risulta l'assenza di ftalati e dalla certificazione si evince solo la conformità EN 455 1,2,3 e EN 374 1,5,

Ditta Euroseta: non conforme al capitolato in quanto manca la certificazione EN 455-3 richiesta in capitolato e viene certificata solo EN 455-4 non riscontrata sulla confezione del campione;

Ditta Etelweb: non conforme in quanto dall'esame della scheda tecnica non risulta l'assenza di ftalati;

Ditta Mea Group: non conforme in quanto dall'esame della scheda tecnica non risulta l'assenza di ftalati e di lattice; inoltre, dal certificato di analisi la presenza degli ftalati (DEHP+DBP+BBP+DIBP) è dello 0,1%;

Ditta Bericah: non conforme in quanto nella scheda tecnica non risulta l'assenza di ftalati;

Ditta Cartaria: non conforme in quanto nella scheda tecnica non risulta l'assenza di ftalati come richiesto in capitolato.

**LOTTO 4 – GUANTI IN VINILE AMBIDESTRI MONOUSO NON STERILI, ANALLERGICI, SENZA POLVERE LUBRIFICANTE, PRIVI DI LATTICE, ASSENZA DI FTALATI, VERSIONE LUNGA O CORTA, MISURA XL**

I prodotti offerti dalle Ditte Nacatur, B. Braun e Clinilab sono conformi al capitolato.

Ditta Vitalex: non conforme al capitolato in quanto ha offerto guanti costituiti da una miscela di vinile e di nitrile invece di solo vinile come richiesto dal capitolato.

*Perla* *incubano*



*See*

Ditta Nobil: non conforme al capitolato in quanto nella scheda tecnica non risulta l'assenza di ftalati e dalla certificazione si evince solo la conformità EN 455 1,2,3 e EN 374 1,5,  
Ditta Euroseta: non conforme al capitolato in quanto manca la certificazione EN 455-3 richiesta in capitolato e viene certificata solo EN 455-4 non riscontrata sulla confezione del campione;  
Ditta Etelweb: non conforme in quanto dall'esame della scheda tecnica non risulta l'assenza di ftalati;  
Ditta Mea Group: non conforme in quanto dall'esame della scheda tecnica non risulta l'assenza di ftalati e di lattice; inoltre, dal certificato di analisi la presenza degli ftalati (DEHP+DBP+BBP+DIBP) è dello 0,1%;  
Ditta Bericah: non conforme in quanto nella scheda tecnica non risulta l'assenza di ftalati come richiesto in capitolato;  
Ditta Cartaria: non conforme in quanto nella scheda tecnica non risulta l'assenza di ftalati come richiesto in capitolato.

**LOTTO 5 - GUANTI IN VINILE AMBIDESTRI MONOUSO NON STERILI, ANALLERGICI, SENZA POLVERE LUBRIFICANTE, PRIVI DI LATTICE, ASSENZA DI FTALATI, VERSIONE LUNGA O CORTA, MISURA SMALL**

I prodotti offerti dalle Ditte Nacatur, B. Braun e Clinilab sono conformi al capitolato.

Ditta Vitalex: non conforme al capitolato in quanto ha offerto guanti costituiti da una miscela di vinile e di nitrile invece di solo vinile come richiesto dal capitolato.  
Ditta Nobil: non conforme al capitolato in quanto nella scheda tecnica non risulta l'assenza di ftalati e dalla certificazione si evince solo la conformità EN 455 1,2,3 e EN 374 1,5,  
Ditta Euroseta: non conforme al capitolato in quanto manca la certificazione EN 455-3 richiesta in capitolato e viene certificata solo EN 455-4 non riscontrata sulla confezione del campione;  
Ditta Etelweb: non conforme in quanto dall'esame della scheda tecnica non risulta l'assenza di ftalati;  
Ditta Mea Group: non conforme in quanto dall'esame della scheda tecnica non risulta l'assenza di ftalati e di lattice; inoltre, dal certificato di analisi la presenza degli ftalati (DEHP+DBP+BBP+DIBP) è dello 0,1%;  
Ditta Bericah: non conforme in quanto nella scheda tecnica non risulta l'assenza di ftalati come richiesto in capitolato;  
Ditta Cartaria: non conforme in quanto nella scheda tecnica non risulta l'assenza di ftalati come richiesto in capitolato.

Dirigente Farmacista  
Dott.ssa Paola Lucugnano

*Paola Lucugnano*

*[Signature]*