

**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale  
ad Alta Specializzazione  
"Santobono Pausilipon"**

Via della Croce Rossa,8 - 80122 Napoli  
Codice Fiscale/Partita Iva n. 06854100630

**P.O. PAUSILIPON**

DIPARTIMENTO di ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA

Direttore :Dott. Giuseppe Menna

IVD CARDIONCOLOGIA

Dirigente Medico: Dott.ssa Anita Antignano

OGGETTO: Relazione tecnica per l'acquisto ecocardiografo Lotto 2

Dopo attenta analisi del questionario tecnico e relative schede tecniche, si evidenzia che la ditta Esaote che ha offerto il sistema My-Lab-OMEGA presenta come modulo 3D-4D, un sistema esclusivamente di tipo ginecologico-ostetrico e non cardiologico come in oggetto al lotto 2 (capitolato tecnico per la fornitura con posa in opera di **ECOCARDIOGRAFO** portatile di fascia ALTA).

In considerazione della richiesta di acquisire una apparecchiatura per l'UOSD di Cardioncologia , si ritiene non adatta l'apparecchiatura offerta dalla ditta Esaote in quanto il modulo opzionale 3D-4D viene richiesto tra le caratteristiche minime. Pertanto l'offerta non è valutabile.

La ditta Medisol con il modello GE-VIVID-IQ Premium viene offerto con il modulo opzionale 3D-4D ad uso esclusivamente cardiologico con sonda TEE 6 VTD.

Napoli 04/03/2022

In fede



**Dott.ssa ANITA ANTIGNANO**  
**CARDIOLOGA**

Ordine dei Medici NA-21505

**A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON**  
**UOSD RADIOLOGIA PAUSILIPON**  
Resp.: Dott. Eugenio Rossi  
NA 27831

Qualità del colore	Punti qualità attribuiti Commissario 3	0,00	8,00
	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00
	Giudizio Commissario 1	0,00	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	9,00
	Giudizio Commissario 2	0,00	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	0,00	9,00
	Giudizio Commissario 3	0,00	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	0,00	9,00
	Punti massimi attribuibili	12,00	12,00
	Giudizio Commissario 1	0,00	0,90
Qualità diagnostica	Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	10,80
	Giudizio Commissario 2	0,00	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	0,00	10,80
	Giudizio Commissario 3	0,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	0,00	12,00
	Punti massimi attribuibili	5,00	5,00
Capacità di archiviazione, reporting e calcolo	Punti massimi attribuibili	5,00	5,00
	Giudizio Commissario 1	0,00	1,00



*Aut. Antignano*

**Dott.ssa ANITA ANTIGNANO**  
CARDIOLOGA  
Ordine dei Medici NA 21505

**A.O.R.N. SANTORONO PAUSILIPON**  
UOSD RADIOLOGIA PAUSILIPON  
Resp.: Dott. Eugenio Rossi  
NA.27831

*Aut. Antignano*

LOTTO 02

		Esate	Medisol
Semplicità, ingombro e facilità utilizzo	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00
	Giudizio Commissario 1	0,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	10,00
	Giudizio Commissario 2	0,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	0,00	10,00
	Giudizio Commissario 3	0,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	0,00	10,00
	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00
	Giudizio Commissario 1	0,00	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	8,00
Giudizio Commissario 2	0,00	0,80	
Punti qualità attribuiti Commissario 2	0,00	8,00	
Giudizio Commissario 3	0,00	0,80	
Imaging bidimensionale, Seconda armonica			



Ordine del Medico N° 21502  
CARDIOPATIA  
Dott.ssa ANITA ANGIANO

IN 22831  
Resp.: Dott. Eugenio Rossi  
NOSTRA RADIOLOGIA PAUSILIPON  
V.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON

Garanzia e manutenzione (minimo 24 mesi). Per l'estensione della garanzia, la ditta potrà, se lo ritiene opportuno, estendere il servizio di manutenzione full risk (oltre periodo minimo di 24 mesi) per la durata sotto indicata, acquisendo il punteggio qualità relativo: Estensione del servizio di manutenzione full risk di ulteriori 36 mesi punti 3  
 Estensione del servizio di manutenzione full risk di ulteriori 24 mesi punti 2  
 Estensione del servizio di manutenzione full risk di ulteriori 12 mesi punti 1

Punti massimi attribuibili

3,00

3,00

Giudizio Commissario 1	0,00	0,33
Punti qualità attribuiti commissario1	0,00	1,00
Giudizio Commissario 2	0,00	0,33
Punti qualità attribuiti commissario2	0,00	1,00
Giudizio Commissario 3	0,00	0,33
Punti qualità attribuiti commissario3	0,00	1,00



*[Handwritten signature]*

A.O.R.N. SANTORONO PAUSILLIPON  
 USOD RADIOLOGIA PAUSILLIPON  
 Resp.: Dott. Eugenio Rossi  
 NA 27831

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Dott.ssa ANITA ANTIGNANO  
 RADIOLOGIA  
 Ordine dei Medici NA 21505  
*[Handwritten signature]*

21/5/05



Caratteristiche delle sonde, anche opzionali, così come eventuali software avanzati	Punti qualità attribuiti	0,00	5,00
	Commissionario 1		
	Giudizio Commissario 2	0,00	1,00
	Punti qualità attribuiti		
	Commissionario 2	0,00	5,00
	Giudizio Commissario 3	0,00	1,00
	Punti qualità attribuiti		
	Commissionario 3	0,00	5,00
	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00
	Giudizio Commissario 1	0,00	1,00
Funzioni avanzate offerte in configurazione base	Punti qualità attribuiti	0,00	10,00
	Commissionario1	0,00	7,00
	Giudizio Commissario 2	0,00	0,60
	Punti qualità attribuiti	0,00	6,00
	Commissionario2	0,00	0,70
	Giudizio Commissario 3	0,00	0,70
	Punti qualità attribuiti	0,00	7,00
	Commissionario3	0,00	7,00
	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	Esate	Medisol
Punti qualità attribuiti Comm.1	0,00	60,80
Punti qualità attribuiti Comm.2	0,00	59,80
Punti qualità attribuiti Comm.3	0,00	62,00
Media dei punti di qualità attribuiti	0,00	60,87
Punteggio massimo attribuito	60,87	
<b>TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE</b>	<b>Esate</b>	<b>Medisol</b>
Coefficiente di riparametrizzazione	0,00	1,00
<b>RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI</b>	<b>Esate</b>	<b>Medisol</b>
Punti qualità riparametrizzati	0,00	70,00

*Carta Defipuro e ODH Ne 4505*



**AORN SANTOBONO PAUSILIPON**  
**UNO RADIOLOGIA PAUSILIPON**  
 Resp.: Dott. Eugenio Rossi  
 NA 27631

*[Handwritten signature]*

**Dott.ssa ANITA ANTIGNANO**  
**CARDIOLOGA**  
 Ordine dei Medici NA 21505  
*[Handwritten signature]*

*Foto di...*

*[Signature]*  
AORN SANTOBONO PAUSILIPON  
RADIOLOGIA GENERALE  
DIRETTORE  
DOTT.  
MASSIMO ZECCOLINI

*[Signature]*  
Dott.ssa ANITA ANTIGNANO  
CARDIOLOGA  
Ordine dei Medici NA 21505

*[Signature]*  
A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON  
USO RADIOLOGIA PAUSILIPON  
Resp.: Dott. Eugenio Rossi  
NA 27831

*[Signature]* a. v. s. n. re 21505

LOTTO 02	
DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
Esate	0
Medisol	70

## MEDISOL

Giudizio 1 l'ingombro è ritenuto eccellente per peso ed imensioni. La tastiera è siliconata e quindi di facile disinfezione e di bassa contaminazione. La durata batteria è ritenuta altamente adeguata. Il carrello è del tipo autoalimentato

**Giudizio 2** Ottimo numero di canali e DR. Range sonde nella media. Buona prerogative della qualità B Mode

**Giudizio 3** Elevato valore dei KHz in CFM (27,2). Frame rate nella media

**Giudizio 4** Monitor LED 15,4". Campi di applicazione tutti. Ottimizzazione automatica continua e dinamica. Eccellente valore in KHz del doppler PW. Buon frame rate

**Giudizio 5** Archiviazione integrata eccellente. Reporting e calcolo buono per tutti

**Giudizio 6** Si evince sonda cardio neonatale. Ottima sonda hokey Stick da 18 MHz. Le sonde descrivono la multifrequenza. Peso sonda microconvex contenuto. Descrizione dettagliata delle specifiche dei trasduttori offerti

**Giudizio 7** funzioni avanzate utili offerte



A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON  
UOSD RADIOLOGIA PAUSILIPON  
Resp.: Dott. Eugenio Rossi  
NA 27831

*Aut. Aut. pub. u. ord. n. 21505*

Dott.ssa ANITA ANTIGNANO  
CARDIOLOGA  
Ordine dei Medici NA 21505

*Aut. Aut. pub.*