

UOSD ENDOSCOPIA DIGESTIVA ED URGENZE GASTROENTEROLOGICHE

Resp. Dott. Mariano Caldore

AORN Santobono - Pausilipon



Prot. nr. 0022225
del 11/11/2021
alle 11:23

UOC Acquisizione beni e servizi

E.Ferri

Oggetto: Parere tecnico in merito l'apparecchiatura per videocapsula proposta in gara.

Si è presa visione di tutta la documentazione. La strumentazione risulta idonea in età pediatrica, valida per la durata di 15 ore della batteria, durata congrua per l'esigenza dell'indagine, valida per l'acquisizione delle immagini di n.frame di 35/secondo che permettono ottima visione endoscopica, valida per capacità del software di elaborare l'acquisizione delle immagini in tempi adeguati, con risoluzione d'immagine qualitativamente alta, angolo di visione di 170° valore previsto per la singola videocamera e con funzionalità e semplicità di sistema abbastanza intuitivo.

Napoli 10 /11 /2021

Dott. M.Caldore

Dott.ssa C. Bucci

Dott P. Quitadamo

Maria Cella

Bunde

Rob Quibobaud

LOTTO 01		
		Medtronic Italia S.p.a.
Durata batteria	Punti massimi attribuibili	10,00
	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	10,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	10,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
Velocità di acquisizione delle immagini (n.frame/secondo)	Punti qualità attribuiti Commissario 3	10,00
	Punti massimi attribuibili	10,00
	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	10,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	10,00
	Giudizio Commissario 3	1,00

Alone Calu.
Sue
Rob Quinolaud

	Punti qualità attribuiti Commissario 3	10,00
soluzione immagini	Punti massimi attribuibili	15,00
	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	15,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	15,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
angolo di visione	Punti qualità attribuiti Commissario 3	15,00
	Punti massimi attribuibili	15,00
	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	15,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	15,00
onalità e semplicità sistema	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	15,00
	Punti massimi attribuibili	10,00
	Giudizio Commissario 1	1,00

Manabu

Blue

Rob & No down

	Punti qualità attribuiti Commissario 1	10,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	10,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	10,00
Capacità del software di elaborare l'acquisizione delle immagini	Punti massimi attribuibili	10,00
	Giudizio Commissario 1	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	10,00
	Giudizio Commissario 2	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	10,00
	Giudizio Commissario 3	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario3	10,00

LOTTO 01

LA PUNTI ATTRIBUITI	Medtronic Italia S.p.a.
ti qualità attribuiti Comm.1	70,00
ti qualità attribuiti Comm.2	70,00
ti qualità attribuiti Comm.3	70,00
dei punti di qualità punti	70,00
ggio massimo attribuito	70,00
LA COEFFICIENTI DI AMETRIZZAZIONE	Medtronic Italia S.p.a.
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00
PUNTI DI QUALITA' AMETRIZZATI	Medtronic Italia S.p.a.
Punti qualità riparametrizzati	70,00

*Mario Calchi
Bucci
Roberto Bucci*

LOTTO 01						AGGIUDICATARIA
						Medtronic Italia S.p.a.
70% qualità - 30% prezzo						PUNTEGGIO TOTALE
DITTE	PUNTI QUALITA'	PUNTI PPBasso	PREZZO OFFERTO	PREZZO BASE GARA		PREZZO PIU' BASSO
				63.000,000		
Medtronic Italia S.p.a.	70	30	58.770,000			100
NOTE						