


LOTTO 7		
Set aghi per infusione intraossea composto da cannula e mandrino in acciaio inox attacco luer lock standard calibro ago 15G di lungh.15mm/25mm/45mm+linea di connessione La ditta aggiudicataria del presente lotto si impegna a fornire in "service" n.10 trapani PER INFUSIONE INTRAOSSEA		TELEFLEX MEDICAL
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	30.00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	24.00
	Giudizio Commissario 2	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	24.00
	Giudizio Commissario 3	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	24.00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	20.00
Maneggevolezza e facilità d'uso (facilità di penetrazione e posizionamento)	Giudizio Commissario 1	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	16.00
	Giudizio Commissario 2	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	16.00
	Giudizio Commissario 3	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	16.00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20.00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	16.00
	Giudizio Commissario 2	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	16.00
	Giudizio Commissario 3	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	16.00



LOTTO 7

Set aghi per infusione intraossea
composto da cannula e mandrino in
acciaio inox attacco luer lock standard
calibro ago 15G di
lunghezza 15mm/25mm/45mm+linea di
connessione La ditta
aggiudicataria del presente lotto si
impegna a fornire in "service" n.10
trapani PER INFUSIONE INTRAOSSEA

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	TELEFLEX MEDICAL
Punti qualità attribuiti Comm.1	56.00
Punti qualità attribuiti Comm.2	56.00
Punti qualità attribuiti Comm.3	56.00
Media dei punti di qualità attribuiti	56.00
Punteggio massimo attribuito	56.00
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	TELEFLEX MEDICAL
Coefficiente di riparametrizzazione	1.00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	TELEFLEX MEDICAL
Punti qualità riparametrizzati	70.00



LOTTO 7

AGGIUDICATARIA

70% qualità - 30% prezzo

DESERTO



NOTE	
------	--



LOTTO 8						
Dispositivo a circuito chiuso a doppia via con prolunga e due clamp a pressione neutra per infusione o prelievo da utilizzare per vie venose/arteriose a lunga permanenza con basso spazio morto completamente trasparente e con valvola interna in silicone che si chiude automaticamente al momento del distacco della siringa dal dispositivo.		BENEFIS	MULTIMEDICAL	ICU MEDICAL EUROPE	BEMAR ITALIA	TAU MEDICA
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
	Giudizio Commissario 2	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
	Giudizio Commissario 3	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Maneggevolezza e facilità d'uso (facilità di penetrazione e posizionamento)	Giudizio Commissario 1	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
	Giudizio Commissario 2	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
	Giudizio Commissario 3	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
	Giudizio Commissario 2	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
	Giudizio Commissario 3	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00

LOTTO 8

Dispositivo a circuito chiuso a doppia via con prolunga e due clamp a pressione neutra per infusione o prelievo da utilizzare per vie venose/arteriose a lunga permanenza con basso spazio morto completamente trasparente e con valvola interna in silicone che si chiude automaticamente al momento del distacco della siringa dal dispositivo.

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	BENEFIS	MULTIMEDICAL	ICU MEDICAL EUROPE	BEMAR ITALIA	TAU MEDICA
Punti qualità attribuiti Comm.1	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00
Punti qualità attribuiti Comm.2	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00
Punti qualità attribuiti Comm.3	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00
Media dei punti di qualità attribuiti	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00
Punteggio massimo attribuito	49.00				
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	BENEFIS	MULTIMEDICAL	ICU MEDICAL EUROPE	BEMAR ITALIA	TAU MEDICA
Coefficiente di riparametrizzazione	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	BENEFIS	MULTIMEDICAL	ICU MEDICAL EUROPE	BEMAR ITALIA	TAU MEDICA
Punti qualità riparametrizzati	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00



LOTTO 8

Dispositivo a circuito chiuso a doppia via con prolunga e due clamp a pressione neutra per infusione o prelievo da utilizzare per vie venose/arteriose a lunga permanenza con basso spazio morto completamente trasparente e con valvola interna in silicone chesi chiude.

[illegible]

[illegible]

LOTTO 9						
Dispositivo a circuito chiuso a pressione neutra per infusione o prelievo da utilizzare per vie venose/arteriose a lunga permanenza con basso spazio morto completamente trasparente e con valvola interna in silicone che si chiude automaticamente al momento del distacco della siringa dal dispositivo.		BENEFIS	MULTIMEDICAL	ICU MEDICAL EUROPE	BEMAR ITALIA	TAU MEDICA
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
	Giudizio Commissario 2	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
	Giudizio Commissario 3	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Maneggevolezza e facilità d'uso (facilità di penetrazione e posizionamento)	Giudizio Commissario 1	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
	Giudizio Commissario 2	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
	Giudizio Commissario 3	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
	Giudizio Commissario 2	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
	Giudizio Commissario 3	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

LOTTO 9

Dispositivo a circuito chiuso a pressione neutra per infusione o prelievo da utilizzare per vie venose/arteriose a lunga permanenza con basso spazio morto completamente trasparente e con valvola interna in silicone che si chiude automaticamente al momento del distacco della siringa dal dispositivo.

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	BENEFIS	MULTIMEDICAL	ICU MEDICAL EUROPE	BEMAR ITALIA	TAU MEDICA
Punti qualità attribuiti Comm.1	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00
Punti qualità attribuiti Comm.2	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00
Punti qualità attribuiti Comm.3	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00
Media dei punti di qualità attribuiti	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00
Punteggio massimo attribuito	49.00				
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	BENEFIS	MULTIMEDICAL	ICU MEDICAL EUROPE	BEMAR ITALIA	TAU MEDICA
Coefficiente di riparametrizzazione	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	BENEFIS	MULTIMEDICAL	ICU MEDICAL EUROPE	BEMAR ITALIA	TAU MEDICA
Punti qualità riparametrizzati	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00

89

78

115

LOTTO 9

Dispositivo a circuito chiuso a pressione neutra per infusione o prelievo da utilizzare per vie venose/arteriose a lunga permanenza con basso spazio morto completamente trasparente e con valvola interna in silicone che si chiude automaticamente al momento del distacco della

[illegible]

[illegible]

LOTTO 10					
kit cateteri centrali ad inserzione periferica percutanea tipo "picc"POWER INJECTION" monouso sterili in poliuretano a punta aperta con microintroduttore e sistema di fissaggio suturless monolume 3 Fr		BARD	SEDA	EUROHOSPITEK	ATE MEDICAL INNOVATION
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	30.00	30.00	30.00	30.00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	0.70	0.80	0.70	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	21.00	24.00	21.00	24.00
	Giudizio Commissario 2	0.70	0.80	0.70	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	21.00	24.00	21.00	24.00
	Giudizio Commissario 3	0.70	0.80	0.70	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	21.00	24.00	21.00	24.00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	20.00	20.00	20.00	20.00
Maneggevolezza e facilità d'uso (facilità di penetrazione e posizionamento)	Giudizio Commissario 1	0.60	0.70	0.60	0.90
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12.00	14.00	12.00	18.00
	Giudizio Commissario 2	0.60	0.70	0.60	0.90
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	12.00	14.00	12.00	18.00
	Giudizio Commissario 3	0.60	0.70	0.60	0.90
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	12.00	14.00	12.00	18.00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20.00	20.00	20.00	20.00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	0.60	0.70	0.60	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12.00	14.00	12.00	14.00
	Giudizio Commissario 2	0.60	0.70	0.60	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	12.00	14.00	12.00	14.00
	Giudizio Commissario 3	0.60	0.70	0.60	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	12.00	14.00	12.00	14.00

LOTTO 10

kit cateteri centrali ad inserzione periferica percutanea tipo "picc"POWER INJECTION"
monouso sterili in poliuretano a punta aperta con microintroduttore e sistema di
fissaggio suturless monolume 3 Fr

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	BARD	SEDA	EUROHOSPITEK	ATE MEDICAL INNOVATION
Punti qualità attribuiti Comm.1	45.00	52.00	45.00	56.00
Punti qualità attribuiti Comm.2	45.00	52.00	45.00	56.00
Punti qualità attribuiti Comm.3	45.00	52.00	45.00	56.00
Media dei punti di qualità attribuiti	45.00	52.00	45.00	56.00
Punteggio massimo attribuito	56.00			
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	BARD	SEDA	EUROHOSPITEK	ATE MEDICAL INNOVATION
Coefficiente di riparametrizzazione	0.80	0.93	0.80	1.00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	BARD	SEDA	EUROHOSPITEK	ATE MEDICAL INNOVATION
Punti qualità riparametrizzati	56.25	65.00	56.25	70.00

LOTTO 10

kit cateteri centrali ad inserzione periferica
percutanea tipo "picc"POWER INJECTION" monouso
sterili in poliuretano a punta aperta con
microintroduttore e sistema di fissaggio suturless
monolume 3 Fr

DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
BARD	56.25
SEDA	65
EUROHOSPITEK	56.25
ATE MEDICAL INNOVATION	70



[illegible]

LOTTO 11							
Kit cateteri centrali ad inserzione periferica percutanea tipo "picc" POWER INJECTION" monouso sterili in poliuretano a punta aperta con microintroduttore e sistema di fissaggio suturless monolume 4 Fr		TELEFLEX MEDICAL	BARD	SEDA	EUROHOSPITEK	VYGON	ATE MEDICAL INNOVATION
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
	Giudizio Commissario 2	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
	Giudizio Commissario 3	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Maneggevolezza e facilità d'uso (facilità di penetrazione e posizionamento)	Giudizio Commissario 1	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
	Giudizio Commissario 2	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
	Giudizio Commissario 3	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
	Giudizio Commissario 2	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
	Giudizio Commissario 3	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00

LOTTO 11

Kit cateteri centrali ad inserzione periferica percutanea tipo "picc"POWER INJECTION" monouso sterili in poliuretano a punta aperta con microintroduttore e sistema di fissaggio suturless monolume 4 Fr

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	TELEFLEX MEDICAL	BARD	SEDA	EUROHOSPITEK	VYGON	ATE MEDICAL INNOVATION
Punti qualità attribuiti Comm.1	49.00	49.00	21.00	21.00	21.00	49.00
Punti qualità attribuiti Comm.2	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00
Punti qualità attribuiti Comm.3	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00
Media dei punti di qualità attribuiti	49.00	49.00	7.00	7.00	7.00	49.00
Punteggio massimo attribuito	49.00					
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	TELEFLEX MEDICAL	BARD	SEDA	EUROHOSPITEK	VYGON	ATE MEDICAL INNOVATION
Coefficiente di riparametrizzazione	1.00	1.00	0.14	0.14	0.14	1.00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	TELEFLEX MEDICAL	BARD	SEDA	EUROHOSPITEK	VYGON	ATE MEDICAL INNOVATION
Punti qualità riparametrizzati	70.00	70.00	7.00	7.00	7.00	70.00

LOTTO 11

Kit cateteri centrali ad inserzione periferica
percutanea tipo "picc" POWER INJECTION monouso
sterili in poliuretano a punta aperta con
microintroduttore e sistema di fissaggio suturless
monolume 4 Fr

[illegible]

[illegible]

LOTTO 12						
Kit cateteri centrali ad inserzione periferica percutanea tipo "picc" POWER INJECTION" monouso sterili in poliuretano a punta aperta con microintroduttore e sistema di fissaggio suturless monolume 5 Fr		BARD	SEDA	EUROHOSPITEK	VYGON ITALIA	ATE MEDICAL INNOVATION
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
	Giudizio Commissario 2	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
	Giudizio Commissario 3	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Maneggevolezza e facilità d'uso (facilità di penetrazione e posizionamento)	Giudizio Commissario 1	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
	Giudizio Commissario 2	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
	Giudizio Commissario 3	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
	Giudizio Commissario 2	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
	Giudizio Commissario 3	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00

LOTTO 12


Kit cateteri centrali ad inserzione periferica percutanea tipo "picc" POWER INJECTION" monouso sterili in poliuretano a punta aperta con microintroduttore e sistema di fissaggio suturless monolume 5 Fr

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	BARD	SEDA	EUROHOSPITEK	VYGON ITALIA	ATE MEDICAL INNOVATION
Punti qualità attribuiti Comm.1	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00
Punti qualità attribuiti Comm.2	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00
Punti qualità attribuiti Comm.3	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00
Media dei punti di qualità attribuiti	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00
Punteggio massimo attribuito	49.00				
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	BARD	SEDA	EUROHOSPITEK	VYGON ITALIA	ATE MEDICAL INNOVATION
Coefficiente di riparametrizzazione	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	BARD	SEDA	EUROHOSPITEK	VYGON ITALIA	ATE MEDICAL INNOVATION
Punti qualità riparametrizzati	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00

LOTTO 12

Kit cateteri centrali ad inserzione periferica
percutanea tipo "picc" POWER INJECTION" monouso
sterili in poliuretano a punta aperta con
microintroduttore e sistema di fissaggio suturless
monolume 5 Fr

DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
BARD	70
SEDA	70
EUROHOSPITEK	70
VYGON ITALIA	70
ATE MEDICAL INNOVATION	70



[illegible]

the
of

LOTTO 13				
kit cateteri centrali ad inserzione periferica percutanea tipo "picc"POWER INJECTION" monouso sterili in poliuretano a punta aperta con microintroduttore e sistema di fissaggio suturless bilume 4 Fr		BARD	EUROHOSPITEK	ATE MEDICAL INNOVATION
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	30.00	30.00	30.00
Qualità ed affidabilità dei componenti	Giudizio Commissario 1	0.70	0.70	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	21.00	21.00	24.00
	Giudizio Commissario 2	0.70	0.70	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	21.00	21.00	24.00
	Giudizio Commissario 3	0.70	0.70	0.80
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	21.00	21.00	24.00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	20.00	20.00	20.00
Maneggevolezza e facilità d'uso (facilità di penetrazione e posizionamento)	Giudizio Commissario 1	0.70	0.70	0.90
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	14.00	14.00	18.00
	Giudizio Commissario 2	0.70	0.70	0.90
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	14.00	14.00	18.00
	Giudizio Commissario 3	0.70	0.70	0.90
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	14.00	14.00	18.00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	20.00	20.00	20.00
Supporti tecnici a disposizione (pubblicazioni scientifiche, bibliografie, certificazione controlli di qualità e puntuale assistenza scientifica)	Giudizio Commissario 1	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	14.00	14.00	14.00
	Giudizio Commissario 2	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	14.00	14.00	14.00
	Giudizio Commissario 3	0.70	0.70	0.70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	14.00	14.00	14.00

LOTTO 13

kit cateteri centrali ad inserzione periferica percutanea tipo
 "picc"POWER INJECTION" monouso sterili in poliuretano a punta aperta
 con microintroduttore e sistema di fissaggio suturless bilume 4 Fr

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	BARD	EUROHOSPITEK	ATE MEDICAL INNOVATION
Punti qualità attribuiti Comm.1	49.00	49.00	56.00
Punti qualità attribuiti Comm.2	49.00	49.00	56.00
Punti qualità attribuiti Comm.3	49.00	49.00	56.00
Media dei punti di qualità attribuiti	49.00	49.00	56.00
Punteggio massimo attribuito	56.00		
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	BARD	EUROHOSPITEK	ATE MEDICAL INNOVATION
Coefficiente di riparametrizzazione	0.88	0.88	1.00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	BARD	EUROHOSPITEK	ATE MEDICAL INNOVATION
Punti qualità riparametrizzati	61.25	61.25	70.00

LOTTO 13

kit cateteri centrali ad inserzione periferica
percutanea tipo "picc"POWER INJECTION" monouso
sterili in poliuretano a punta aperta con
microintroduttore e sistema di fissaggio suturless
bilume 4 Fr

DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
BARD	61.25
EUROHOSPITEK	61.25
ATE MEDICAL INNOVATION	70



[illegible]