

Verbale n. 6 del 10.03.2022

Oggetto: Procedura di gara aperta per l'affidamento della fornitura triennale, in somministrazione, di presidi ortopedici di osteosintesi e dispositivi per sala operatoria - sostituti ossei - dispositivi medici di ortopedia per pronto soccorso – (CIG 8311221C87 lotto 1 di 106 lotti) – Importo triennale posto a base di gara € 6.270.354,00 oltre iva.

L'anno 2022 il giorno 10 del mese di marzo alle ore 09:10 negli uffici della Sede Amministrativa dell'Azienda Ospedaliera Santobono – Pausilipon di Via Teresa Ravaschieri, 8 – Napoli sono presenti, in n **seduta riservata**, i componenti della Commissione di Gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, giusta convocazione agli atti trasmessa a mezzo mail in data 03.03.2022, nominata giusta Delibera del Commissario Straordinario n. 217 del 7.10.2020 e successiva Delibera di rettifica del Direttore Generale n. 19 del 13.1.2021, che risulta così costituita:

PRESIDENTE: Dr. Vincenzo Fuschillo – Dirigente medico presso U.O.C. Ortopedia dell'AORN Santobono Pausilipon;

COMPONENTE: Dr.sa Angela Colomba Bonagura – Dirigente farmacista presso U.O.C. Farmacia dell'AORN Santobono Pausilipon;

COMPONENTE: Dr.sa Annalisa Granata – Dirigente medico presso U.O.C. Direzione Medica P.O. Santobono;

SEGRETARIO: RUP sig. Oreste Balletta della U.O.C. *Acquisizione Beni e Servizi*;

È altresì presente il supporto giuridico al RUP, nella persona del Dott. Giuseppe Ravo della U.O.C. *Acquisizione Beni e Servizi*.

I componenti della Commissione dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non versare in alcuna situazione di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016, o d'incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis comma 1, lett. C) del D.lgs. 165/2001.

La Commissione di gara, pertanto, accertata la regolarità della propria costituzione prende atto:



- che, con deliberazione del Direttore Generale n. 285 del 29.4.2020, e successiva Delibera di rettifica n. 317 del 19.5.2020, è stata indetta la procedura di gara come in oggetto menzionata, da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 95, comma 10 bis, D.lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che con Delibera del Direttore Generale n. 52 del 9.7.2020, sono stati rettificati “l'Allegato al Capitolato tecnico con criteri di punteggio” e “l'Allegato all'offerta economica”, inoltre sono stati rettificati i termini di presentazione delle offerte economiche, fissati per le ore 13:00 del giorno 15.09.2020 anziché il giorno 15.07.2020 alle ore 13:00;
- che è stato pubblicato un avviso di “**chiarimenti n. 01**” prot. AORN n. 15821 del 7.9.2020 e prot. Siaps n. PI022846-20;
- che, pertanto, a seguito della relativa pubblicità, effettuata ai sensi della vigente normativa per le forniture di beni e servizi eccedenti la soglia comunitaria, alle ore 13:00 del giorno 15.9.2020 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte;
- che hanno presentato offerta, nei termini previsti, attraverso la piattaforma di e-procurement SIAPS i seguenti concorrenti, così come rilevati dal sistema, per rispettivi lotti di partecipazione:

n	Ragione Sociale	Partita IVA	E-Mail	Lotti Offerti	Registro di Sistema	Data ricezione
1	Essity Italy S.p.a.	03318780966	ufficiogare@pec.essityitaly.it	3,4,102,103,5,6	PI037367-20	09/09/2020 10:18:02
2	Artsanity s.r.l.	03190310262	ARTSANITY@LEGALMAIL.IT	5,7,1,2,3,4	PI037511-20	09/09/2020 16:21:19
3	Fin-Ceramica Faenza	01025400399	finceramica@pec.finceramica.it	104	PI037753-20	10/09/2020 15:36:05
4	Medix Italia	08566910017	medixitalia@legalmail.it	106	PI037854-20	11/09/2020 13:42:39
5	Citiefte S.r.l. a socio unico	00516271202	commerciale@pec.citiefte.com	17,8,18,14,9,20,29,30,31,32,33,34,60,66,73,81,15,16	PI037860-20	11/09/2020 15:12:22



 1
 ACB

6	Limacorporate S.p.a.	01427710304	ufficiogare.limalto@legalmail.it	30,31,32,33,20,24,25,26,27,29,71,82,96,14,15,16,17,18,19,8,9,10,11,12,13,34,35,36,70	PI037890-20	11/09/2020 18:46:15
7	Johnson & Johnson Medical S.p.a.	08082461008	johnsonejohnsonmedical@postecert.it	71,37,38,40,46,50,52,55,56,29,30,31,74,57,58,61,62,63,64,69,65,67,68,75,76,77,78,79,80,81,82,88,94,96,70,35,36	PI037895-20	11/09/2020 19:50:59
8	Svas Biosana S.p.a.	01354901215	gare.svas@pec.it	89	PI037916-20	14/09/2020 08:31:24
9	Mikai S.p.a.	00972790109	mikai@pec.mikai.it	62,63,66,68,36,37,86,82	PI037980-20	14/09/2020 11:27:46
10	D.M.R. Medical S.r.l.	07972521210	dmr-medical@arubapec.it	52,58	PI038043-20	14/09/2020 14:17:01
11	Santex S.p.a.	00860580158	ufficiogare@cert.santex.it	102	PI038049-20	14/09/2020 14:31:52
12	Cavallaro s.r.l.	06716210635	pec@cavallaropec.it	12,14,16,17,18,19,20,97,1,3,4,7,8,9,10,11	PI038060-20	14/09/2020 14:49:22
13	Smith & Nephew Srl.	00953780962	smith.nephew.asdtender@pec.it	61,62,38,51,78,79,80,54,56,59,63,64,68,60	PI038081-20	14/09/2020 15:44:02
14	Orthofix S.r.l.	08976680150	ufficiogare@pec.orthofix.it	68,73,76,77,56,57,58,82,86,105,60,61,62,37,51,63,64,67	PI038125-20	14/09/2020 16:23:24
15	UberRos S.p.a.	01799221005	uberrosspa@pec.it	90,91,92,101,52,58,87,89	PI038143-20	14/09/2020 17:09:41
16	Activa s.r.l.	01535310427	ACTIVASRL@SICUREZZAPOSTALE.IT	104,105	PI038144-20	14/09/2020 17:12:13
17	Zimmer Biomet Italia S.r.l. (ex Zimmer s.r.l.)	09012850153	zimmer_gare@legalmail.it	38,39,41,18,19,20,29,30,31,32,33,34,36,37,80,81,88,101,12,14,15,16,17,42,43,50,8,9,10,11,51,54,63	PI038157-20	14/09/2020 18:32:48
18	Rival S.r.l.	08864001212	rival.srl@pec.it	32,33,34,36,37,58,39,41,42,43,44,52,61,71,77	PI038158-20	14/09/2020 18:38:45
19	Strykeritalia S.r.l. s.u.	06032681006	tenders.pec@strykeritalia.legalmail.it	18,19,59,60,61,62,63,64,65,66,68,76,96,105,37,38,39,20,40,41,42,43,44,46,49,51,52,54	PI038159-20	14/09/2020 23:51:59
20	Medifix s.r.l.	02658740614	certificata@pec.medifix.it	30,36,58,70	PI038174-20	15/09/2020 09:53:58
21	Hachiko Medical S.r.l.	03830250712	info@pec.hachikommedical.com	98,99,100	PI038243-20	15/09/2020 11:02:50
22	Medifor s.r.l.	07516631210	info@mediforsrl.it	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,41,43,83,101,104,106	PI038257-20	15/09/2020 11:43:32
23	AZ hospital Srl.	01387091216	azhospital@pec.it	93,106	PI038259-20	15/09/2020 11:47:22

24	Innomed S.r.l.	04494451216	innomed@legalmail.it	45,72,73,74,82,83,84,79,8 0,81,75,76,77,78	PI038289-20	15/09/2020 12:55:44
----	----------------	-------------	----------------------	---	-------------	---------------------

Che, come da verbali n. 1 del 29.9.2020, n. 2 del 4.11.2020, n. 3 del 17.11.2020 e n. 4 del 22.12.2020 del Seggio di gara, e successiva determina n. 1030 del 24.12.2020 del Direttore della U.O.C. *Acquisizione Beni e Servizi*, all'esito della valutazione della documentazione amministrativa prodotta dagli Operatori economici candidati alla partecipazione è stata disposta l'esclusione dal prosieguo della procedura degli Operatori economici **CAVALLARO S.r.l.** e **RIVAL S.r.l.** e l'ammissione alla procedura di gara dei restanti Operatori Economici offerenti così come di seguito riportati:

n	Ragione Sociale	E-Mail	Lotti Offeriti
1	Essity Italy Spa.	ufficiogare@pec.essityitaly.it	3,4,102,103,5,6
2	Artsanity S.r.l.	artsanity@legalmail.it	5,7,1,2,3,4
3	Fin-ceramica Faenza	finceramica@pec.finceramica.it	104
4	Medix Italia	medixitalia@legalmail.it	106
5	Citiefte S.r.l. a socio unico	commerciale@pec.citiefte.com	17,8,18,14,9,20,29,30,31,32,33,34,60,66,73,81,15,16
6	Limacorporate S.p.a.	ufficiogare.limalto@legalmail.it	30,31,32,33,20,24,25,26,27,29,71,82,96,14,15,16,17,18,19,8,9,10,11,12,13,34,35,36,70
7	Johnson & Johnson Medical S.p.a.	johnsonejohnsonmedical@postecert.it	71,37,38,40,46,50,52,55,56,29,30,31,74,57,58,61,62,63,64,69,65,67,68,75,76,77,78,79,80,81,82,88,94,96,70,35,36
8	Svas Biosana S.p.a.	gare.svas@pec.it	89
9	Mikai S.p.a.	mikai@pec.mikai.it	62,63,66,68,36,37,86,82
10	D.M.R. Medical S.r.l.	dmr-medical@arubapec.it	52,58
11	Santex S.p.a.	ufficiogare@cert.santex.it	102
12	Smith & Nephew Srl.	smith.nephew.asdtender@pec.it	61,62,38,51,78,79,80,54,56,59,63,64,68,60
13	Orthofix S.r.l.	ufficiogare@pec.orthofix.it	68,73,76,77,56,57,58,82,86,105,60,61,62,37,51,63,64,67
14	UberRos S.p.a.	uberrosspa@pec.it	90,91,92,101,52,58,87,89
15	Activa S.r.l.	activasrl@sicurezza postale.it	104,105
16	Zimmer Biomet Italia S.r.l. (ex Zimmer S.r.l.)	zimmer_gare@legalmail.it	38,39,41,18,19,20,29,30,31,32,33,34,36,37,80,81,88,101,12,14,15,16,17,42,43,50,8,9,10,11,51,54,63
17	Stryker Italia S.r.l. s.u.	tenders.pec@strykeritalia.legalmail.it	18,19,59,60,61,62,63,64,65,66,68,76,96,105,37,38,39,20,40,41,42,43,44,46,49,51,52,54
18	Medifix S.r.l.	certificata@pec.medifix.it	30,36,58,70
19	Hachiko Medical S.r.l.	info@pec.hachikommedical.com	98,99,100
20	Medifor S.r.l.	info@mediforsrl.it	8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,41,43,83,101,104,106
21	AZ hospital Srl.	azhospital@pec.it	93,106
22	Innomed S.r.l.	innomed@legalmail.it	45,72,73,74,82,83,84,79,80,81,75,76,77,78

- che, come da verbale n. 5 del 27.4.2021, la Commissione di gara ha proceduto, in seduta pubblica telematica, all'apertura delle buste digitali contenenti le offerte tecniche degli operatori economici ammessi ed alla verifica della completezza delle stesse secondo quanto richiesto dal disciplinare della procedura di gara;
- che, come da richiesta del Presidente della Commissione prot. n. 9704 del 13.05.2021, con nota trasmessa a mezzo SIAPS, registro di sistema PI035620-21 del 17.5.2021, è stata richiesta agli Operatori economici offerenti, la consegna di campioni dei prodotti offerti da recapitare, ai sensi dell'art. 5 del Capitolato speciale d'appalto, a pena di esclusione entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 28.5.2021;
- che come da verbale di consegna dei plichi pervenuti del RUP alla Commissione di gara, tutti gli Operatori economici hanno provveduto alla consegna dei campioni dei prodotti offerti ad eccezione dell'Operatore economico **Medix Italia**, e, pertanto, ai sensi dell'art. 5 del Capitolato speciale d'appalto, rubricato "Campionatura", l'operatore economico è escluso dalla procedura di gara.

Tanto premesso, si dà atto che è stata definita - nelle riunioni riservate, riportate nel verbale allegato della commissione di gara - la valutazione delle offerte tecniche, con l'attribuzione dei punteggi di qualità con le modalità indicate nel disciplinare di gara, come da schede di valutazione e relazione riepilogativa dei punteggi allegate al





presente verbale, quale parte integrante dello stesso.

I punteggi di qualità vengono riportati nella piattaforma informatica SIAPS.


La Commissione termina i lavori alle ore **12:20** e si aggiorna alla seduta pubblica prevista in prosieguo per la comunicazione agli operatori economici dei punteggi tecnici attribuiti e per la conseguente apertura delle buste digitali contenenti le offerte economiche.

Del che è verbale, che letto, confermato è sottoscritto.

PRESIDENTE: **Dr. Vincenzo Fuschillo** ;

COMPONENTE **Dr.sa Angela Colomba Bonagura** ;

COMPONENTE: **Dr.sa Annalisa Granata** ;

SEGRETARIO: **RUP sig. Oreste Balletta** ;



*Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione
"Santobono - Pausilipon"*
*Via Teresa Ravaschieri n. 8
Già Via della Croce Rossa n.8 - 80122 Napoli
Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630*

VERBALE GARA SOSTITUTI OSSEI

In data 3.6.2021 si è insediata la commissione tecnica costituita dal dott. Vincenzo Fuschillo (in qualità di presidente) dalla dott.ssa Angela Colomba Bonagura (in qualità di componente) e dalla dott.ssa Annalisa Granata (in qualità di componente).

Gli incontri della commissione tecnica sono stati effettuati nelle seguenti date:

15.06.2021; 20.07.2021; 15.09.2021; 28.09.2021; 11.10.2021; 12.10.2021; 10.11.2021; 16.11.2021;
18.11.2021; 26.11.2021; 22.12.2021; 10.1.2022; 12.01.2022; 17.1.2022; 24.1.2022; 25.01.2022; 27.1.2022;
04.02.2022; 10.02.2022; 17.02.2022; 24.02.2022; 02.03:2022; 3.03.2022.

Durante i primi incontri la commissione tecnica ha valutato le offerte delle ditte raffrontandole al c.s.a.

Successivamente, dopo l'arrivo della campionatura si è provveduto all'esame della stessa per l'attribuzione dei punteggi di qualità:

analisi dei lotti

lotto 1 unica ditta partecipante artsanity idonea e conforme;

lotto 2 unica ditta partecipante artsanity idonea e conforme;

lotto 3 partecipano n. 2 ditte, la ditta artsanity e la ditta essity. La ditta artsanity ha ricevuto un punteggio parti a 0,5 per il criterio "conformabilità" in quanto dall'analisi della campionatura si è evinto che la fascia risulta troppo stretta ciò determina non ottimale la resa con l'apparecchio gessato ed ha ricevuto un punteggio pari a 0,5 per il criterio "resistenza" vista l'imbottitura troppo sottile.

lotto 4 partecipano n. 2 ditte la ditta artsanity e la ditta essity. La ditta essity risulta non conforme in quanto manca la misura XXL richiesta da c.s.a. si ferma alla XL.



**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione
"Santobono - Pausilipon"**

*Via Teresa Ravaschieri n. 8
Già Via della Croce Rossa n.8 - 80122 Napoli
Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630*

lotto 5 partecipano n. 2 ditte la ditta artsanity e la ditta essity .Si esclude la ditta artsanity in quanto non ha presentato campionatura del lotto 5.

lotto 6 unica ditta partecipante essity che risulta idonea e conforme.

lotto 7 unica ditta partecipante artsanity idonea e conforme.

lotto 8 la ditta limacorporate e la ditta cittieffe hanno ricevuto un punteggio pari a 0,5 al criterio "maneggevolezza" in quanto dall'analisi della campionatura la punta del filo di kirschner risulta troppo piatta; la ditta medifor e la ditta zimmer hanno presentato fili con la punta valida.

lotto 9 la ditta limacorporate e la ditta cittieffe hanno ricevuto un punteggio pari a 0,5 al criterio "maneggevolezza" in quanto dall'analisi della campionatura la punta del filo di kirschner risulta troppo piatta; la ditta medifor e la ditta zimmer hanno presentato fili con la punta valida.

lotto 10 la ditta limacorporate ha ricevuto un punteggio pari a 0,5 al criterio "maneggevolezza" in quanto dall'analisi della campionatura la punta del filo di kirschner risulta troppo piatta; la ditta medifor e la ditta zimmer hanno presentato fili con la punta valida.

lotto 11 la ditta limacorporate ha ricevuto un punteggio pari a 0,5 al criterio "maneggevolezza" in quanto dall'analisi della campionatura la punta del filo di kirschner risulta troppo piatta; la ditta medifor e la ditta zimmer hanno presentato fili con la punta valida.

lotto 12 la ditta limacorporate ha ricevuto un punteggio pari a 0,5 al criterio "maneggevolezza" in quanto dall'analisi della campionatura la punta del filo di kirschner risulta troppo piatta; la ditta medifor e la ditta zimmer hanno presentato fili con la punta valida.

lotto 13 partecipano n. 2 ditte la ditta limacorporate ha ricevuto un punteggio pari a 0,5 al criterio "maneggevolezza" in quanto dall'analisi della campionatura la punta del filo di kirschner risulta troppo piatta; medifor ha presentato fili con la punta valida.

lotto 14 le ditte limacorporate e cittieffe hanno ricevuto un punteggio pari a 0,5 al criterio "maneggevolezza" in quanto dall'analisi della campionatura la punta del filo di kirschner risulta troppo piatta, medifor zimmer hanno presentato fili con la punta valida.



*Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione
"Santobono - Pausilipon"*
*Via Teresa Ravaschieri n. 8
Già Via della Croce Rossa n.8 - 80122 Napoli
Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630*

lotto 15 le ditte cittieffe e limacorporate hanno ricevuto un punteggio pari a 0,5 al criterio "maneggevolezza" in quanto dall'analisi della campionatura la punta del filo di kirschner risulta troppo piatta. medifor e zimmer hanno presentato fili con la punta valida.

lotto 16 le ditte cittieffe e limacorporate hanno ricevuto un punteggio pari a 0,5 al criterio "maneggevolezza" in quanto dall'analisi della campionatura la punta del filo di kirschner risulta troppo piatta. medifor e zimmer hanno presentato fili con la punta valida.

lotto 17 le ditte cittieffe, limacorporate, zimmer, stryker e medifor risultano non idonee in quanto manca la dicitura nikel free richiesta da c.s.a. Lotto deserto per mancanza offerte valide.

lotto 18 le ditte limacorporate, cittieffe, zimmer stryker medifor risultano non idonee in quanto manca la dicitura nikel free richiesta da c.s.a. Lotto deserto per mancanza offerte valide.

lotto 19 le ditte limacorporate stryker, medifor e zimmer risultano non idonee in quanto manca la dicitura nikel free richiesta da c.s.a. Lotto deserto per mancanza offerte valide.

lotto 20 le ditte cittieffe, limacorporate, stryker, medifor e zimmer risultano non idonee in quanto manca la dicitura nikel free richiesta da c.s.a. Lotto deserto per mancanza offerte valide.

lotto 21 deserto

lotto 22 deserto

lotto 23 unica ditta partecipante medifor idonea e conforme.

lotto 24 partecipano n. 2 ditte limacorporate e medifor. La Ditta Limacorporate ha ricevuto un punteggio pari a 0,8 per il criterio "maneggevolezza" in quanto riporta sul cilindro le dimensioni mentre la ditta medifor ha ricevuto un punteggio pari a 0,7 per lo stesso criterio.

lotto 25 partecipano n. 2 ditte limacorporate e medifor. La Ditta Limacorporate ha ricevuto un punteggio pari a 0,8 per il criterio "maneggevolezza" in quanto riporta sul cilindro le dimensioni mentre la ditta medifor ha ricevuto un punteggio pari a 0,7 per lo stesso criterio.

Handwritten signatures and initials: A, C, J, ACB



*Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione
"Santobono - Pausilipon"*
*Via Teresa Ravaschieri n. 8
Già Via della Croce Rossa n.8 - 80122 Napoli
Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630*

lotto 26 partecipano n. 2 ditte limacorporate e medifor. La Ditta Limacorporate ha ricevuto un punteggio pari a 0,8 per il criterio "maneggevolezza" in quanto riporta sul cilindro le dimensioni mentre la ditta medifor ha ricevuto un punteggio pari a 0,7 per lo stesso criterio.

lotto 27 partecipano n. 2 ditte limacorporate e medifor. La Ditta Limacorporate ha ricevuto un punteggio pari a 0,8 per il criterio "maneggevolezza" in quanto riporta sul cilindro le dimensioni mentre la ditta medifor ha ricevuto un punteggio pari a 0,7 per lo stesso criterio.

lotto 28 unica ditta partecipante ditta medifor idonea e conforme.

lotto 29 le ditte limacorporate, cittieffe, johnson e zimmer risultano idonee e conformi.

lotto 30 le ditte cittieffe, johnson, zimmer, limacorporate e medifix risultano idonee e conformi.

lotto 31 le ditte cittieffe, johnson, zimmer e limacorporate risultano idonee e conformi.

lotto 32 le ditte partecipanti sono cittieffe, lima corporate e zimmer e risultano idonee e conformi.

lotto 33 le ditte partecipanti sono cittieffe, lima corporate e zimmer e risultano idonee e conformi.

lotto 34 le ditte partecipanti sono cittieffe, lima corporate e zimmer e risultano idonee e conformi.

lotto 35 ditta johnson idonea e conforme. Si esclude la ditta limacorporate in quanto manca lunghezza 110 mm della vite (si ferma a 100 mm) e mancano rondelle.

lotto 36 le ditte johnson, limacorporate, medifix ,mikai e zimmer hanno presentato offerte idonee e conformi.

lotto 37 la ditta johnson risulta idonea e conforme. Si escludono le ditte ortophix, stryker e mikai in quanto nella scheda tecnica non è precisata la dicitura "nikel free" richiesta da c.s.a. Si esclude anche la ditta zimmer in quanto nella scheda tecnica "2709 hcs" riporta una tabella con la dicitura "nichel falso" pertanto non risulta chiaro se nikel free.

lotto 38 la ditta johnson e la ditta zimmer risultano idonee e conformi. Le ditte smith& nephew e striker risultano escluse in quanto non è riportata la dicitura nikel free richiesta da c.s.a.

lotto 39 le ditte zimmer e striker sono idonee e conformi.

Handwritten signatures and initials: A, O, A, AEB



*Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione
"Santobono - Pausilipon"*
*Via Teresa Ravaschieri n. 8
Già Via della Croce Rossa n.8 - 80122 Napoli
Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630*

lotto 40 la ditta johnson ha presentato un'offerta idonea e conforme. La ditta striker si esclude in quanto da c.s.a. è richiesto un sistema nikel free mentre nella scheda tecnica tale dicitura non è riportata.

lotto 41 si escludono la ditta medifor e la ditta stryker in quanto manca la dicitura nikel free nella scheda tecnica. La ditta zimmer risulta idonea e conforme.

lotto 42 la ditta zimmer risulta idonea e conforme. La ditta striker viene esclusa in quanto nella scheda tecnica delle placche manca la dicitura nikel free richiesta da c.s.a.

lotto 43 si escludono le ditte medifor e stryker in quanto manca la dicitura nikel free nella scheda tecnica. La ditta zimmer risulta idonea e conforme.

lotto 44 la ditta Striker viene esclusa in quanto nella scheda tecnica delle placche manca la dicitura nikel free richiesta da C.S.A.

lotto 45 unica ditta partecipante innomed idonea e conforme.

lotto 46 la ditta johnson risulta idonea e conforme. La ditta Striker viene esclusa in quanto nella scheda tecnica delle placche manca la dicitura nikel free richiesta da c.s.a.

lotto 47 deserto

lotto 48 deserto

lotto 49 unica ditta partecipante stryker idonea e conforme

lotto 50 la ditta johnson viene esclusa in quanto offre dimensioni 1 mm e 1,7 mm mentre da capitolato richiesto 1,3 mm e 1,8 mm. La ditta zimmer risulta idonea e conforme.

lotto 51 le ditte ortofix, smith&nephew, stryker e zimmer risultano idonee e conformi.

lotto 52 le ditte dmr medical, johnson, stryker e uber risultano idonee e conformi.

lotto 53 deserto

lotto 54 le ditte smith&nephew, striker e zimmer risultano idonee e conformi.

lotto 55 unica ditta partecipante johnson idonea e conforme.

Ar Oz H. ACB



**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione
"Santobono - Pausilipon"**

*Via Teresa Ravaschieri n. 8
Già Via della Croce Rossa n.8 - 80122 Napoli
Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630*

lotto 56 la ditta johnson risulta idonea e conforme. La ditta smith&nephew risulta non idonea in quanto manca il diametro 8,2 mm; la ditta orthofix viene esclusa in quanto nella scheda tecnica è riportata lega di titanio ma non è descritta la presenza di alluminio e niobio richiesto da c.s.a.

lotto 57 la ditta johnson e la ditta ortofix risultano idonee e conformi.

lotto 58 le ditte dmr medical e johnson risultano idonee e conformi al c.s.a. La ditta orthofix risulta non idonea in quanto manca l'indicazione della presenza di niobio richiesto da c.s.a e in quanto propone esclusivamente diametro 2,5 e non l'intera gamma richiesta da c.s.a. La ditta uber risulta non conforme in quanto nella scheda tecnica non riporta la presenza di niobio e alluminio richiesto da c.s.a., la ditta medifix si esclude in quanto offre solo lunghezza 450 mm mentre da c.s.a. era richiesta lunghezza da 290 fino a 440 mm.

lotto 59 si escludono le ditte smith&nephew e striker in quanto nelle schede tecniche non è riportata la dicitura nikel free richiesta da c.s.a.

lotto 60 le ditte cittieffe, ortofix, smith&nephew e stryker risultano non idonee in quanto dalle schede tecniche non si evince che i prodotti siano nikel free come richiesto da c.s.a.

lotto 61 la ditta johnson risulta idonea e conforme al c.s.a. Le ditte ortofix smith&nephew e stryker risultano non idonee in quanto dalle schede tecniche non si evince che i prodotti siano nikel free come richiesto da c.s.a.

lotto 62 le ditte johnson ortofix smith&nephew stryker mikai risultano idonee.

lotto 63 le ditte hanno presentato beni idonei e conformi. Dall'analisi della campionatura si è evinta una minore maneggevolezza per il sistema offerto dalle ditte mikai e ortofix rispetto alle ditte johnson, smith&nephew, zimmer, stryker.

lotto 64 Le ditte johnson e smith&nephew hanno un punteggio inferiore per la maneggevolezza rispetto alle ditte ortofix e stryker.

lotto 65 le ditte johnson e striker risultano idonee e conformi al c.s.a.

lotto 66 la ditta mikai ha ricevuto, a seguito dell'esame della campionatura si è rilevata una minore maneggevolezza rispetto alle ditte cittieffe e striker.

lotto 67 la ditta johnson e la ditta ortofix risultano idonee e conformi al c.s.a.



*Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione
"Santobono - Pausilipon"*
*Via Teresa Ravaschieri n. 8
Già Via della Croce Rossa n.8 - 80122 Napoli
Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630*

- lotto 68** le ditte johnson, ortofix, smith&nephew, stryker e mikai hanno offerto beni idonei e conformi.
- lotto 69** unica ditta partecipante johnson idonea e conforme.
- lotto 70** le ditte limacorporate, johnson e medfix hanno presentato offerte idonee e conformi.
- lotto 71** le ditte johnson& johnson e limacorporate risultano idonee e conformi.
- lotto 72** unica ditta partecipante innomed idonea e conforme.
- lotto 73** cittieffe e ortofix non conformi le dimensioni in quanto nella scheda tecnica non sono riportate la misura 7 e la misura 14 mm richieste da c.s.a.. La Ditta innomed riporta misure conformi.
- lotto 74** la ditta innomed e la ditta johnson hanno presentato offerte idonee e conformi.
- lotto 75** la ditta innomed e la ditta johnson hanno presentato offerte idonee e conformi.
- lotto 76** le ditte johnson& johnson, ortofix, stryker e innomed hanno presentato offerte idonee e conformi.
- lotto 77** johnson & johnson innomed sono conformi. La Ditta ortofix non conforme in quanto parte da 2,5 mentre da c.s.a. era richiesto a partire da 1,5.
- lotto 78** johnson& johnson innomed sono conformi. La Ditta smith& nephew risulta non conforme in quanto non riporta nelle schede le dimensioni.
- lotto 79** la ditta innomed e la ditta smith & nephew hanno presentato un'offerta idonea e conforme al c.s.a.; la ditta johnson& johnson viene esclusa in quanto non ha presentato placche a 2 fori come richiesto da c.s.a.
- lotto 80** La ditta zimmer e la ditta johnson& johnson hanno presentato un prodotto molto maneggevole e pertanto hanno ricevuto un punteggio più elevato rispetto alle ditte innomed e smith& nephew.
- lotto 81** si esclude la ditta innomed in quanto nella scheda tecnica non sono riportate le viti da 4,5 o 7 mm di diametro. Si esclude la ditta zimmer mancano viti da 3,5 e 4,5 mm. Si esclude la ditta cittieffe in quanto non propone la vite da 3,5 e 4,5 mm di diametro. La ditta johnson& johnson risulta idonea e conforme.
- lotto 82** si esclude la ditta innomed in quanto ha presentato una scheda tecnica non corrispondente al lotto 82 ma al lotto 81. Le Ditte Limacorporate, johnson& johnson, mikai, orthofix risultano idonee e conformi.



**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione
"Santobono - Pausilipon"**

Via Teresa Ravaschieri n. 8
Già Via della Croce Rossa n.8 - 80122 Napoli
Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630

lotto 83 si esclude la ditta innomed che non riporta nel dettaglio i materiali mentre da c.s.a. sono richieste viti riassorbibili acido l lattico, carbonato d lattico e trimethylene. Si esclude la ditta medifor che non riporta tutte le dimensioni richieste da c.s.a.

lotto 84 unica ditta partecipante innomed idonea e conforme.

lotto 85 deserto

lotto 86 la ditta mikai e la ditta ortofix risultano idonee e conformi.

lotto 87 unica ditta partecipante ditta uber idonea e conforme.

lotto 88 le ditte johnson e zimmer risultano idonee e conformi.

lotto 89 le ditte svas e uber risultano idonee e conformi.

lotto 90 unica ditta partecipante ditta uber idonea e conforme.

lotto 91 unica ditta partecipante ditta uber idonea e conforme.

lotto 92 unica ditta partecipante ditta uber idonea e conforme.

lotto 93 unica ditta az hospital idonea e conforme.

lotto 94 unica ditta partecipante la ditta johnson idonea e conforme.

lotto 95 deserto

lotto 96 le ditte johnson e limacorporate sono escluse in quanto nella scheda tecnica non è riportato come materiale acciaio martensitico come richiesto da c.s.a. La ditta stryker ha offerto beni idonei e conformi.

lotto 97 deserto

lotto 98 unica ditta partecipante ditta hachiko idonea e conforme.

lotto 99 unica ditta partecipante ditta hachiko idonea e conforme.

lotto 100 unica ditta partecipante ditta hachiko idonea e conforme.

lotto 101 le ditte medifor, uber e zimmer risultano idonee e conformi.

lotto 102 la ditta santex ha ricevuto un punteggio pari a 0,5 per il criterio "garza in cotone sbiancato che non si riduce durante l'applicazione" in quanto non e' specificato "cotone sbiancato" nella scheda tecnica e dall'analisi del prodotto risulta una riduzione della tensione durante il passaggio della garza gessata nel giro di



**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione
"Santobono - Pausilipon"**
Via Teresa Ravaschieri n. 8
Già Via della Croce Rossa n.8 - 80122 Napoli
Codice Fiscale/Partita Iva n.06854100630

mobilizzazione dell'arto interessato. La ditta ha ricevuto un punteggio pari a 0,5 per il criterio "resistenza iniziale (min 5kg/dm a 30 min)" in quanto nella scheda tecnica e' riportato come valore di riferimento a 30 minuti 36 kg f. c.a. non confrontabile rispetto a quanto richiesto da c.s.a. La ditta ha ricevuto un punteggio pari a 0,5 per il criterio "resistenza a secco (78kg/dm a 72 ore)" in quanto nella scheda tecnica e' riportato come valore di riferimento a 72 ore 95 kg f. c.a. non confrontabile rispetto a quanto richiesto da c.s.a.

lotto 103 unica ditta partecipante ditta essity idonea e conforme.

lotto 104 si escludono la ditta activa e la ditta medifor in quanto non menzionano il magnesio nella composizione mentre detto elemento era definito nei requisiti previsti da c.s.a. La ditta finceramica idonea e conforme.

lotto 105 le ditte activia e striker risultano idonee e conformi. La ditta ortofix non risulta idonea in quanto nella scheda tecnica è riportato che il prodotto è parzialmente riassorbibile e non completamente riassorbibile come richiesto da c.s.a.

lotto 106 la ditta medifor si esclude in quanto non dichiara il requisito "osteoconduzione". La ditta medix italia risulta conforme. la ditta az hospital si esclude in quanto offre la pasta da 0,1 a 0,7 mentre da c.s.a. richiesto da 0,5 a 0,8.

Il Presidente Dott. Vincenzo Fuschillo

Il Componente Dott. Angela Colomba Bonagura

Il Componente Dott. Annalisa Granata