

Verbale n.4 del 01 dicembre 2020

R.D.O. n. 2624643 - Procedura di gara sotto soglia mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della P.A. per la fornitura con posa in opera di n. 3 autoclavi e di n. 1 sistema di tracciabilità dei processi di sterilizzazione per le esigenze dei blocchi operatori “Ravaschieri” del P.O. Santobono e del P.O. Pausilipon- importo a base di gara € 199.000,00 + iva

L'anno 2020 il giorno 01 del mese di dicembre 2020 alle ore 12:25, sono presenti, in seduta riservata, i componenti della Commissione di gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 780 del 01.10.2020, che risulta così costituita:

PRESIDENTE: : Dott. Monorchio Paolo – Dirigente medico in servizio c/o U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Santobono;

COMPONENTE: Dott. Capelli Carlo - Dirigente medico in servizio c/o Direzione medica del P.O. Santobono;

COMPONENTE: Dott.ssa Liguori Maria Grazia – Coordinatrice delle SS.OO. di Neurochirurgia, Oculistica ed Ortopedia in servizio c/o il P.O. Santobono;

SEGRETARIO: Dott.ssa Erica Ferri – Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi.

A causa delle misure restrittive adottate dal Governo per l'attuale emergenza epidemiologica da Covid -19 ed in conformità a quanto disposto dal la Delibera n. 312 del 09.04.2020 adottata dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che ha stabilito, al punto 2.9, *“la possibilità di prevedere lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 in streaming o con collegamenti da remoto, anche laddove tale modalità non sia prevista nel bando di gara, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte. In tali casi adottano tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle comunicazioni e la trasparenza delle operazioni”*, la riunione avviene da remoto attraverso l'utilizzo della piattaforma aziendale CISCO Webex Meetings (in particolare, i membri tecnici della Commissione si riuniscono presso il P.O. Santobono, mentre il Direttore dell'UOC Acquisizione beni e servizi è in collegamento con gli stessi tramite la piattaforma informatica indicata dalla sede di via della Croce Rossa) .

Premesso:

- che con deliberazione del Commissario Straordinario n.128 del 10.08.2020 è stata indetta una procedura sotto soglia comunitaria per la fornitura con posa in opera, per la fornitura con posa in opera di n. 3 autoclavi e di n. 1 sistema di tracciabilità dei processi di sterilizzazione per le esigenze dei blocchi operatori “Ravaschieri” del P.O. Santobono e del P.O. Pausilipon- importo a base di gara € 199.000,00 + iva;
- che, conseguentemente, in data 11.08.2020, con R.D.O. n. 2624643 sono stati invitati tutti gli Operatori economici abilitati alla pertinente categoria merceologica a presentare offerta entro e non oltre le ore 12:00 del 04.09.2020;
- che, entro il citato termine, sono pervenute offerte degli Operatori economici di seguito indicati unitamente ed agli estremi di ricezione delle offerte così come desunte dalla piattaforma MEPA:

ferri

AL *Hey* *AG*

Operatore economico	Estremi di ricezione
1. GETINGE ITALIA SRL	02/09/2020 13:25:32
2. GM. MEDICA SRL	03/09/2020 17:44:27
3. MULTI MEDICAL SERVICES	03/09/2020 15:21:45
4. SERVIZI OSPEDALIERI SRL	03/09/2020 18:19:23
5. STERIS SRL	03/09/2020 17:52:35

Visto il verbale n. 1 dell' 11.09.2020 del Seggio di gara, agli atti, nonché pubblicato nell'apposita sezione del sito aziendale "Bandi di gara e contratti", dal quale risulta l'ammissione degli Operatori economici Getinge Italia S.r.l.; G.M. Medica S.r.l.; Multi Medical Services S.r.l. e Steris S.r.l. e l'ammissione con riserva dell'Operatore economico Servizi Ospedalieri S.r.l., per le motivazioni tutte riportate nel citato verbale.

Visto il verbale n. 2 del 24.09.2020 del Seggio di gara, agli atti, dal quale risulta che l'Operatore economico Servizi Ospedalieri S.r.l., ha regolarizzato, nei termini previsti, la documentazione amministrativa richiesta e pertanto è stata confermata la sua ammissione alle successive fasi di gara.

Visto il verbale n. 3 del 08.10.2020 della Commissione di gara, dal quale risulta l'apertura sulla piattaforma telematica delle buste contenenti le offerte tecniche digitali, la cui documentazione è stata acquisita dalla Commissione su supporto informatico ed assunta in custodia dal Presidente, per l'esame in seduta riservata della conformità capitolare dei prodotti offerti e l'attribuzione dei punteggi di qualità.

Tanto premesso, la Commissione approva, all'esito dell'esame delle offerte tecniche – compiuto nelle sedute riservate riportate in allegato - la relazione tecnica e le schede allegate quali parti integranti e sostanziali del presente verbale - nelle quali è riportato il punteggio di qualità attribuito secondo la formula e con le modalità indicate nel disciplinare di gara.

Fornitura con posa in opera di n. 3 autoclavi e n. 1 sistema di tracciabilità	Punteggio di qualità
1. GETINGE ITALIA SRL	67,43
2. GM. MEDICA SRL	70
3. MULTI MEDICAL SERVICES	66,01
4. SERVIZI OSPEDALIERI SRL	56,10
5. STERIS SRL	55,20

In prosieguo, in seduta pubblica sul MEPA alle ore 12:30, giusta convocazione di cui alla nota prot. n. 21821 del 27.11.2020 la Commissione procede all'inserimento dei giudizi di qualità sulla piattaforma del MEPA ed all'apertura delle offerte economiche e dei relativi dettagli economici delle ditte ammesse al prosieguo della procedura di gara.

La Commissione ne dà lettura e redige le seguenti graduatorie:

fer *AL* *Myh* *TA*

Fornitura con posa in opera di n. 3 autoclavi e n. 1 sistema di tracciabilità	Punteggio di qualità	Punteggio economico	Prezzo offerto	Punteggio totale
Getinge Italia S.r.l.	67,42	23,66	183.522,50	91,08
GM Medica S.r.l.	70	8,86	193.200,00	78,86
Multi Medical Services	66,01	13,76	190.000,00	79,77
Servizi Ospedalieri S.r.l.	56,10	30	179.371,00	86,10
Steris S.r.l.	55,20	2,66	197.262,14	57,86

La Commissione, riscontrata la conformità delle offerte economiche delle ditte ammesse, propone quale aggiudicatario della presente procedura l'Operatore economico la Ditta Getinge Italia srl per la fornitura e posa in opera di n. 3 autoclavi e di n.1 sistema di tracciabilità.

La Commissione pertanto, termina i lavori e chiude la seduta, mediante interruzione della riunione da remoto attraverso la piattaforma CISCO Webex Teams alle ore 13:05 .

Del che è verbale che letto e confermato, non viene sottoscritto contestualmente dai presenti, ma l'acquisizione delle sottoscrizioni avverrà con modalità tradizionale presso la sede del P.O. Santobono.

IL PRESIDENTE Paolo Marchi

I COMPONENTI Roberto Celli

IL SEGRETARIO Giuseppe

Manfredi

LOTTO 01

	Getinge	GM Medica	Multi medical Services	Servizi Ospedalieri	Steris	
<p>Camera (tipologia del materiale utilizzato, spessore della camera, pressione della camera, caratteristiche intercapedine, garanzia della camera, numero e tipologia sonde e trasduttori, sistema di filtraggio aria, sistemi di sicurezza)</p>	Punti massimi attribuibili	8,00	8,00	8,00	8,00	
	Giudizio Commissario 1	0,80	0,90	0,80	0,80	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	6,40	7,20	6,40	6,40	5,60
	Giudizio Commissario 2	0,80	0,90	0,80	0,80	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	6,40	7,20	6,40	6,40	5,60
	Giudizio Commissario 3	0,80	0,90	0,80	0,80	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	6,40	7,20	6,40	6,40	5,60
	Punti massimi attribuibili	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Giudizio Commissario 1	0,60	0,90	0,80	0,60	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	4,80	7,20	6,40	4,80	5,60
	Giudizio Commissario 2	0,60	0,90	0,80	0,60	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	4,80	7,20	6,40	4,80	5,60
Giudizio Commissario 3	0,60	0,90	0,80	0,60	0,70	
Punti qualità attribuiti Commissario 3	4,80	7,20	6,40	4,80	5,60	
Punti massimi attribuibili	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	

Porte (tipologia del materiale utilizzato, sistemi di sicurezza, tipologia guarnizioni e periodicità di sostituzione, durata della garanzia della porta)

	Giudizio Commissario 1	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario1	5,60	5,60	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
	Giudizio Commissario 2	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario2	5,60	5,60	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
	Giudizio Commissario 3	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario3	5,60	5,60	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
	Punti massimi attribuibili	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Giudizio Commissario 1	0,60	0,60	0,70	0,60	0,60	0,60	0,50
	Punti qualità attribuiti Commissario1	3,00	3,00	3,50	3,50	3,00	3,00	2,50
	Giudizio Commissario 2	0,60	0,60	0,70	0,70	0,60	0,60	0,50
Punti qualità attribuiti Commissario2	3,00	3,00	3,50	3,50	3,00	3,00	2,50	
Giudizio Commissario 3	0,60	0,60	0,70	0,70	0,60	0,60	0,50	
Punti qualità attribuiti Commissario3	3,00	3,00	3,50	3,50	3,00	3,00	2,50	
Punti massimi attribuibili	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Carrelli (materiali, movimentazioni, capacità, caricamento automatico e/o manuale)	Giudizio Commissario 1	0,70	1,00	0,80	0,30	0,30	0,30	
	Punti qualità attribuiti Commissario1	3,50	5,00	4,00	1,50	1,50		
	Giudizio Commissario 2	0,70	1,00	0,80	0,30	0,30		
	Punti qualità attribuiti Commissario2	3,50	5,00	4,00	1,50	1,50		
	Giudizio Commissario 3	0,70	1,00	0,80	0,30	0,30		
	Punti qualità attribuiti Commissario3	3,50	5,00	4,00	1,50	1,50		
	Punti massimi attribuibili	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
	Giudizio Commissario 1	0,60	0,80	0,60	0,60	0,60		
	Punti qualità attribuiti Commissario1	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00		
	Giudizio Commissario 2	0,60	0,80	0,60	0,60	0,60		
Punti qualità attribuiti Commissario2	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00			
Giudizio Commissario 3	0,60	0,80	0,60	0,60	0,60			
Punti qualità attribuiti Commissario3	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00			
Punti massimi attribuibili	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00			
Migliorie	Giudizio Commissario 1	0,60	0,80	0,60	0,60	0,60		
	Punti qualità attribuiti Commissario1	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00		
	Giudizio Commissario 2	0,60	0,80	0,60	0,60	0,60		
	Punti qualità attribuiti Commissario2	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00		
	Giudizio Commissario 3	0,60	0,80	0,60	0,60	0,60		
	Punti qualità attribuiti Commissario3	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00		
	Punti massimi attribuibili	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
	Giudizio Commissario 1	0,90	0,80	0,70	0,70	0,70		
	Punti massimi attribuibili	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		
	Giudizio Commissario 1	0,90	0,80	0,70	0,70	0,70		
Caratteristiche software di tracciabilità	Giudizio Commissario 1	0,90	0,80	0,70	0,70	0,70		
	Punti massimi attribuibili	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		
	Giudizio Commissario 1	0,90	0,80	0,70	0,70	0,70		
	Punti massimi attribuibili	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		
	Giudizio Commissario 1	0,90	0,80	0,70	0,70	0,70		
	Punti massimi attribuibili	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		
	Giudizio Commissario 1	0,90	0,80	0,70	0,70	0,70		
	Punti massimi attribuibili	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		
	Giudizio Commissario 1	0,90	0,80	0,70	0,70	0,70		
	Punti massimi attribuibili	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		

<p>Garanzia e manutenzione (minimo 24 mesi) . Per l'estensione della garanzia, la ditta potrà, se lo ritiene opportuno, estendere la garanzia (oltre periodo minimo di 24 mesi) per la durata sotto indicata, acquisendo il punteggio qualitativo. Estensione della garanzia di tipo full risk per la durata di 48 mesi punti 5 Estensione della garanzia di tipo full risk per la durata di 36 mesi punti 4 Estensione della garanzia di tipo full risk per la durata di 24 mesi punti 3 Estensione della garanzia di tipo full risk per la durata di 12 mesi punti 2</p>	Punti qualità attribuiti commissario1	7,20	6,40	5,60	5,60	5,60	5,60
	Giudizio Commissario 2	0,90	0,80	0,70	0,70	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti commissario2	7,20	6,40	5,60	5,60	5,60	5,60
	Giudizio Commissario 3	0,90	0,80	0,70	0,70	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti commissario3	7,20	6,40	5,60	5,60	5,60	5,60
	Punti massimi attribuibili	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Giudizio Commissario 1	0,60	0,00	1,00	0,00	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario1	3,00	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00
	Giudizio Commissario 2	0,60	0,00	1,00	0,00	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario2	3,00	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00
	Giudizio Commissario 3	0,60	0,00	1,00	0,00	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario3	3,00	0,00	5,00	0,00	3,00	3,00






TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	Getinge	GM Medica	Multi medical Services	Servizi Ospedalieri	Steris
Punti qualità attribuiti Comm. 1	52,40	54,40	51,30	43,60	42,90
Punti qualità attribuiti Comm. 2	52,40	54,40	51,30	43,60	42,90
Punti qualità attribuiti Comm. 3	52,40	54,40	51,30	43,60	42,90
Media dei punti di qualità attribuiti	52,40	54,40	51,30	43,60	42,90
Punteggio massimo attribuito	54,40				
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	Getinge	GM Medica	Multi medical Services	Servizi Ospedalieri	Steris
Coefficiente di riparametrizzazione	0,96	1,00	0,94	0,80	0,79
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	Getinge	GM Medica	Multi medical Services	Servizi Ospedalieri	Steris
Punti qualità riparametrizzati	67,43	70,00	66,01	56,10	55,20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

LOTTO 01

DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
Getinge	67,42647059
GM Medica	70
Multi medical Services	66,01102941
Servizi Ospedalieri	56,10294118
Steris	55,20220588

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 01

AGGIUDICATARIA

70% qualità - 30% prezzo

Getinge

DITTE	PUNTI QUALITA'	PUNTI PPBasso	PREZZO OFFERTO	PREZZO BASE GARA		PUNTEGGIO TOTALE
				PREZZO BASE GARA	PREZZO PIU' BASSO	
Getinge	67,42647059	23,6550512	183.522,500	199.000,000	179.371,000	91,08152179
GM Medica	70	8,864435274	193.200,000			78,86443527
Multi medical Services	66,01102941	13,75515818	190.000,000			79,7661876
Servizi Ospedalieri	56,10294118	30	179.371,000			86,10294118
Steris	55,20220588	2,656059911	197.262,140			57,85826579

NOTE

[Handwritten signatures and initials]

Verbale della Commissione Tecnica

Oggetto: procedura di gara sotto soglia mediante richiesta di offerta sul mercato elettronico della P.A. per la fornitura con posa in opera di n.3 autoclavi e di n. 1 sistema di tracciabilità dei processi di sterilizzazione per le esigenze dei blocchi operatori "Ravaschieri" del P.O. Santobono e del P.O. Pausilipon – importo a base di gara di euro 199.000,00 + IVA


In riferimento alla gara in oggetto (indetta con Delibera del Commissario Straordinario n. 128 del 10/08/2020) la Commissione Tecnica, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 709 del 10/09/2020, a seguito dello studio della documentazione acquisita ed agli atti d'ufficio effettuato nei giorni:

- 22/10/2020 presso il P.O. Santobono, seduta riservata per lo studio della documentazione acquisita ed agli atti;
- 23/10/2020 presso il P.O. Santobono, seduta riservata per lo studio della documentazione acquisita ed agli atti;
- 09/11/2020 presso il P.O. Santobono, seduta riservata per lo studio della documentazione acquisita ed agli atti;
- 11/11/2020 presso il P.O. Santobono, seduta riservata per lo studio della documentazione acquisita ed agli atti;
- 19/11/2020 presso il P.O. Santobono, seduta riservata per lo studio della documentazione acquisita ed agli atti;
- 24/11/2020 presso il P.O. Santobono, seduta riservata per lo studio della documentazione acquisita ed agli atti.

attribuisce il seguente punteggio secondo le allegate griglie di valutazione.

La Commissione Tecnica

Presidente: Dott. P. Monorchio



Componente: Dott. C. Capelli



Componente: Dott.ssa MG. Liguori



Oggetto: procedura di gara sotto soglia mediante richiesta di offerta sul mercato elettronico della P.A. per la fornitura con posa in opera di n.3 autoclavi e di n. 1 sistema di tracciabilità dei processi di sterilizzazione per le esigenze dei blocchi operatori "Ravaschieri" del P.O. Santobono e del P.O. Pausilipon – importo a base di gara di euro 199.000,00 + IVA

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA

In riferimento alla gara in oggetto hanno presentato offerta n. 5 ditte: GETINGE ITALIA SRL, GM MEDICA SRL, MULTIMEDICAL SERVICES, SERVIZI OSPEDALIERI SRL, STERIS SRL.

Criterio 1: Camera (tipologia del materiale utilizzato, spessore della camera, pressione della camera, caratteristiche intercapedine, garanzia della camera, numero e tipologia sonde e trasduttori, sistema di filtraggio aria, sistemi di sicurezza)

Tipologia del materiale: tutte le ditte offrono prodotti in acciaio 316L mentre la ditta SERVIZI OSPEDALIERI SRL offre un prodotto con qualità in acciaio superiore.

Spessore della camera: lo spessore della camera del prodotto offerto dalla ditta SERVIZI OSPEDALIERI SRL è di 8 mm mentre quello del prodotto offerto dalle ditte STERIS SRL e GM MEDICA SRL è di 6 mm.

Pressione della camera: i prodotti offerti da tutte le ditte sono da considerarsi equivalenti.

Caratteristiche intercapedine: GM MEDICA SRL, MULTIMEDICAL SERVICES e SERVIZI OSPEDALIERI SRL offrono un prodotto con intercapedine a completa copertura della camera con vantaggi illustrati; le ditte GM MEDICA SRL e SERVIZI OSPEDALIERI SRL specificano lo spessore dell'intercapedine che è maggiore per il prodotto offerto dalla ditta GM MEDICA SRL mentre la ditta MULTIMEDICAL SERVICES non specifica lo spessore dell'intercapedine.

La ditta GETINGE ITALIA SRL offre un prodotto con struttura a lamiera ad "U" che non avvolgono completamente la camera, con spessore di 4 mm ed acciaio 316.

La ditta STERIS SRL, infine, offre un prodotto in acciaio 304 senza tuttavia specificare la disposizione dell'intercapedine intorno alla camera e lo spessore.

Garanzia camera: GM MEDICA SRL, GETINGE ITALIA SRL e MULTIMEDICAL SERVICES offrono un prodotto con garanzia di 20 anni; la ditta SERVIZI OSPEDALIERI SRL offre un prodotto con garanzia di 10 anni; la ditta STERIS SRL offre un prodotto con garanzia 15 anni.

Numero e tipologia sonde e trasduttori: i prodotti offerti da tutte le ditte sono da considerarsi equivalenti.

Sistema di filtraggio aria: le ditte GM MEDICA SRL e GETINGE ITALIA SRL descrivono precisamente la filtrazione dell'aria; la ditta STERIS SRL descrive la presenza di un filtro da 0,2 micron senza ulteriori dettagli circa la tipologia di filtro; SERVIZI OSPEDALIERI SRL e MULTIMEDICAL SERVICES non forniscono descrizione di filtro ma si deduce la presenza dello stesso.

Sistemi di sicurezza: la ditta MULTIMEDICAL SERVICES offre un prodotto che ha software convalidato secondo EN 62304.

Per le motivazioni di cui sopra questa Commissione Tecnica attribuisce i seguenti punteggi di valutazione:

STERIS SRL: 0.7

MULTIMEDICAL SERVICE, SERVIZI OSPEDALIERI SRL e GETINGE ITALIA SRL:
0.8

GM MEDICA SRL: 0.9

Criterio 2: generatore di vapore (materiale utilizzato, accessibilità per sostituzione resistenze, ecc..)

STERIS SRL: 0.7

MULTIMEDICAL SERVICES: 0.8

GM MEDICA SRL: 0.9

SERVIZI OSPEDALIERI SRL e GETINGE ITALIA SRL: 0.6

La differenziazione in merito all'attribuzione dei punteggi valutativi tiene conto dell'accuratezza e dell'approfondimento delle descrizioni fornite in merito.

A tal proposito si rappresenta che la ditta GM MEDICA SRL fornisce la migliore descrizione per quanto concerne il criterio in questione e che la ditta MULTIMEDICAL SERVICE offre un prodotto in acciaio 316 Ti.

Le ditte SERVIZI OSPEDALIERI SRL e GETINGE ITALIA SRL non descrivono in maniera specifica il tipo di materiale.



Criterio 3: porte (tipologia del materiale utilizzato, sistemi di sicurezza, tipologia guarnizioni e periodicità di sostituzione, durata della garanzia della porta)

STERIS SRL: 0.5 e MULTIMEDICAL SERVICES: 0.6

Le suddette ditte non riportano i dati sulla periodicità di manutenzione e garanzia porte, tuttavia il tipo di acciaio che costituisce il prodotto offerto dalla ditta MULTIMEDICAL SERVICES è superiore rispetto a quello che costituisce il prodotto offerto dalla ditta STERIS SRL.

GM MEDICA SRL: 1

Unica ditta che risponde precisamente a tutti i punti oggetto di valutazione e presenta caratteristiche molto performanti.

SERVIZI OSPEDALIERI SRL: 0.7

GETINGE ITALIA SRL: 0.9

La ditta GETINGE ITALIA SRL offre una maggiore durata di garanzia porte.

Criterio 4: interfaccia utente (dimensioni touch screen, dimensione caratteri per visione a distanza, visualizzazione delle fasi, dei tempi, dei parametri ed indicatori, sistemi di allarmi acustici e visivi, manometri)

MULTIMEDICAL SERVICES e GM MEDICA SRL: 0.7

Si attribuisce lo stesso punteggio di valutazione alle due ditte pur offrendo la ditta MULTIMEDICAL SERVICES un prodotto con display di dimensioni maggiori, ciò in quanto non viene specificato nulla per quanto riguarda i manometri.

SERVIZI OSPEDALIERI SRL: 0.8

STERIS SRL e GETINGE ITALIA SRL: 0.8

Criterio 5: pompe del vuoto (tipologia realizzativa, livello di rumore prodotto, tipologia e grado di filtrazione dell'acqua)

GETINGE ITALIA SRL, MULTIMEDICAL SERVICES e GM MEDICA SRL: 0.8

SERVIZI OSPEDALIERI SRL: il prodotto offerto utilizza la tecnologia della pompa a secco 0.9

STERIS SRL: non vengono descritti tipologia e grado di filtrazione dell'acqua 0.6

Criterio 6: programmi e cicli di sterilizzazione

GETINGE ITALIA SRL e GM MEDICA SRL: possibilità di impostazione di un maggior numero di programmi 0.8

MULTIMEDICAL SERVICES, SERVIZI OSPEDALIERI SRL e STERIS SRL: 0.6

Criterio 7: condizioni ambientali di funzionamento (rumorosità e dissipazione termica)

SERVIZI OSPEDALIERI SRL, GM MEDICA SRL e GETINGE ITALIA SRL: 0.6

MULTIMEDICAL SERVICES: 0.7

STERIS SRL: 0.5

Tutte le soluzioni sono sufficienti; la ditta MULTIMEDICAL SERVICES offre un prodotto a bassa rumorosità mentre la ditta STERIS SRL non descrive dati sulla dissipazione termica.

Criterio 8: carrelli (materiali, movimentazioni, capacità, caricamento automatico e/o manuale)

GETINGE ITALIA SRL: 0.7

GM MEDICA SRL: propone un sistema di carico e scarico automatico. 1

MULTIMEDICAL SERVICES: sistema di scarico automatico 0.8

SERVIZI OSPEDALIERI SRL e STERIS SRL: 0.3

La ditta SERVIZI OSPEDALIERI SRL specifica che i carrelli interni e di carico sono in acciaio 304, per cui non rispondono al criterio minimo richiesto da capitolato secondo cui i carrelli interni devono essere in acciaio AISI 316.

La ditta STERIS SRL non specifica il tipo di acciaio inox che costituisce i carrelli interni.

Criterio 9: migliori

SERVIZI OSPEDALIERI SRL, STERIS SRL, GETINGE ITALIA SRL e MULTIMEDICAL SERVICES: 0,6

GM MEDICA SRL: 0.8

La ditta GM MEDICA SRL include nell'offerta le griglie interne e la termosigillatrice.

Criterio 10: caratteristiche software di tracciabilità

GETINGE ITALIA SRL: 0.9

Accurata descrizione del software di tracciabilità TDOC, attualmente già in uso nell'AORN Santobono-Pausilipon e di cui si conosce il funzionamento.

GM MEDICA SRL: 0.8

MULTIMEDICAL SERVICES, SERVIZI OSPEDALIERI SRL e STERIS SRL: 0.7

Tutti i prodotti offerti rispondono ai requisiti richiesti da capitolato e presentano la possibilità di interfaccia con altri strumenti già in uso.

Criterio 11: garanzia e manutenzione (minimo 24 mesi). Per l'estensione della garanzia, la ditta potrà, se lo ritiene opportuno, estendere la garanzia (oltre periodo minimo di 24 mesi) per la durata sotto indicata, acquisendo il punteggio qualità relativo.

GETINGE ITALIA SRL: offre garanzia di 48 mesi dal collaudo, per cui l'offerta include 24 mesi di estensione garanzia 3 ;

GM MEDICA SRL: offre garanzia di 24 mesi dal collaudo, per cui non viene inclusa nell'offerta un'estensione di garanzia 0 ;

MULTIMEDICAL SERVICES: offre garanzia di 72 mesi dal collaudo, per cui l'offerta include 48 mesi di estensione garanzia 5 ;

SERVIZI OSPEDALIERI SRL: offre garanzia di 24 mesi dal collaudo, per cui non viene inclusa nell'offerta un'estensione di garanzia 0 ;

STERIS SRL: offre garanzia di 48 mesi dal collaudo, per cui l'offerta include 24 mesi di estensione garanzia 3 .

La Commissione Tecnica

Presidente: Dott. P. Monorchio

Componente: Dott. C. Capelli

Componente: Dott.ssa MG. Liguori