

VERBALE N°4 del 14/01/2019


Procedura di gara sotto soglia, mediante richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della P.A RDO N. 1969189, per la fornitura triennale in somministrazione di materiale di consumo per Ventilatori Polmonari Acutronic Fabian ed umidificatori Wilamed Aircon per le esigenze della U.O.C. di Neonatologia e Tin del P.O. Santobono – Importo a base di gara € 204.000,00 oltre IVA. Lotto n.1 € 123.000,00 - Lotto n.2 € 2.430,00 – Lotto n.3 € 61.500,00 - Lotto n.4 € 12.300,00 - Lotto n. 5 € 4.770,00.

L'anno 2019 il giorno **quattordici** del mese di **Gennaio** alle ore 14:40, negli uffici della Sede Amministrativa dell'Azienda Ospedaliera Santobono – Pausilipon di Via della Croce Rossa, 8 – Napoli sono presenti **in seduta riservata sul MEPA, giusta convocazione sul MEPA in data 07/01/2019**, i componenti della Commissione di Gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, nominata con determinazione del Direttore della U.O.C. Acquisizione beni e servizi n° **401** del **05/07/2018**, che risulta così costituita

PRESIDENTE	Dott. Pasquale Esposito	Dirigente Medico c/o TIN P.O. Santobono
COMPONENTE	Dott.ssa Stefania Rapagiolo	Dirigente Medico c/o TIN P.O. Santobono
COMPONENTE	Dott.Carlo Capelli	Dirigente Medico c/o Dir. Medica P.O. Santobono
SEGRETARIO	Dott.ssa Erica ferri	Direttore U.O.C. Acquisizione beni e servizi

Premesso:

- che con delibera del Direttore Generale n. 241 del 10 Maggio 2018, è stata indetta una procedura sotto soglia, mediante offerta sul Mercato Elettronico della P.A., per l'affidamento della fornitura in oggetto;
- che con RDO n. 1969189 del 30.05.2018 sono state invitate tutte le ditte presenti sul mercato elettronico;
- che entro le ore 13:00 del 18.06.2018 sulla Piattaforma del Mercato Elettronico sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:
 1. BURKE&BURKE
 2. SVAS BIOSANA SPA
 3. CREMASCOLI&IRIS SRL
 4. MAQUET ITALIA SPA
- che entro il medesimo termine assegnato del 18/06/2018, ore 13:00, sono pervenute al protocollo generale dell'Ente mediante posta - come richiesto dal punto 5.V del disciplinare di gara - i plichi contenenti le offerte tecniche delle seguenti ditte:
 1. BURK&BURKE prot.9860 del 14.06.2018 ore 9:06
 2. SVAS BIOSANA SPA prot. 9891 del 14.06.2018 ore 12:10
 3. CREMASCOLI&IRIS SRL prot. 9972 del 15.06.2018 ore 12:15
 4. MAQUET ITALIA SPA prot.10040 del 18.06.2018 ore 11:52



Visto il verbale n.1 dell' 01.08.2018, agli atti dal quale risulta l'ammissione delle Ditte BURKE&BURKE e CREMASCOLI&IRIS SRL, e l'ammissione con riserva delle Ditte SVAS BIOSANA SPA, MAQUET ITALIA SPA;

Visto il verbale n.2 dell' 11.09.2018 dal quale risulta che, con nota prot. 12724 del 02.08.2018, della Ditta SVAS BIOSANA SPA e nota prot.12723 del 02.08.2018 la Ditta MAQUET ITALIA SPA hanno prodotto tramite la piattaforma del MEPA i documenti richiesti e, a seguito dell'esame della documentazione acquisita, il seggio di gara ne ha confermato l'ammissione alla procedura di gara;

Visto il verbale n.3 del 01.10.2018 dal quale risulta l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica, la cui documentazione è stata assunta in custodia dal Presidente della Commissione per l'esame da parte della Commissione della conformità del prodotto offerto al capitolato e l'attribuzione dei punteggi di qualità;

Tanto premesso, la Commissione approva, all'esito dell'esame delle offerte tecniche - compiuto in precedenti sedute riservate, come riportate in allegato - la relazione tecnica e le schede allegate quale parte integrante e sostanziale del presente verbale - nelle quali è riportato il punteggio di qualità attribuito secondo la formula e con le modalità indicate nel disciplinare di gara e la relativa relazione illustrativa.

Si precisa che il Commissario 1 è il Presidente, dr. Pasquale Esposito; il Commissario 2 è la dr.ssa Stefania Rapagiolo; il Commissario 3 è la dr. Carlo Capelli.


LOTTO 1 DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
BURKE&BURKE	70
SVAS BIOSANA	non ammessa al seguito della gara, per le motivazioni indicate nella relazione tecnica allegata

LOTTO 3 DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
BURKE&BURKE	70

LOTTO 4 DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
BURKE&BURKE	70
MAQUET ITALIA SPA	70

LOTTO 5 DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
BURKE&BURKE	70
CREMASCOLI ITALIA SPA	non ammessa al seguito della gara, per le motivazioni indicate nella relazione tecnica allegata

In prosieguo, in *seduta pubblica sul MEPA alle ore 15:30* la Commissione procede all'inserimento dei giudizi di qualità sulla piattaforma del MEPA ed all'apertura delle offerte economiche e del relativo dettaglio economico delle ditte ammesse, agli atti. La Commissione ne fa lettura e redige le seguenti graduatorie:

LOTTO 1 DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'	PUNTEGGIO ECONOMICO	PREZZO OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE
BURKE&BURKE	70	30	88.290	100

LOTTO 3 DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'	PUNTEGGIO ECONOMICO	PREZZO OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE
BURKE&BURKE	70	30	60.750	100


LOTTO 4 DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'	PUNTEGGIO ECONOMICO	PREZZO OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE
BURKE&BURKE	70	7,141	11.628	77,141
MAQUET ITALIA SPA	70	30	9.477	100

LOTTO 5 DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'	PUNTEGGIO ECONOMICO	PREZZO OFFERTO	PUNTEGGIO TOTALE
BURKE&BURKE	70	30	4.360	100


La Commissione, pertanto, riscontrata la conformità delle offerte economiche agli atti della procedura di gara, prende atto che


- la Ditta BURKE&BURKE per il lotto 1 ha formulato l'unica offerta valida per un prezzo inferiore all'importo a base di gara
- la Ditta BURKE&BURKE per il lotto 3 ha formulato l'unica offerta valida per un prezzo inferiore all'importo a base di gara
- la Ditta MAQUET ITALIA per il lotto 4 ha offerto un prezzo inferiore all'importo a base di gara ed ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa.
- la Ditta BURKE&BURKE per il lotto 5 ha formulato l'unica offerta valida per un prezzo inferiore all'importo a base di gara .
- La Commissione prende atto, altresì, dell'anomalia dell'offerta delle Ditte prima in graduatoria per il lotto 1, il lotto 3, lotto 4 e lotto 5 ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e si riserva in merito alla proposta di aggiudicazione previa acquisizione delle giustificazioni del prezzo e la verifica della congruità delle stesse, aggiornando la seduta a data da destinarsi. La Commissione rimette gli atti al RUP per il seguito di competenza e termina i lavori alle ore 16:15. Del che è verbale che letto confermato è sottoscritto

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI





IL SEGRETARIO





Verbale della Commissione Tecnica

Oggetto: procedura di gara sotto soglia mediante richiesta di offerta sul mercato elettronico della P.A. per la fornitura triennale in somministrazione di materiale di consumo per ventilatori polmonari *Acutronic Fabian* ed umidificatori *Wilamed Aircon* per le esigenze della UOC di Neonatologia e TIN del P.O. Santobono – importo a base di gara € 204.000,00 + IVA – LOTTO 1 CIG: 7436714A86 – LOTTO 2 CIG: 7436722123 – LOTTO 3 CIG: 743672646F – LOTTO 4 CIG: 74367307BB – LOTTO 5 CIG: 7436738E53.

In riferimento alla gara in oggetto (indetta con Delibera del D.G. n. 241 del 10/05/2018) la Commissione Tecnica, nominata con Determina Dirigenziale n. 401 del 5/07/2018, a seguito dello studio della documentazione acquisita ed agli atti d'ufficio effettuato nei giorni:

- 15/10/2018 seduta riservata per la valutazione preliminare della documentazione agli atti e la richiesta di campionatura dei prodotti oggetto di offerta;
- 24/10/2018 seduta riservata per lo studio della documentazione acquisita;
- 19/12/2018 seduta riservata per lo studio della documentazione acquisita;


attribuisce il seguente punteggio di valutazione secondo le allegate griglie.

La Commissione Tecnica

Presidente: Dott. P. Esposito

Componente: Dott.ssa S. Rapagiolo

Componente: Dott. C. Capelli



Oggetto: procedura di gara sotto soglia mediante richiesta di offerta sul mercato elettronico della P.A. per la fornitura triennale in somministrazione di materiale di consumo per ventilatori polmonari *Acutronic Fabian* ed umidificatori *Wilamed Aircon* per le esigenze della UOC di Neonatologia e TIN del P.O. Santobono - importo a base di gara € 204.000,00 + IVA - LOTTO 1 CIG: 7436714A86 - LOTTO 2 CIG: 7436722123 - LOTTO 3 CIG: 743672646F - LOTTO 4 CIG: 74367307BB - LOTTO 5 CIG: 7436738E53.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA

LOTTO 1

Presentano offerta tecnica per il Lotto 1 le Ditte "**Burke&Burke S.p.A.**" e "**SVAS Biosana S.p.A.**".

Quanto alla Ditta "**Burke&Burke S.p.A.**" l'offerta tecnica risulta soddisfare tutte le caratteristiche essenziali a pena di esclusione.

Quanto alla Ditta "**SVAS Biosana S.p.A.**" non vi è evidenza che l'offerta tecnica soddisfi la prima delle caratteristiche essenziali a pena di esclusione, ossia la "*piena compatibilità con i ventilatori polmonari Acutronic modello Fabian HFO, modello Fabian + nCPAP Evolution ed umidificatori Wilamed modello Aircon*".

A tal proposito si specifica che la Ditta "**SVAS Biosana S.p.A.**", afferma che i circuiti offerti possiedono compatibilità con ogni tipo di ventilatore polmonare ma dalla scheda tecnica (pag. 7) si evince che la camera di umidificazione è compatibile solo con alcuni modelli di umidificatore, tra i quali non compare quello oggetto della gara (Wilamed mod. Aircon). Tale incompatibilità è confermata dalle prove tecniche effettuate sulla campionatura presentata dalla suddetta ditta.

Per le motivazioni di cui sopra si concorda, pertanto, di escludere la Ditta "**SVAS Biosana S.p.A.**" dalla gara in oggetto in quanto l'offerta tecnica proposta dalla stessa non soddisfa la prima delle caratteristiche essenziali a pena di esclusione.

LOTTO 2

Quanto al Lotto 2 nessuna delle Ditte in gara ha presentato offerta tecnica.

LOTTO 3

Quanto al Lotto 3 presenta offerta tecnica la sola Ditta "**Burke&Burke S.p.A.**", dalla quale è possibile evincere che vengano soddisfatte tutte le caratteristiche essenziali a pena di esclusione.

LOTTO 4

Quanto al Lotto 4 presentano offerta tecnica le Ditte "Burke&Burke S.p.A." e "Maquet Italia S.p.A. ".

Dallo studio della documentazione presentata ed agli atti, nonché dalla visione del campione, si evince che il prodotto offerto da entrambe le Ditte è il medesimo (Mod. Aerogen Solo). Esso soddisfa le caratteristiche essenziali a pena di esclusione e, quindi, non vi sono elementi perché questa Commissione Tecnica possa differenziare la valutazione in termini di punteggio attribuito.

LOTTO 5

Quanto al Lotto 5 presentano offerta tecnica le Ditte "Burke&Burke S.p.A." e "Cremascoli & Iris S.r.l.".


Quanto all'offerta tecnica presentata dalla Ditta "Cremascoli & Iris SRL" non si evince, dallo studio della documentazione acquisita, la compatibilità dei prodotti offerti alle apparecchiature attualmente in uso. A tal proposito, la suddetta Ditta è stata invitata a presentare la campionatura oggetto del lotto e non ha dato nessun riscontro alla richiesta. Per le motivazioni di cui sopra si concorda, pertanto, di escludere la ditta "Cremascoli & Iris srl" dalla gara in oggetto.

La Commissione Tecnica



Presidente: Dott. P. Esposito



Componente: Dott.ssa S. Rapagiolo



Componente: Dott. C. Capelli



LOTTO 01		MATERIALI DI CONSUMO PER VENTILATORI POLMONARI		N. 900 circuiti paziente misura neonatale a doppio riscaldamento (branca inspiratoria ed espiratoria) completi di camera di umidificazione autorisempente, adatti per ventilazione convenzionale ed HFO, compatibili con Ventilatori Polmonari Acutronic modello Fabian HFO, modello Fabian + nCPAP Evolution ed umidificatori Wilamed modello Aircon.	
		BURKE & BURKE		SVAS BIOSANA	
CRITERIO 01	Punti massimi attribuibili	13,00	13,00	13,00	13,00
	Giudizio Commissario 1	0,80	0,80	0,80	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	10,40	10,40	10,40	10,40
	Giudizio Commissario 2	0,80	0,80	0,80	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	10,40	10,40	10,40	10,40
	Giudizio Commissario 3	0,80	0,80	0,80	0,80
CRITERIO 02	Punti massimi attribuibili	13,00	13,00	13,00	13,00
	Giudizio Commissario 1	0,70	0,70	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	9,10	9,10	9,10	9,10
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,70	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	9,10	9,10	9,10	9,10
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,70	0,70	0,70
CRITERIO 03	Punti massimi attribuibili	13,00	13,00	13,00	13,00
	Giudizio Commissario 1	0,80	0,80	0,80	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	10,40	10,40	10,40	10,40
	Giudizio Commissario 2	0,80	0,80	0,80	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	10,40	10,40	10,40	10,40
	Giudizio Commissario 3	0,80	0,80	0,80	0,80

RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO E COMPLIANCE (descrivere)	Punti qualità attribuiti Commissario 1	10,40	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,80	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	10,40	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,80	0,00
CRITERIO 04	Punti qualità attribuiti Commissario 3	10,40	0,00
	Punti massimi attribuibili	8,00	8,00
	Giudizio Commissario 1	0,60	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	4,80	0,00
SUPERFICIE INTERNA (descrivere)	Giudizio Commissario 2	0,60	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	4,80	0,00
	Punti massimi attribuibili	8,00	8,00
	Giudizio Commissario 1	0,70	0,00
CRITERIO 05	Punti qualità attribuiti Commissario 1	5,60	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	5,60	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,00
ELEMENTO RISCALDANTE (descrivere)	Punti qualità attribuiti Commissario 3	5,60	0,00
	Punti massimi attribuibili	8,00	8,00
	Giudizio Commissario 1	0,70	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	5,60	0,00
CRITERIO 06	Giudizio Commissario 2	0,70	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	5,60	0,00
	Punti massimi attribuibili	8,00	8,00
	Giudizio Commissario 1	0,70	0,00

CAMERA DI UNIDIFICAZIONE E CONNETTORI (descrivere)	Giudizio Commissario 1	0,70	0,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	5,60	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	5,60	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,00
	Punti qualità attribuiti commissario3	5,60	0,00
CRITERIO 07	Punti massimi attribuibili	7,00	7,00
	Giudizio Commissario 1	0,80	0,00
MATERIALI DI COSTRUZIONE (descrivere)	Punti qualità attribuiti commissario1	5,60	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,80	0,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	5,60	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,80	0,00
	Punti qualità attribuiti commissario3	5,60	0,00

R

due

LOTTO 01

MATERIALI DI CONSUMO PER VENTILATORI POLMONARI

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	BURKE & BURKE	SVAS BIOSANA
Punti qualità attribuiti Comm.1	51,50	0,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	51,50	0,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	51,50	0,00
Media dei punti di qualità attribuiti	51,50	0,00
Punteggio massimo attribuito	51,50	
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	BURKE & BURKE	SVAS BIOSANA
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00	0,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	BURKE & BURKE	SVAS BIOSANA
Punti qualità riparametrizzati	70,00	0,00

LOTTO 03		N. 1.500 sensori di flusso neonatali a doppio filo caldo compatibili con i ventilatori Polmonari Acutronic modello Fabian HFO e modello Fabian + nCPAP Evolution	
MATERIALI DI CONSUMO PER VENTILATORI POLMONARI		BURKE & BURKE	
CRITERIO 01	Punti massimi attribuibili	35,00	
	Giudizio Commissario 1	0,70	
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	24,50	
	Giudizio Commissario 2	0,70	
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	24,50	
	Giudizio Commissario 3	0,70	
CRITERIO 02	Punti massimi attribuibili	35,00	
	Giudizio Commissario 1	0,70	
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	24,50	
	Giudizio Commissario 2	0,70	
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	24,50	
	Giudizio Commissario 3	0,70	
MATERIALI DI COSTRUZIONE (descrivere)	Punti massimi attribuibili	35,00	
	Giudizio Commissario 1	0,70	
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	24,50	
	Giudizio Commissario 2	0,70	
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	24,50	
	Giudizio Commissario 3	0,70	

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

	Punti qualità attribuiti Commissario 3	24,50
--	---	-------

3/24

3/24

3

3

LOTTO 03

MATERIALI DI CONSUMO PER VENTILATORI POLMONARI

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	BURKE & BURKE
Punti qualità attribuiti Comm.1	49,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	49,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	49,00
Media dei punti di qualità attribuiti	49,00
Punteggio massimo attribuito	49,00
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	BURKE & BURKE
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	BURKE & BURKE
Punti qualità riparametrizzati	70,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

LOTTO 04		N.180 KIT DI AMPOLLINE E CONNETTORI COMPATIBILI CON NEBULIZZATORI AERONEB PROX	
MATERIALI DI CONSUMO PER VENTILATORI POLMONARI		BURKE & BURKE	MAQUET ITALIA
CRITERIO 01	Punti massimi attribuibili	35,00	35,00
	Giudizio Commissario 1	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	24,50	24,50
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	24,50	24,50
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,70
CRITERIO 02	Punti massimi attribuibili	35,00	35,00
	Giudizio Commissario 1	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	24,50	24,50
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	24,50	24,50
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,70
MATERIALI DI COSTRUZIONE (descrivere)	Punti massimi attribuibili	35,00	35,00
	Giudizio Commissario 1	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	24,50	24,50
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	24,50	24,50
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	24,50	24,50

Handwritten signature

Handwritten signature

LOTTO 04

MATERIALI DI CONSUMO PER VENTILATORI POLMONARI

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	BURKE & BURKE	MAQUET ITALIA
Punti qualità attribuiti Comm.1	49,00	49,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	49,00	49,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	49,00	49,00
Media dei punti di qualità attribuiti	49,00	49,00
Punteggio massimo attribuito	49,00	
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	BURKE & BURKE	MAQUET ITALIA
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	BURKE & BURKE	MAQUET ITALIA
Punti qualità riparametrizzati	70,00	70,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten mark or signature in blue ink.

LOTTO 05		MASCHERINE NASALI E CUFFIETTE PER NCPAP	
MATERIALI DI CONSUMO PER VENTILATORI POLMONARI		BURKE & BURKE	CREMASCOLI & IRIS
CRITERIO 01	Punti massimi attribuibili	35,00	35,00
	Giudizio Commissario 1	0,80	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	28,00	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,80	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	28,00	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,80	0,00
CRITERIO 02	Punti qualità attribuiti Commissario 3	28,00	0,00
	Punti massimi attribuibili	35,00	35,00
	Giudizio Commissario 1	0,60	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	21,00	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,60	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	21,00	0,00
MATERIALI DI COSTRUZIONE (descrivere)	Giudizio Commissario 3	0,60	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	21,00	0,00
	Punti massimi attribuibili	21,00	0,00
	Giudizio Commissario 1	0,60	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	21,00	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,60	0,00






LOTTO 05

MATERIALI DI CONSUMO PER VENTILATORI POLMONARI

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	BURKE & BURKE	CREMASCOLI & IRIS
Punti qualità attribuiti Comm.1	49,00	0,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	49,00	0,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	49,00	0,00
Media dei punti di qualità attribuiti	49,00	0,00
Punteggio massimo attribuito	49,00	
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	BURKE & BURKE	CREMASCOLI & IRIS
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00	0,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	BURKE & BURKE	CREMASCOLI & IRIS
Punti qualità riparametrizzati	70,00	0,00

Handwritten signatures and initials:
 A large stylized signature at the top right.
 A signature below it.
 The initials "ZP" on the left.
 A signature on the right side.

