

VERBALE N° 4 del 14/05/2018

Procedura di gara sotto soglia, mediante richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della P.A RDO N. 1792650, per noleggio triennale di un apparecchio laser per il trattamento della calcolosi delle vie urinarie per le esigenze dell' Urologia Pediatrica del P.O. Santobono - Importo a base di gara € 120.000,00 oltre IVA.

L'anno **2018** il giorno **14** del mese di **maggio** alle ore 09.30, negli uffici della Sede Amministrativa dell'Azienda Ospedaliera Santobono - Pausilipon di Via della Croce Rossa, 8 - Napoli sono presenti **in seduta riservata**, i componenti della Commissione di Gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, nominata con determinazione del Direttore della U.O.C. Acquisizione beni e servizi n° **58 del 24/01/2018**, che risulta così costituita

PRESIDENTE	Dott. Carmine Pecoraro	Direttore della U.O.C. Nefrologia/Dialisi
COMPONENTE TECNICO	Dott. Antonio Fonzone Caccese	Dirigente Medico c/o Urologia
COMPONENTE TECNICO	Dott.ssa. Annalisa Granata	Dirigente Medico c/o Direzione Medica
SEGRETARIO	Dr.a Erica Ferri	Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Premesso:

- che con delibera del Direttore Generale n. 488 del 22 Novembre 2017, è stata indetta una procedura sotto soglia, mediante richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della P.A., per l'affidamento del noleggio in oggetto;
- che con RDO n. 1792650 del 28.11.2017 sono state invitate tutte le ditte presenti sul mercato elettronico;
- che entro le ore 13:00 del 20.12.2017 sulla Piattaforma del Mercato Elettronico sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:
 1. CARLO BIANCHI SRL
 2. COOK ITALIA SRL
 3. FAD SRL
- che entro il medesimo termine assegnato del 20/12/2017, ore 13:00, sono pervenute al protocollo generale dell'Ente mediante posta - come richiesto dal disciplinare di gara - i plichi contenenti le offerte tecniche delle seguenti ditte:
 1. CARLO BIANCHI SRL prot.19323 del 18.12.2017 ore 11:45
 2. COOK ITALIA SRL prot. 19446 del 19.12.2017 ore 11:59
 3. FAD SRL prot.19503 del 20.12.2017 ore 8:13

Visto il verbale n.1 del 01.02.2018, agli atti dal quale risultano l'ammissione con riserva della Ditta COOK ITALIA SRL e della Ditta FAD SRL, per le motivazioni riportate nel verbale medesimo, e l'ammissione della Ditta CARLO BIANCHI SRL;

Visto il verbale n.2 del 22.02.2018 dal quale risulta che, con prot.2006 del 02.02.2018, la ditta COOK ITALIA SRL e, con prot. 2010 del 02.02.2018, la ditta FAD SRL hanno prodotto tramite la piattaforma del MEPA i documenti richiesti e, a seguito dell'esame della documentazione acquisita, il seggio di gara ne ha confermato l'ammissione alla procedura di gara;

Visto il verbale n.3 del 29.03.2018 dal quale risulta l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, la cui documentazione è stata assunta in custodia dal Presidente della Commissione per l'esame da parte della Commissione della conformità del prodotto offerto al capitolato e l'attribuzione dei punteggi di qualità; Tanto premesso, la Commissione, all'esito dell'esame delle offerte tecniche, condotta in successive sedute riservate, riscontra quanto segue:

- Ditta COOK MEDICA: dall'analisi della documentazione tecnica prodotta risulta che il sistema ha la possibilità di regolare la frequenza nei seguenti intervalli (5 Hz 8 Hz 10 Hz 12 Hz 15 Hz 20 Hz) in combinazione con la durata dell'impulso variabile (breve o lungo).

Erica Ferri *Annalisa Granata* *Antonio Fonzone Caccese* *Carmine Pecoraro*

Poiché al punto 4 del Capitolato tecnico si individua come caratteristica tecnica minima del laser a pena di esclusione la **"frequenza da 1 a 20 Hz con possibilità di programmare l'emissione a treno di impulsi"** il prodotto offerto dalla **Ditta COOK** non risponde a detto requisito e pertanto si ritiene non conforme e non si procede all'attribuzione dei punteggi.

- Ditta CARLO BIANCHI: dall'analisi della documentazione tecnica prodotta risulta che il sistema ha la possibilità di regolare la frequenza da 3 A 30 Hz.

Poiché al punto 4 del Capitolato tecnico si individua come caratteristica tecnica minima del laser a pena di esclusione la **"frequenza da 1 a 20 Hz con possibilità di programmare l'emissione a treno di impulsi"** il prodotto offerto dalla **Ditta CARLO BIANCHI** non risponde a detto requisito e pertanto si ritiene non conforme e non si procede all'attribuzione dei punteggi.

- Ditta FAD S.R.L. : Poiché al punto 7 del Capitolato tecnico si individua come caratteristica tecnica minima del laser a pena di esclusione la **"luce pilota: colore verde, rosso o giallo, a luce intermittente quando il segnale è in stand by"** e il prodotto offerto dalla **Ditta FAD S.R.L.** non specifica nella documentazione tecnica la presenza della luce intermittente quando il segnale è in stand by. Relativamente al punto 18 del Capitolato tecnico si individua come caratteristica tecnica minima del laser a pena di esclusione la presenza di **"targhette sull'apparecchio informative circa la presenza di radiazione laser"** e il prodotto offerto dalla **Ditta FAD S.R.L.** non specifica nella documentazione tecnica la presenza di dette etichette.

Per le motivazioni suddette la Ditta si ritiene non conforme e non si procede all'attribuzione dei punteggi.




In prosieguo alle ore 10:00, in **seduta pubblica sul MEPA, giusta convocazione sul MEPA in data 24.04.2018**, la Commissione, all'esito delle valutazioni di cui sopra, esclude tutte le offerte in quanto non conformi al dettaglio tecnico, secondo quanto previsto dal disciplinare della procedura di gara, e dichiara la deserta per mancanza di offerte idonee.

La Commissione rimette gli atti al RUP per il seguito di competenza e termina i lavori alle ore 10:05. Del che è verbale che letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

IL SEGRETARIO



NOLEGGIO TRIENNALE DI LASER PER TRATTAMENTO CALCOSI

Offerte		Lotto 1	
Offerente	Valore complessivo dell'offerta	Punteggio complessivo	Miglior offerta
Concorrente			
COOK ITALIA S.R.L.	Offerta esclusa		
CARLO BIANCHI SRL	Offerta esclusa		
FAD S.R.L.	Offerta esclusa		
Punteggio massimo:			

INSERISCI NOTE INDIETRO



Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Lod' and several smaller initials.