

Verbale n. 4 del 9.2.2024

Oggetto: PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN LOTTI DISTINTI, IN SOMMINISTRAZIONE, PROROGABILE PER ULTERIORI DUE ANNI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE - IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE A BASE DI GARA € 2.705.508,00 + IVA

L'anno 2024 il giorno 9 (nove) del mese di febbraio alle ore 10:00 negli uffici della Sede Amministrativa dell'Azienda Ospedaliera Santobono – Pausilipon di Via Teresa Ravaschieri, 8 – Napoli si riunisce, prima in seduta riservata e successivamente in seduta pubblica e telematica, attraverso la piattaforma SIAPS, in modalità virtuale e contestuale attivazione di call conference in modalità Zoom con i concorrenti, la Commissione di Gara, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 297 del 5.5.2021, che risulta così costituita:

Presidente: Dr. Geremia Zito Marinosci – Direttore UOC Terapia Intensiva Pediatrica
Componente: Dr. ssa Emiliana Matania– Dirigente medico UOC Anestesia e Centro di Medicina Iperbarica C/O AORN Santobono Pausilipon;
Componente: Dr.ssa Chiara Troncone – Dirigente farmacista C/O AORN Santobono Pausilipon;
Segretario: Dr.ssa Erica Ferri – Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

La Commissione prende atto del provvedimento di nomina, dei verbali del seggio di gara n. 1 del 08.06.2021, n. 2 del 21.06.2021, n. 3 del 19.10.2021 e degli altri atti della procedura. I componenti della Commissione dichiarano, inoltre, ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445/2000 di non versare in alcuna situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.42 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. o d'incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis comma 1 lett. C) del D. Leg.vo 165/2001.

La Commissione di Gara, accertata la regolarità della propria costituzione, preliminarmente prende atto:

- che con deliberazione del Commissario Straordinario n.39 del 03.07.2020 è stata indetta la: “PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN LOTTI DISTINTI, IN SOMMINISTRAZIONE, PROROGABILE PER ULTERIORI DUE ANNI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE - Importo complessivo triennale a base di gara € 2.705.508,00 + IVA
- che sono stati pubblicati n. 2 Avvisi per Chiarimenti: n. 5934 del 18.03.2021 e n. 7807 del 16.04.2021;
- che, a seguito della relativa pubblicità, effettuata ai sensi della vigente normativa per la fornitura di beni e servizi eccedenti la soglia comunitaria, alle ore 13.00 del giorno 26.04.2021 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte;
- che, entro il citato termine, hanno presentato offerta, attraverso la piattaforma di e-procurement SIAPS i concorrenti di seguito indicati, unitamente ai lotti di partecipazione ed agli estremi di ricezione delle offerte:

N	Ragione Sociale	Partita IVA	Registro di Sistema	Data invio	Lotti offerti
1	COOK ITALIA S.R.L.	00847380961	PI025893-21	16/04/2021 09:04:29	12,34,35,36
2	CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	09158150962	PI026376-21	19/04/2021 14:44:10	11,6,7,8,9
3	ID & CO S.R.L.	09018810151	PI027439-21	22/04/2021 09:13:47	11,7,8
4	DIMAR S.R.L.	02779340369	PI027475-21	22/04/2021 10:19:28	47,48,49,50,51,52,59
5	DEXTER	05525540729	PI027557-21	22/04/2021 11:35:55	78

per *OK* *Stu* *G2M*

6	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL	13181610158	PI027575-21	22/04/2021 12:04:07	53,54,55,56,57,58,72,73,74,75,76
7	CAIR ITALIA SRL	03277950287	PI027671-21	22/04/2021 15:14:22	1
8	VYAIR S.R.L.	06653670486	PI027759-21	22/04/2021 19:20:46	32,54,55,56,57,58,7,8
9	BENEFIS S.R.L.	02790240101	PI027786-21	23/04/2021 09:45:16	1,53,54,55,56,57,58,72,73,74,75,76,77
10	BEMAR ITALIA SRL	06695101219	PI027800-21	23/04/2021 10:04:12	1
11	SVAS BIOSANA S.p.A.	01354901215	PI027841-21	23/04/2021 10:53:46	12,24,25,26,27,28,29,30,34,35,38,39,40,42,43,44,45,54,55,56,57,58,60,7,78,79,80
12	ALEA S.R.L. MEDICAL & DIAGNOSTICS SOLUTIONS	11281200011	PI027880-21	23/04/2021 11:26:56	23,25,27,28,29,30
13	MEDTRONIC Italia spa	09238800156	PI027891-21	23/04/2021 11:39:55	33,38,39,40,41,42,43,44,45,46,61,63,65,66,67,68,70,78,79,80,91
14	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	02154270595	PI027933-21	23/04/2021 12:41:22	2,33
15	DEAS	01063890394	PI027990-21	23/04/2021 14:17:16	25,26,27,28,29,43,45,61,63,65,66,68,70,71,78
16	ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	03237150234	PI028034-21	23/04/2021 15:41:08	1
17	CISATECH S.R.L.	08862241216	PI028035-21	23/04/2021 15:46:27	14,15,16,17,18,19,21,22,87,92
18	EURO HOSPITEK S.R.L.	07020730631	PI028063-21	23/04/2021 17:03:19	11,23,32,43,61,63,65,66,78,79,87,89
19	TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	PI028070-21	23/04/2021 17:59:28	12,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,38,40,42,43,44,45,53,54,55,56,57,58,60,61,63,65,66,67,68,70,71,78,79,80,81,82,83
20	TAU MEDICA SRL	01282550555	PI028098-21	24/04/2021 16:08:36	1,11,23,24,25,26,27,28,29,30,39,40,42,44,45,53,54,55,56,57,58,61,63,78,79,87,88,89
21	SCOGNAMIGLIO srl	01409770631	PI028099-21	24/04/2021 16:20:59	24,25,26,27,28,29,30,32,35,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,67,68,70,72,73,74,78,79
22	B.R.S.CAPPUCCIO SRL	07328871210	PI028162-21	25/04/2021 18:42:31	32,34,39,40,41,42,44,60,67,79,80,87,89
23	CERACARTA S.P.A.	00136740404	PI028165-21	26/04/2021 08:36:14	6,7,8,85,86,87,88,89,9
24	AZ HOSPITAL S.R.L.	01387091216	PI028230-21	26/04/2021 10:08:40	24,25,26,27,28,29,30,31,32,35
25	A.T.M. Service S.r.l.	04465331215	PI028234-21	26/04/2021 10:15:11	20,22,78,90
26	FIAB	01835220482	PI028309-21	26/04/2021 12:04:13	11,15,16,17,18,19,20,3,4,5,6,7,8,85,86,87,88,89,9
27	Medival S.r.l.	01630000287	PI028321-21	26/04/2021 12:20:40	33,53,54,55,56,57,58,72,73,74,82,83

- Visto il verbale n.1 del 08.06.2021, agli atti, dal quale risulta che il Seggio di gara, in seduta pubblica e telematica, ha provveduto alle operazioni di apertura ed esame delle buste amministrative digitali delle ditte concorrenti, all'esito delle quali ha disposto l'ammissione di tutte le ditte partecipanti e l'ammissione con riserva della Ditta BENEFIS SRL;
- Visto il verbale n. 2 del 21.06.2021, agli atti, dal quale risulta che il Seggio di gara, in seduta pubblica e telematica, all'esito dell'esame della documentazione amministrativa inviata dalla Ditta BENEFIS SRL, nei termini previsti, a seguito di attivazione di soccorso istruttorio, e dell'acquisizione d'ufficio dell'estratto del casellario dell'ANAC, dal quale non è risultata alcuna annotazione, ha disposto l'ammissione della Ditta BENEFIS SRL al prosieguo della gara, con riserva tuttavia di verificare ulteriormente, a cura del RUP, tramite il Sistema AVCPASS e l'Agenzia delle Entrate, la regolarità fiscale della Ditta BENEFIS SRL, in riferimento alla dichiarazione resa nel DGUE relativamente alla - Parte III - Sez. B - Pagamento imposte, tasse e contributi previdenziali (art. 80, comma 4 D. Lgs.50/2016), agli atti;

fu *OT* *EM* *GZM*

- Vista la Determina Dirigenziale n. 472 del 08.07.2021 con la quale è stata confermata l'ammissione di tutte le Ditte partecipanti al prosieguo della gara.

Visto, altresì, il verbale n. 3 del 19.10.2021 della Commissione di Gara dal quale risulta che sono state aperte le buste telematiche relative alle offerte tecniche presenti sulla piattaforma SIAPS delle ditte partecipanti per la relativa valutazione ed attribuzione del punteggio da parte dei membri della Commissione Tecnica.

Tanto premesso, si dà atto che è stata definita - nelle riunioni riservate in data:

Gennaio 2023, nei giorni, 9, 11, 12.

Febbraio 2023 nei giorni 2, 3, 9, 15, 16, 22, 24.

Marzo 2023 nei giorni 13, 20, 22, 29.

Settembre 2023, nei giorni: 4, 6, 7.

Ottobre 2023, nei giorni: 16, 18, 19, 24, 25, 26.

Novembre: 2, 7, 8, 14, 15, 21, 22.

Dicembre 2023, nei giorni: 05.

ed approvata la valutazione delle offerte tecniche, con l'attribuzione dei punteggi di qualità con le modalità indicate nel disciplinare di gara, come da schede di valutazione e relazione tecnica allegati al presente verbale, quale parte integrante, come di seguito riportati ed inseriti nella piattaforma telematica:

Lot to	Ditta	Punteggio tecnico	Punteggio riparametrato
1	CAIR ITALIA	49	56,51
1	BENEFIS	56	64,58
1	BEMAR ITALIA	49	56,51
1	ICU MEDICAL EUROPE	60,70	70
1	TAU MEDICA	58,30	67,23
////////////////////////////////////			
2	SMITHS MEDICAL	49	70
////////////////////////////////////			
3	FIAB	49	70
////////////////////////////////////			
4	FIAB	49	70
////////////////////////////////////			
5	FIAB	49	70
////////////////////////////////////			
6	CARDINAL HEALTH ITALY 509	49	70
6	CERACARTA	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////////////////////
6	FIAB	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////////////////////
////////////////////////////////////			
7	CARDINAL HEALTH ITALY 509	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////////////////////
7	ID & CO	49	70
7	VYAIR	49	70
7	SVAS BIOSANA	49	70
7	CERACARTA	49	70
7	FIAB	49	70
////////////////////////////////////			
8	CARDINAL HEALTH ITALY 509	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////////////////////
8	ID & CO	49	70
8	VYAIR	49	70
8	CERACARTA	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////////////////////
8	FIAB	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////////////////////
////////////////////////////////////			
9	CARDINAL HEALTH ITALY 509	49	70

fuori OK Ely GZM

9	CERACARTA	49	70
9	FIAB	49	70
////////////////////////////////////			
10	NESSUNA OFFERTA PRESENTATA		
////////////////////////////////////			
11	CARDINAL HEALTH ITALY 509	49	70
11	ID & CO	49	70
11	EURO HOSPITEK	49	70
11	TAU MEDICA	49	70
11	FIAB	49	70
////////////////////////////////////			
12	COOK ITALIA	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////////////////////
12	SVAS BIOSANA	49	70
12	TELEFLEX MEDICAL	49	70
////////////////////////////////////			
13	NESSUNA OFFERTA PRESENTATA		////////////////////////////////////
////////////////////////////////////			
14	CISATECH	49	70
////////////////////////////////////			
15	CISATECH	49	70
15	FIAB	49	70
////////////////////////////////////			
16	CISATECH	49	70
16	FIAB	49	70
////////////////////////////////////			
17	CISATECH	49	70
17	FIAB	49	70
////////////////////////////////////			
18	CISATECH	49	70
18	FIAB	49	70
////////////////////////////////////			
19	CISATECH	49	70
19	FIAB	49	70
////////////////////////////////////			
20	A.T.M. SERVICE	49	70
20	FIAB	49	70
////////////////////////////////////			
21	CISATECH	49	70
////////////////////////////////////			
22	CISATECH	49	70
22	A.T.M. SERVICE	49	70
////////////////////////////////////			
23	ALEA	56	58,95
23	EURO HOSPITEK	45,50	47,89
23	TELEFLEX MEDICAL	66,50	70
23	TAU MEDICA	45,50	47,89
////////////////////////////////////			
24	SVAS BIOSANA	47,20	53,99
24	TELEFLEX MEDICAL	57,70	66
24	TAU MEDICA	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////////////////////

fu OK Ele GZM

24	SCOGNAMIGLIO	61,20	70
24	AZ HOSPITAL	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////
////////////////////////////////////			
25	SVAS BIOSANA	47,20	53,99
25	ALEA	56	64,05
25	DEAS	45,60	52,16
25	TELEFLEX MEDICAL	57,70	66
25	TAU MEDICA	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////
25	SCOGNAMIGLIO	61,20	70
25	AZ HOSPITAL	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////
////////////////////////////////////			
26	SVAS BIOSANA	47,20	52,44
26	DEAS	45,60	50,67
26	TELEFLEX MEDICAL	57,70	64,11
26	TAU MEDICA	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////
26	SCOGNAMIGLIO	63	70
26	AZ HOSPITAL	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////
////////////////////////////////////			
27	SVAS BIOSANA	47,20	52,44
27	ALEA	56	62,22
27	DEAS	45,60	50,67
27	TELEFLEX MEDICAL	57,70	64,11
27	TAU MEDICA	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////
27	SCOGNAMIGLIO	63	70
27	AZ HOSPITAL	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////
////////////////////////////////////			
28	SVAS BIOSANA	49	54,44
28	ALEA	56	62,22
28	DEAS	45,60	50,67
28	TELEFLEX MEDICAL	57,70	64,11
28	TAU MEDICA	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////
28	SCOGNAMIGLIO	63	70
28	AZ HOSPITAL	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////
////////////////////////////////////			
29	SVAS BIOSANA	47,20	53,99
29	ALEA	56	64,05
29	DEAS	45,60	52,16
29	TELEFLEX MEDICAL	57,70	66
29	TAU MEDICA	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////
29	SCOGNAMIGLIO	61,20	70
29	AZ HOSPITAL	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////
////////////////////////////////////			
30	SVAS BIOSANA	47,20	53,99
30	ALEA	56	64,05
30	TELEFLEX MEDICAL	57,70	66
30	TAU MEDICA	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////
30	SCOGNAMIGLIO	61,20	70
30	AZ HOSPITAL	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////
////////////////////////////////////			
31	TELEFLEX MEDICAL	63	70

fu or *Ex GEM*

31	AZ HOSPITAL	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////
////////////////////////////////////			
32	VYAIR	56	70
32	EURO HOSPITEK	56	70
32	SCOGNAMIGLIO	56	70
32	B.R.S. CAPPuccio	56	70
32	AZ HOSPITAL	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////
////////////////////////////////////			
33	MEDTRONIC ITALIA	56	70
33	SMITHS MEDICAL ITALIA	56	70
33	TELEFLEX MEDICAL	56	70
33	MEDIVAL	56	70
////////////////////////////////////			
34	COOK ITALIA	68,20	70
34	SVAS BIOSANA	45,70	46,91
34	TELEFLEX MEDICAL	47,40	48,65
34	B.R.S. CAPPuccio	43,90	45,06
////////////////////////////////////			
35	COOK ITALIA	66,50	70
35	SVAS BIOSANA	52,60	55,37
35	SCOGNAMIGLIO	52,60	55,37
35	AZ HOSPITAL	52,60	55,37
////////////////////////////////////			
36	COOK ITALIA	63	70
////////////////////////////////////			
37	NESSUNA OFFERTA PRESENTATA		////////////////////
////////////////////////////////////			
38	SVAS BIOSANA	49	70
38	MEDTRONIC ITALIA	49	70
38	TELEFLEX MEDICAL	49	70
38	SCOGNAMIGLIO	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////
////////////////////////////////////			
39	SVAS BIOSANA	49	70
39	MEDTRONIC ITALIA	49	70
39	TAU MEDICA	49	70
39	SCOGNAMIGLIO	49	70
39	B.R.S. CAPPuccio	49	70
////////////////////////////////////			
40	SVAS BIOSANA	49	70
40	MEDTRONIC ITALIA	49	70
40	TELEFLEX MEDICAL	49	70
40	TAU MEDICA	49	70
40	SCOGNAMIGLIO	49	70
40	B.R.S. CAPPuccio	49	70
////////////////////////////////////			
41	MEDTRONIC ITALIA	49	70
41	SCOGNAMIGLIO	49	70
41	B.R.S. CAPPuccio	49	70
////////////////////////////////////			
42	SVAS BIOSANA	49	70

fu OK SLM GEM

42	MEDTRONIC ITALIA	49	70
42	TELEFLEX MEDICAL	49	70
42	TAU MEDICA	49	70
42	SCOGNAMIGLIO	49	70
42	B.R.S. CAPPUCCIO	49	70
////////////////////////////////////			
43	SVAS BIOSANA	In merito ai lotti 43/44/45 la Commissione, all'esito dell'esame e valutazione dell'offerta tecnica, prende atto che, per mero errore materiale nel capitolato tecnico, la somma dei punteggi di qualità non è pari a 70/100 (come previsto dal disciplinare di gara e dal capitolato tecnico) ma è pari a 60/100. La Commissione si riserva pertanto in merito, aggiornandosi alla prosima seduta per concludere l'attribuzione dei punteggi di qualità, procedendo preliminarmente a riproporzionare i singoli criteri di qualità a 70/100.	-----
43	MEDTRONIC ITALIA	<i>Come sopra</i>	-----
43	DEAS	<i>Come sopra</i>	-----
43	EURO HOSPITEK	<i>Come sopra</i>	-----
43	TELEFLEX MEDICAL	<i>Come sopra</i>	-----
43	SCOGNAMIGLIO	<i>Come sopra</i>	-----
////////////////////////////////////			
44	SVAS BIOSANA	<i>Come sopra</i>	-----
44	MEDTRONIC ITALIA	<i>Come sopra</i>	-----
44	TELEFLEX MEDICAL	<i>Come sopra</i>	-----
44	TAU MEDICA	<i>Come sopra</i>	-----
44	SCOGNAMIGLIO	<i>Come sopra</i>	-----
44	B.R.S. CAPPUCCIO	<i>Come sopra</i>	-----
////////////////////////////////////			
45	SVAS BIOSANA	<i>Come sopra</i>	-----
45	MEDTRONIC ITALIA	<i>Come sopra</i>	-----
45	DEAS	<i>Come sopra</i>	-----
45	TELEFLEX MEDICAL	<i>Come sopra</i>	-----
45	TAU MEDICA	<i>Come sopra</i>	-----
45	SCOGNAMIGLIO	<i>Come sopra</i>	-----
////////////////////////////////////			
46	MEDTRONIC ITALIA	56	70
////////////////////////////////////			
47	DIMAR	60,60	70
47	SCOGNAMIGLIO	56	64,69
////////////////////////////////////			
48	DIMAR	60,60	70
48	SCOGNAMIGLIO	56	64,69
////////////////////////////////////			
49	DIMAR	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////////////////////
49	SCOGNAMIGLIO	56	70
////////////////////////////////////			
50	DIMAR	56	70
50	SCOGNAMIGLIO	56	70
////////////////////////////////////			
51	DIMAR	56	70
51	SCOGNAMIGLIO	56	70

for CT del GZM

////////////////////////////////////			
52	DIMAR	56	70
52	SCOGNAMIGLIO	56	70
////////////////////////////////////			
53	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL	56	70
53	BENEFIS S.R.L.	56	70
53	TELEFLEX MEDICAL SRL	56	70
53	TAU MEDICA SRL	56	70
53	SCOGNAMIGLIO srl	56	70
53	Medival S.r.l.	56	70
////////////////////////////////////			
54	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL	56	70
54	VYAIR S.R.L.	56	70
54	BENEFIS S.R.L.	56	70
54	SVAS BIOSANA S.p.A.	56	70
54	TELEFLEX MEDICAL SRL	56	70
54	TAU MEDICA SRL	56	70
54	SCOGNAMIGLIO srl	56	70
54	Medival S.r.l.	56	70
////////////////////////////////////			
55	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL	56	70
55	VYAIR S.R.L.	56	70
55	BENEFIS S.R.L.	56	70
55	SVAS BIOSANA S.p.A.	56	70
55	TELEFLEX MEDICAL SRL	56	70
55	TAU MEDICA SRL	56	70
55	SCOGNAMIGLIO srl	56	70
55	Medival S.r.l.	56	70
////////////////////////////////////			
56	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL	56	70
56	VYAIR S.R.L.	56	70
56	BENEFIS S.R.L.	56	70
56	SVAS BIOSANA S.p.A.	56	70
56	TELEFLEX MEDICAL SRL	56	70
56	TAU MEDICA SRL	56	70
56	SCOGNAMIGLIO srl	56	70
56	Medival S.r.l.	56	70
////////////////////////////////////			
57	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL	56	70
57	VYAIR S.R.L.	56	70
57	BENEFIS S.R.L.	56	70
57	SVAS BIOSANA S.p.A.	56	70
57	TELEFLEX MEDICAL SRL	56	70
57	TAU MEDICA SRL	56	70
57	SCOGNAMIGLIO srl	56	70
57	Medival S.r.l.	56	70
////////////////////////////////////			
58	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL	56	70
58	VYAIR S.R.L.	56	70
58	BENEFIS S.R.L.	56	70

per a Ely GZM

58	SVAS BIOSANA S.p.A.	56	70
58	TELEFLEX MEDICAL SRL	56	70
58	TAU MEDICA SRL	56	70
58	SCOGNAMIGLIO srl	56	70
58	Medival S.r.l.	56	70
////////////////////////////////////			
59	DIMAR S.R.L.	56	70
59	SCOGNAMIGLIO srl	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////////////////////
////////////////////////////////////			
60	SVAS BIOSANA S.p.A.	56	67,24
60	TELEFLEX MEDICAL SRL	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////////////////////
60	SCOGNAMIGLIO srl	58,30	70
60	B.R.S.CAPPUCCIO SRL	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////////////////////
////////////////////////////////////			
61	MEDTRONIC Italia spa	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////////////////////
61	DEAS	56	70
61	EURO HOSPITEK S.R.L.	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////////////////////
61	TELEFLEX MEDICAL SRL	56	70
61	TAU MEDICA SRL	56	70
////////////////////////////////////			
62		NESSUNA OFFERTA PRESENTATA	////////////////////////////////////
////////////////////////////////////			
63	MEDTRONIC Italia spa	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////////////////////
63	DEAS	56	70
63	EURO HOSPITEK S.R.L.	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////////////////////
63	TELEFLEX MEDICAL SRL	56	70
63	TAU MEDICA SRL	56	70
////////////////////////////////////			
64		NESSUNA OFFERTA PRESENTATA	////////////////////////////////////
////////////////////////////////////			
65	MEDTRONIC Italia spa	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////////////////////
65	DEAS	56	70
65	EURO HOSPITEK S.R.L.	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////////////////////
65	TELEFLEX MEDICAL SRL	56	70
////////////////////////////////////			
66	MEDTRONIC Italia spa	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////////////////////
66	DEAS	56	70
66	EURO HOSPITEK S.R.L.	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////////////////////
66	TELEFLEX MEDICAL SRL	56	70
////////////////////////////////////			
67	MEDTRONIC Italia spa	56	70
67	TELEFLEX MEDICAL SRL	56	70
67	SCOGNAMIGLIO srl	56	70
67	B.R.S.CAPPUCCIO SRL	56	70
////////////////////////////////////			
68	MEDTRONIC Italia spa	56	70
68	DEAS	56	70
68	TELEFLEX MEDICAL SRL	56	70
68	SCOGNAMIGLIO srl	56	70
////////////////////////////////////			

per *ex GEM*

69		NESSUNA OFFERTA PRESENTATA	////////////////////////////////////
70	MEDTRONIC Italia spa	56	70
70	DEAS	56	70
70	TELEFLEX MEDICAL SRL	56	70
70	SCOGNAMIGLIO srl	56	70
71	DEAS	56	70
71	TELEFLEX MEDICAL SRL	56	70
72	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////////////////////
72	BENEFIS S.R.L.	56	70
72	SCOGNAMIGLIO srl	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////////////////////
72	Medival S.r.l.	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////////////////////
73	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////////////////////
73	BENEFIS S.R.L.	56	70
73	SCOGNAMIGLIO srl	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////////////////////
73	Medival S.r.l.	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////////////////////
74	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////////////////////
74	BENEFIS S.R.L.	56	70
74	SCOGNAMIGLIO srl	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////////////////////
74	Medival S.r.l.	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////////////////////
75	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////////////////////
75	BENEFIS S.R.L.	56	70
76	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////////////////////
76	BENEFIS S.R.L.	56	70
77	BENEFIS S.R.L.	56	70
78	DEXTER	53,90	66,54
78	SVAS BIOSANA S.p.A.	42,40	52,35
78	MEDTRONIC Italia spa	56	69,14
78	DEAS	56	69,14
78	EURO HOSPITEK S.R.L.	52,50	64,81
78	TELEFLEX MEDICAL SRL	51,90	64,07
78	TAU MEDICA SRL	56,70	70
78	SCOGNAMIGLIO srl	52,60	64,94
78	A.T.M. Service S.r.l.	42,40	52,35
79	SVAS BIOSANA S.p.A.	42,40	53
79	MEDTRONIC Italia spa	54,80	68,50
79	EURO HOSPITEK S.R.L.	42,40	53
79	TELEFLEX MEDICAL SRL	51,90	64,88
79	TAU MEDICA SRL	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////////////////////////////////////
79	SCOGNAMIGLIO srl	53,60	67
79	B.R.S.CAPPUCCIO SRL	56	70

frei *or* *Sen* *GZM*

80	SVAS BIOSANA S.p.A.	55,30	69,13
80	MEDTRONIC Italia spa	56	70
80	TELEFLEX MEDICAL SRL	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////
80	B.R.S.CAPPUCCIO SRL	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////
81	TELEFLEX MEDICAL SRL	56	70
82	TELEFLEX MEDICAL SRL	56	70
82	Medival S.r.l.	56	70
83	TELEFLEX MEDICAL SRL	56	70
83	Medival S.r.l.	56	70
84	NESSUNA OFFERTA PRESENTATA		////
85	CERACARTA S.p.A.	56	70
85	FIAB	56	70
86	CERACARTA S.p.A.	56	70
86	FIAB	56	70
87	CISATECH	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////
87	EURO HOSPITEK S.R.L.	56	70
87	TAU MEDICA	56	70
87	B.R.S.CAPPUCCIO SRL	56	70
87	CERACARTA S.p.A.	56	70
87	FIAB	56	70
88	TAU MEDICA	56	70
88	CERACARTA S.p.A.	56	70
88	FIAB	56	70
89	EURO HOSPITEK S.R.L.	56	70
89	TAU MEDICA	56	70
89	B.R.S.CAPPUCCIO SRL	56	70
89	CERACARTA S.p.A.	56	70
89	FIAB	56	70
90	A.T.M. Service S.r.l.	Non valutata per mancanza requisito richiesto da capitolato	////
91	MEDTRONIC Italia spa	56	70
92	CISATECH S.R.L.	56	70

In prosieguo, la Commissione alle ore 11:15 continua nei lavori in seduta pubblica e telematica, attraverso la piattaforma SIAPS, in modalità call conference attraverso ZOOM con i concorrenti, giuste convocazioni come da regolare comunicazione del RUP su sistema SIAPS del 7.2.2024.

feri *OK Ele GEM*

Sono presenti in modalità call conference e collegamento virtuale su portale SIAPS i rappresentanti dei concorrenti:

- Sig. Luca Lamberti, Ditta Scognamiglio
- Sig. Maurizio Borsari, per la Ditta Dimar
- Sig.ra Concetta Colucci, per le Ditte Smiths Medical Italia ed ICU Medical
- Sig. Massimo Boemio, Ditta Medtronic;
- Sig.ra Elena Cantini, Ditta Alea
- Sig.ra Sonia Picone, Ditta Teleflex Medical
- Sig.ra Maria Minichino, Ditta Svas Biosana
- Sig.ra Alessandra Amato, per la Ditta ATM Service




Tanto premesso, la Commissione di gara comunica l'esito della valutazione delle offerte tecniche attraverso la lettura dei punteggi di qualità attribuiti con le modalità previste dal disciplinare di gara, risultanti dalle schede di valutazione allegate al presente verbale ed inseriti sulla piattaforma SIAPS ed alla lettura della relativa relazione di accompagnamento.

La Commissione procede, quindi, alla lettura dei prezzi delle offerte economiche presenti sulla piattaforma SIAPS, limitatamente ai prodotti giudicati conformi ed ammessi alla fase di apertura dell'offerta economica per ciascuna ditta.

All'esito delle descritte operazioni, la Commissione, considerata la numerosità dei lotti e dei concorrenti, rimette gli atti al RUP che procederà ad eseguire le operazioni di calcolo previste dal disciplinare di gara, al fine di definire per ciascun prodotto offerto, il punteggio complessivo (dato dalla somma del punteggio di qualità e di quello relativo al prezzo) e di elaborare la conseguente graduatoria. La Commissione dà atto, altresì, che tale adempimento costituisce attività vincolata di tipo meramente compilativo non soggetto ad alcun giudizio discrezionale o ad alcuna valutazione tecnica.

La graduatoria provvisoria risultante dalle predette operazioni sarà comunicata agli Operatori Economici attraverso la pubblicazione sul sito web aziendale della quale sarà dato avviso mediante comunicazione a mezzo piattaforma SIAPS.

Alle ore 12:48 termina la seduta pubblica e la Commissione si aggiorna alla data dell' 11 marzo p.v. ore 10:00. Del che è verbale che letto confermato è sottoscritto.

PRESIDENTE	Dr. Geremia Zito Marinosci	
COMPONENTE	Dott.ssa Emiliana Matania	
COMPONENTE	Dott.ssa Chiara Troncone	
SEGRETARIO	Dott.ssa Erica Ferri	

VERBALE GARA DISPOSITIVI ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Insediate la commissione tecnica costituita dal dottore Geremia Zito Marinosci (in qualità di presidente, dalla dottoressa Emiliana Matania (in qualità di componente) e dalla dottoressa Chiara Troncone (in qualità di componente). Gli incontri della commissione tecnica sono stati effettuati nelle seguenti date:

Gennaio 2023, nei giorni, 9, 11, 12.

Febbraio 2023 nei giorni 2, 3, 9, 15, 16, 22, 24.

Marzo 2023 nei giorni 13, 20, 22, 29.

Settembre 2023, nei giorni: 4, 6, 7.

Ottobre 2023, nei giorni: 16, 18, 19, 24, 25, 26.

Novembre: 2, 7, 8, 14, 15, 21, 22.

Dicembre 2023, nei giorni: 05.

Durante i primi incontri la commissione ha valutato le offerte delle ditte raffrontandole al CSA, provvedendo successivamente all'esame della campionatura ed in ultimo alla attribuzione dei punteggi di qualità

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
Nulla	0
Inadeguato	0.1
Assolutamente insufficiente	0.2
Gravemente insufficiente	0.3
Insufficiente	0.4
Mediocre	0.5
Sufficiente	0.6
Discreto	0.7
Buono	0.8
Ottimo	0.9
Eccellente	1.0

OK Blu G2M

ANALISI DEI LOTTI

Lotto 1

RACCORDI PER ACCESSO VASCOLARE A CIRCUITO CHIUSO MONTATI SU PROLUNGA A TRE VIE CHE ESERCITANO UNA PRESSIONE NEUTRA ALLA DISCONNESSIONE DELLA SIRINGA, PRIVI DI LATTICE PRIVI DI FTALATI, TRASPARENTI, CON SUPERFICIE DEL PUNTO DI ACCESSO LISCIA E PRIVA DI SPAZIO MORTO, CON FLUSSO LINEARE E POSSIBILITÀ DI PERFORAZIONE.

CAIR ITALIA:

Scheda tecnica del prodotto offerto con codice PY3101NCM "Spyder" prolunga 3 vie marchio Ce, classe IIa; CND A030201, n. iscrizione al repertorio 762887, con valvola "Neutruclear". In relazione alla valvola "Neutruclear" è in grado di assicurare un flusso medio di 125 ml/minuto flusso minimo 100 ml minuto per gravità sotto una colonna d'acqua di 100 cm. il dispositivo PY3101NCM Spyder prolunga 3 vie, presenta uno Spazio Morto: di circa 0,58 ml. La durata del dispositivo offerto è di 7 giorni ed un numero di attivazioni che nella dichiarazione di conformità non deve eccedere le 400 o 600 attivazioni, riferite (per quello che viene descritto nella documentazione allegata all'offerta) per la valvola "Neutruclear" e circa 400 per il sistema "Spyder" prolunga a tre vie.

La valutazione **complessiva** è **Discreta** – VOTO: 0,7.

BENEFIS:

Prodotto offerto con numero di codice 133B0101 e numero di repertorio 711352/R, relativo a sistema chiuso senza ago per terapia infusione e prelievi: Dispositivo della lunghezza di 15 cm con volume di riempimento nominale di 0,48 ml. Capacità da assicurare un flusso per gravità sotto colonna di acqua 100 cm di circa 400 ml/minuto, in grado di assicurare 300 attivazioni per infusioni in 7 giorni e testato microbiologicamente come sicuro dopo opportuna disinfezione con IPA 70% per >140 attivazioni in 7 giorni.

In ragione di quanto esposto:

- Qualità e resistenza del materiale e della manifattura: **Buona** – VOTO: 0,8.
- Qualità Costruttiva Correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza: **Buona** – VOTO: 0,8.
- Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: **Buona** – VOTO: 0,8.

BEMAR ITALIA:

Il prodotto offerto con codice di riferimento "REF: MFX2603MZ" ed iscrizione al repertorio 1827363, (classe IIa), La valutazione complessiva è **Discreta** – VOTO: 0,7.

Qualità e resistenza del materiale e della manifattura: **Discreta** – VOTO: 0,7. dalla documentazione allegata all'offerta si evince che il flusso del prodotto con codice MFX2603M (prolunga a 3 vie della lunghezza di 17 cm) in ml/min sia di 32ml/min (non altrimenti specificato se per ogni lume) con la capacità di resistere ad una pressione massima di 325 PSI.

- Qualità Costruttiva Correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza: **Discreta** – VOTO: 0,7.
- Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: **Discreta** – VOTO: 0,7.

Il dispositivo validato per essere utilizzato sui pazienti fino a 7 giorni o fino a 200 accessi, a seconda di quale condizione si verifichi per prima.

ICU MEDICAL EUROPE:

ex Bler GZM

Lotto 2

SET PER SISTEMA DI RISCALDAMENTO DELLE SOLUZIONI EV. E DEL SANGUE LATEX FREE, STERILE E DOTATO DI UNA LINEA A TRE LUMI COASSIALI CHE ASSICURI LA TOTALE GARANZIA DEL RISCALDAMENTO INTERNO ATTIVO E STATO NORMOTERMICO DEL PAZIENTE.

SMITHS MEDICAL ITALIA:

Unica ditta partecipante prodotto idoneo e conforme.

La valutazione **complessiva** è **Discreta** - VOTO 0,7.

Lotto 3

ELETTRO CATETERI PER REGISTRAZIONE E STIMOLAZIONE TRANSESOFAGEA MISURA PEDIATRICA.

FIAB:

Unica ditta partecipante prodotto idoneo e conforme.

La valutazione **complessiva** è **Discreta** - VOTO 0,7.

Lotto 4

ELETTRO CATETERI PER REGISTRAZIONE E STIMOLAZIONE TRANSESOFAGEA MISURA ADULTI.

FIAB:

Unica ditta partecipante prodotto idoneo e conforme.

La valutazione **complessiva** è **Discreta** - VOTO 0,7.

Lotto 5

ELETTRODI NEONATALI.

FIAB:

Unica ditta partecipante prodotto idoneo e conforme.

La valutazione **complessiva** è **Discreta** - VOTO 0,7.

at ole GZM

Lotto 6

ELETTRODI EG PEDIATRICI MONOUSO IN GEL SOLIDO TIPO HYDROGEL O SIMILARE ADESIVO E CONDUTTIVO, IPOALLERGENICO, PER MONITORAGGIO CARDIACO E NEUROLOGICO TIPO ARBO, LATEX FREE E PVC ESENTE CON SENSORE ARGENTO/ARGENTO CLORURO, ATTACCO A BOTTONE, DIAMETRO 24 MM CIRCA, PROVVISORIO DI SUPPORTO, MUNITO DI FINESTRA TRASPARENTE PER ISPEZIONE SOTTOSTANTE, LINGUETTA LATERALE PER SEMPLIFICARE IL POSIZIONAMENTO E LA RIMOZIONE.

CARDINAL HEALTH:

Prodotto offerto con numero di repertorio 1755561, codice prodotto 31.1245.21.

Unico ad essere delle precise dimensioni richieste nel capitolato. Dalla documentazione a disposizione della commissione è l'unico prodotto offerto (codice 31.1245.21) ad essere dotato della finestra trasparente per ispezione sottostante.

La valutazione **complessiva** è **Discreta** - VOTO 0,7.

CERACARTA:

Non valutato per mancanza del requisito indispensabile. Dalla documentazione presentata manca la finestra per l'ispezione.

FIAB:

Non valutato per mancanza del requisito indispensabile. Dalla documentazione presentata mancano nel prodotto offerto la linguetta laterale e la finestra per l'ispezione.

Lotto 7

ELETTRODI MONOUSO PER ECG ADESIVO, MISURA ADULTI, IN GEL SOLIDO E CONNESSIONE SENSORE ARGENTO/ARGENTO CLORURO, ATTACCO A BOTTONE CON CLIP IN ACCIAIO INOX, DIAMETRO DA 30 A 45 MM CIRCA, FORMA OVALE O SIMILARE, PROVVISORIO DI SUPPORTO

CARDINAL HEALTH:

Non valutato per mancanza di requisito richiesto nel capitolato. Il prodotto offerto e contraddistinto da Ref. H99SG, CND C020501 e num. repertorio 1755503 ha un diametro di 55 mm (1 cm. Superiore a quanto richiesto nel CSA)

CERACARTA:

Prodotto Idoneo e Conforme. La valutazione **complessiva** è **Discreta** - VOTO 0,7.

FIAB:

Prodotto Idoneo e Conforme. La valutazione **complessiva** è **Discreta** - VOTO 0,7.

ID&CO:

Prodotto Idoneo e Conforme. La valutazione **complessiva** è **Discreta** - VOTO 0,7.

SVAS:

Prodotto Idoneo e Conforme. La valutazione **complessiva** è **Discreta** - VOTO 0,7.

OT Glen GEM

Lotto 8

ELETTRODI VARIE MISURE CON ADESIVO ANALLERGICO PER ECG DINAMICO DELLE 24 ORE SECONDO HOLTER E DA SFORZO LATEX FREE

CARDINAL HEALTH:

Non valutato per mancanza di requisito richiesto nel capitolato offerta di "varie misure". Il prodotto offerto "Kendall MediTrace" REF MT850 (22850), CND C020501, n. di repertorio 169108. Offerta misura unica, non conforme a quanto richiesto nel capitolato.

CERACARTA:

Non valutato per mancanza di requisito richiesto nel capitolato offerta di "varie misure". Il prodotto offerto Linea Top Trace ST 50 RFI, REF 13633, CND C020501, RDM 69425/R.

FIAB:

Non valutato per mancanza di requisito richiesto nel capitolato offerta di "varie misure". Il prodotto offerto con ReF: F9060 si riferisce alla misura adulti che è l'unica messa in evidenza nella documentazione a corredo; pertanto, il prodotto non è conforme a quanto richiesto, pur essendo presenti nella dichiarazione di conformità tutte le misure.

ID&CO:

Prodotti Idonei e Conformi. La valutazione **complessiva** è Discreta - VOTO 0,7.

VYARIE:

Prodotti Idonei e Conformi. La valutazione **complessiva** è Discreta - VOTO 0,7.

OK Ely GZM

Prodotto offerto con CND A03020101, n. iscrizione al Repertorio 523440, Ref 011-MC33067.

- Qualità e resistenza del materiale e della manifattura: **Ottima** – VOTO: 0,9, dato l'intervallo di pressioni cui il dispositivo può essere esposto, eventualmente utilizzabile date le caratteristiche di manifattura anche con linee arteriose. Basso il volume di riempimento (<0,4 cc)
- Qualità Costruttiva Correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza: **Ottima** – VOTO: 0,9, data la lunghezza complessiva inferiore a 10 cm (3,5 pollici di lunghezza totale equivalente a <9 cm; 1 pollice= 2,54 cm)
- Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: **Buona** - VOTO: 0,8, dal momento che è descritta la possibilità di accesso al dispositivo 700 attivazioni.

TAU MEDICA:

Prodotto offerto "Flowart" triplo lume Ref. A3010.

- Qualità e resistenza del materiale e della manifattura: **Buona** - VOTO: 0,8, portata massima di 312 ml/min
- Qualità Costruttiva Correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza: **Ottima** – VOTO: 0,9, data la lunghezza complessiva inferiore a 10 cm
- Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: **Buona** - VOTO: 0,8, dal momento che è descritta la possibilità di accesso al dispositivo per un massimo di 600 attivazioni.

At Ele GZM