

LOTTO 34

CATETERE PERVIO IN MATERIALE RADIOPACO PER SOSTITUZIONE DI TUBI ENDOTRACHEALI.

B.R.S. CAPPUCCIO:

I dispositivi sono offerti in due misure (3,3 mm e 5 mm di diametro); sarebbe necessaria una gamma omogenea di dispositivi in grado di poter essere utilizzati nella gestione delle vie aeree nelle diverse fasi della crescita: dal lattante sino al paziente adolescente.

La valutazione analitica è pertanto la seguente e si basa sulla impressione di utilizzo di due specialisti esperti nella gestione delle vie aeree del paziente pediatrico.

Qualità e resistenza del materiale della manifattura: **Discreta** - VOTO 0,7.

Atraumaticità: **Discreta** - VOTO 0,7.

ambito di gestione delle vie aeree pediatriche.

Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza: **Mediocre** - VOTO 0,5: in relazione a quanto espresso sopra per la presenza di due calibri.

Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: **Sufficiente** - VOTO 0,6, migliorabile, soggettivamente, il compromesso tra la consistenza del dispositivo e possibilità di indirizzare il prodotto durante l'utilizzo come anche il raccordo per la jet ventilation.

COOK: Valutazione Eccellente per ogni criterio di valutazione, unitamente alla possibilità di poter disporre di misure dal calibro che soddisfano tutte le esigenze di utilizzo.

La valutazione analitica è pertanto la seguente e si basa sulla impressione di utilizzo di due specialisti esperti nella gestione delle vie aeree del paziente pediatrico.

Qualità e resistenza del materiale della manifattura: **Eccellente** - VOTO 1. Il materiale plastico, soggettivamente, appare della migliore consistenza adatta per l'utilizzo clinico.

Atraumaticità: **Ottima** - VOTO 0,9.

Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza: **Eccellente** - VOTO 1: Sono presenti 4 calibri.

Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: **Eccellente** - VOTO 1: Presenti due tipi di connettori (di calibro differente) ad aggancio e sgancio rapido per poter collegare una fonte di ossigeno supplementare.

SVAS:

I dispositivi offerti possono essere utilizzati in tubi endotracheali dal diametro interno ≥ 4 mm; sarebbe necessaria una gamma omogenea di dispositivi in grado di poter essere utilizzati nella gestione delle vie aeree nelle diverse fasi della crescita: dal lattante sino al paziente adolescente.

La valutazione analitica è pertanto la seguente e si basa sulla impressione di utilizzo di due specialisti esperti nella gestione delle vie aeree del paziente pediatrico.

Qualità e resistenza del materiale della manifattura: **Discreta** - VOTO 0,7, soddisfacente la qualità percepita del materiale plastico.

Atraumaticità: **Buona** - VOTO 0,8

Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza: **Mediocre** - VOTO 0,5: in relazione a quanto espresso sopra per le dimensioni dei prodotti offerti.

Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: **Sufficiente** - VOTO 0,6, migliorabile, il design del raccordo per la ventilazione.

TELEFLEX:

OT Eley GEM

Il Prodotto offerto con codice 503100 sarebbe adatto ad essere impiegato per tubi di misura dal 3 - 6. Avendo un diametro interno di 1,4 mm ed esterno di 2,6 mm.

La valutazione analitica è pertanto la seguente e si basa sulla impressione di utilizzo di due specialisti esperti nella gestione delle vie aeree del paziente pediatrico.

Qualità e resistenza del materiale della manifattura: **Buona** – VOTO 0,8, morbido il materiale plastico esternamente.

Atraumaticità: **Discreta** - VOTO 0,7, dato il compromesso ottenuto dovendo irrigidire il dispositivo.

Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza: **Sufficiente** - VOTO 0,6: soggettivamente migliorabile il compromesso tra le plastiche esterne ed il rinforzo interno.

Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: **Sufficiente** - VOTO 0,6, migliorabile, il design del raccordo per la ventilazione

LOTTO 35

INTRODOTTORE PER INTUBAZIONE TRACHEALE IN POLIURETANO RADIOPACO CON CATETERE DI DIAMETRO DI 14 Fr. E LUNGHEZZA DI 70 CM

AZ HOSPITAL:

Qualità e resistenza del materiale della manifattura: **Discreta** - VOTO 0,7

Atraumaticità: **Ottima**- VOTO 0,9.

Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza: **Discreta** - VOTO 0,7

Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: **Discreta** - VOTO 0,7

COOK

Qualità e resistenza del materiale della manifattura: **Eccelente** - VOTO 1. Il materiale plastico, soggettivamente, appare della migliore consistenza adatta per l'utilizzo clinico.

Atraumaticità: **Ottima**- VOTO 0,9.

Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza: **Ottima**- VOTO 0,9. La presenza del mandrino estraibile rende l'utilizzo clinico più agevole nelle varie situazioni.

Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: **Eccelente** - VOTO 1: Presenti due tipi di connettori (di calibro differente) ad aggancio e sgancio rapido per poter collegare una fonte di ossigeno supplementare.

SCOGNAMIGLIO

Qualità e resistenza del materiale della manifattura: **Discreta** - VOTO 0,7

Atraumaticità: **Ottima**- VOTO 0,9.

Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza: **Discreta** - VOTO 0,7

Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: **Discreta** - VOTO 0,7

SVAS

Qualità e resistenza del materiale della manifattura: **Discreta** - VOTO 0,7

Atraumaticità: **Ottima**- VOTO 0,9.

Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza: **Discreta** - VOTO 0,7

Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: **Discreta** - VOTO 0,7

Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: Sufficiente.

LOTTO 36

SET DI ESTUBAZIONE A STADI

COOK: Idoneo e Conforme. Valutazione **Ottima** - VOTO 0,9.

Handwritten signature: O. E. G. Z. M.

LOTTO 37

KIT PER L'ESECUZIONE DI MINITRACHEOTOMIA

DESERTO

LOTTO 38

CIRCUITI RESPIRATORI MONOUSO STERILI IN PVC CON SUPERFICIE INTERNA LISCIA VERSIONE NEONATALE
DIAM. TUBO 10 MM CIRCA, LUNGH. 180 CM CIRCA, RACCORDO AD Y 22M/15F CIRCA CON TAPPO IN EVA.

MEDTRONIC:

La valutazione complessiva è Discreta - VOTO 0,7

SCOGNAMIGLIO:

Non valutato per mancanza del requisito indispensabile "LUNGHEZZA 180 CM": Il prodotto evidenziato in offerta, identificato dal codice 5512005S, è lungo 150 cm.

SVAS:

La valutazione complessiva è Discreta - VOTO 0,7

TELEFLEX:

La valutazione complessiva è Discreta - VOTO 0,7

LOTTO 39

CIRCUITI RESPIRATORI MONOUSO STERILI IN PVC CON SUPERFICIE INTERNA LISCIA VERSIONE PEDIATRICA
DIAM. TUBO INT. 15MM CIRCA, LUNGH. 180CM CIRCA, CON USCITA PER CAPNOMETRIA SENZA
RACCOGLITORE DI CONDENSA.

B.R.S. CAPPUCCIO:

La valutazione complessiva è Discreta - VOTO 0,7

MEDTRONIC:

La valutazione complessiva è Discreta - VOTO 0,7

SCOGNAMIGLIO:

La valutazione complessiva è Discreta - VOTO 0,7

SVAS:

La valutazione complessiva è Discreta - VOTO 0,7

TAU MEDICA:

La valutazione complessiva è Discreta - VOTO 0,7

GZM

LOTTO 40

CIRCUITI RESPIRATORI MONOUSO STERILI IN PVC CON SUPERFICIE INTERNA LISCIA VERSIONE ADULTI DIAM. TUBO INT. 15MM CIRCA, LUNGH. 180CM CIRCA, CON USCITA PER CAPNOMETRIA SENZA RACCOGLITORE DI CONDENSA.

B.R.S. CAPPUCCIO:

La valutazione complessiva è Discreta - VOTO 0,7

MEDTRONIC:

La valutazione complessiva è Discreta - VOTO 0,7

SCOGNAMIGLIO:

La valutazione complessiva è Discreta - VOTO 0,7

SVAS:

La valutazione complessiva è Discreta - VOTO 0,7

TAU MEDICA:

La valutazione complessiva è Discreta - VOTO 0,7

TELEFLEX MEDICAL:

La valutazione complessiva è Discreta - VOTO 0,7

LOTTO 41

CIRCUITI RESPIRATORI NEONATALI LUNGHEZZA 1,5 METRI CIRCA

B.R.S. CAPPUCCIO:

La valutazione complessiva è Discreta - VOTO 0,7

MEDTRONIC:

La valutazione complessiva è Discreta - VOTO 0,7

SCOGNAMIGLIO:

La valutazione complessiva è Discreta - VOTO 0,7

SVAS:

La valutazione complessiva è Discreta - VOTO 0,7

TAU MEDICA:

La valutazione complessiva è Discreta - VOTO 0,7

TELEFLEX MEDICAL:

La valutazione complessiva è Discreta - VOTO 0,7

 GZM

LOTTO 42

CIRCUITI RESPIRATORI NEONATALI LUNGHEZZA 3,5 METRI CIRCA

B.R.S. CAPPUCCIO:

La valutazione complessiva è Discreta - VOTO 0,7

MEDTRONIC:

La valutazione complessiva è Discreta - VOTO 0,7

SCOGNAMIGLIO:

La valutazione complessiva è Discreta - VOTO 0,7

SVAS:

La valutazione complessiva è Discreta - VOTO 0,7

TAU MEDICA:

La valutazione complessiva è Discreta - VOTO 0,7

TELEFLEX MEDICAL:

La valutazione complessiva è Discreta - VOTO 0,7

LOTTO 43

CATETERI MOUNT IN PVC, MONOUSO, STERILI, CON RACCORDO PER INTUBAZIONE DRITTO 15F/22M LUNGH. 10CM CIRCA SPAZIO MORTO 25ML CIRCA NON CONDUTTIVI LATEX FREE.

DEAS:

Qualità e resistenza del materiale e della manifattura: La valutazione è Buona- VOTO 0,8, in relazione alle caratteristiche meccaniche descritte.

Spazio morto: La valutazione è Ottima - VOTO 0,9, lo spazio morto di apparato descritto è di 15 ml.

EURO HOSPITEK:

Non valutato per mancanza del requisito indispensabile:

- LUNGHEZZA 10 CM CIRCA: Il prodotto offerto è lungo 15 cm.
- SPAZIO MORTO: 30 ml

MEDTRONIC:

Non valutato per mancanza del requisito indispensabile:

- RACCORDO PER INTUBAZIONE DRITTO: Il prodotto offerto ha un raccordo a gomito di. 120°.

SCOGNAMIGLIO:

Qualità e resistenza del materiale e della manifattura: La valutazione è Discreta - VOTO 0,7, in virtù della possibilità di estensione che renderebbe versatile il dispositivo nell'utilizzo clinico a scapito dell'aumento dello spazio morto di apparato, *vide infra*.

Spazio morto: La valutazione è Discreta - VOTO 0,7. Lo spazio morto a seconda della estensione del dispositivo varia da 20 a 40 ml.

SVAS:

Non valutato per mancanza del requisito indispensabile:

- RACCORDO PER INTUBAZIONE DRITTO: Il prodotto offerto ha un raccordo a gomito di. 120°.

OTEM GEM

TELEFLEX MEDICAL:

Qualità e resistenza del materiale e della manifattura: La valutazione è **Buona**- VOTO 0,8, in relazione alle caratteristiche meccaniche descritte.

Spazio morto: La valutazione è **Buona**- VOTO 0,8.

LOTTO 44

CATETERI MOUNT IN PVC, MONOUSO, STERILI, GIREVOLE CON RACCORDO PER INTUBAZIONE 15F/22M LUNGH. 5CM CIRCA SPAZIO MORTO 15ML CIRCA NON CONDUTTIVI LATEX FREE

CAPPUCCIO:

Qualità e resistenza del materiale e della manifattura: La valutazione è **Buona**- VOTO 0,8, in relazione alle caratteristiche meccaniche descritte.

Spazio morto: La valutazione è **Buona**- VOTO 0,8.

Qualità correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: **Buona**- VOTO 0,8.

SCOGNAMIGLIO:

Qualità e resistenza del materiale e della manifattura: La valutazione è **Buona**- VOTO 0,8, in relazione alle caratteristiche meccaniche descritte.

Spazio morto: La valutazione è **Buona**- VOTO 0,8.

Qualità correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: **Buona**- VOTO 0,8.

SVAS:

Qualità e resistenza del materiale e della manifattura: La valutazione è **Buona**- VOTO 0,8, in relazione alle caratteristiche meccaniche descritte.

Spazio morto: La valutazione è **Buona**- VOTO 0,8.

Qualità correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: **Buona**- VOTO 0,8.

TAU-MEDICAL:

Qualità e resistenza del materiale e della manifattura: La valutazione è **Buona**- VOTO 0,8, in relazione alle caratteristiche meccaniche descritte.

Spazio morto: La valutazione è **Buona**- VOTO 0,8.

Qualità correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: **Buona**- VOTO 0,8.

TELEFLEX:

Qualità e resistenza del materiale e della manifattura: La valutazione è **Buona**- VOTO 0,8, in relazione alle caratteristiche meccaniche descritte.

Spazio morto: La valutazione è **Buona**- VOTO 0,8.

Qualità correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: **Mediocre**- VOTO 0,5, manca la presa per l'aspirazione.

MEDTRONIC:

Non valutato per mancanza del requisito indispensabile:

- GIREVOLE: Il prodotto offerto ha un raccordo a gomito di. 120°.

BT SLUGZM

LOTTO 45

CATETERI MOUNT IN PVC, MONOUSO, STERILI, GIREVOLE CON RACCORDO PER INTUBAZIONE 15F/22M LUNGH. 10 CM CIRCA SPAZIO MORTO 15ML CIRCA NON CONDUTTIVI LATEX FREE

DEAS:

Qualità e resistenza del materiale e della manifattura: La valutazione è **Buona**- VOTO 0,8, in relazione alle caratteristiche meccaniche descritte.

Spazio morto: La valutazione è **Buona**- VOTO 0,8.

Qualità correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: **Mediocre**- VOTO 0,5, superiore a 15 ml.

CAPPUCCIO:

Qualità e resistenza del materiale e della manifattura: La valutazione è **Buona**- VOTO 0,8, in relazione alle caratteristiche meccaniche descritte.

Spazio morto: La valutazione è **Buona**- VOTO 0,8.

Qualità correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: **Buona**- VOTO 0,8.

SCOGNAMIGLIO:

Qualità e resistenza del materiale e della manifattura: La valutazione è **Buona**- VOTO 0,8, in relazione alle caratteristiche meccaniche descritte.

Spazio morto: La valutazione è **Buona**- VOTO 0,8.

Qualità correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: **Buona**- VOTO 0,8.

SVAS:

Qualità e resistenza del materiale e della manifattura: La valutazione è **Buona**- VOTO 0,8, in relazione alle caratteristiche meccaniche descritte.

Spazio morto: La valutazione è **Buona**- VOTO 0,8.

Qualità correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: **Buona**- VOTO 0,8.

TAU-MEDICAL:

Qualità e resistenza del materiale e della manifattura: La valutazione è **Buona**- VOTO 0,8, in relazione alle caratteristiche meccaniche descritte.

Spazio morto: La valutazione è **Buona**- VOTO 0,8.

Qualità correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: **Buona**- VOTO 0,8.

TELEFLEX:

Qualità e resistenza del materiale e della manifattura: La valutazione è **Buona**- VOTO 0,8, in relazione alle caratteristiche meccaniche descritte.

Spazio morto: La valutazione è **Buona**- VOTO 0,8.

Qualità correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: **Mediocre**- VOTO 0,5, manca la presa per l'aspirazione.

MEDTRONIC:

Qualità e resistenza del materiale e della manifattura: La valutazione è **Buona**- VOTO 0,8, in relazione alle caratteristiche meccaniche descritte.

Spazio morto: La valutazione è **Buona**- VOTO 0,8.

Qualità correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: **Mediocre**- VOTO 0,5, superiore a 15 ml.

Ch. Ely GZM

LOTTO 46

RACCORDI MONOUSO A TRE VIE TIPO "VA E VIENI" CON VALVOLA DI SCARICO

MEDTRONIC: La valutazione è Buona- VOTO 0,8.

LOTTO 47

CASCO CPAP MISURA NEONATALE, MONOPAZIENTE DA 3 A 7 KG CIRCA COSTITUITO DA UN SISTEMA DI ACCESSO AL PAZIENTE, SISTEMA ANTISOFFOCAMENTO, VALVOLA PEEP REGOLABILE CUSCINETTO INTERNO GONFIABILE O SISTEMA SIMILARE.

SCOGNAMIGLIO:

Qualità e resistenza del materiale e della manifattura: La valutazione è Buona- VOTO 0,8, in relazione alle caratteristiche descritte.

Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza: La valutazione è Buona- VOTO 0,8.

Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: Buona- VOTO 0,8.

DIMAR:

Qualità e resistenza del materiale e della manifattura: La valutazione è Buona- VOTO 0,8, in relazione alle caratteristiche descritte.

Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza: La valutazione è Buona- VOTO 0,8.

Qualità correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: Eccellente- Voto 1, data la presenza di cerniera che facilita l'accesso al paziente.

LOTTO 48

CASCO CPAP MISURA PEDIATRICA, MONOPAZIENTE DA 7 A 13 KG CIRCA COSTITUITO DA UN SISTEMA DI ACCESSO AL PAZIENTE, SISTEMA ANTISOFFOCAMENTO, VALVOLA PEEP REGOLABILE CUSCINETTO INTERNO GONFIABILE O SISTEMA SIMILARE.

SCOGNAMIGLIO:

Qualità e resistenza del materiale e della manifattura: La valutazione è Buona- VOTO 0,8, in relazione alle caratteristiche descritte.

Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza: La valutazione è Buona- VOTO 0,8.

Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: Buona- VOTO 0,8.

DIMAR:

Qualità e resistenza del materiale e della manifattura: La valutazione è Buona- VOTO 0,8, in relazione alle caratteristiche descritte.

Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza: La valutazione è Buona- VOTO 0,8.

Qualità correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: Eccellente- Voto 1, data la presenza di cerniera che facilita l'accesso al paziente.

Stella GZM

LOTTO 49

CASCO CPAP MISURA MEDIA TIPO ADULTI DA CM 34 - 39 CM CIRCA COSTITUITO DI DISPOSITIVO PER LA MISCELAZIONE DI ARIA ED OSSIGENO INTEGRATO E VALVOLA DI PEEP REGOLABILE O SIMILARE

DIMAR: non valutato per mancanza del requisito indispensabile "dispositivo per la miscelazione di aria ed ossigeno"

SCOGNAMIGLIO:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

LOTTO 50

SISTEMA PER RESPIRAZIONE IN CPAP MISURA MEDIA DA 17 CM CIRCA – 34 CM CIRCA COSTITUITO DI DISPOSITIVO PER LA MISCELAZIONE DI ARIA ED OSSIGENO INTEGRATO E VALVOLA PEEP REGOLABILE O SIMILARE

DIMAR:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

SCOGNAMIGLIO:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

LOTTO 51

SISTEMA PER RESPIRAZIONE IN CPAP MISURA MEDIA DA CM 34 CM CIRCA - 38 CM CIRCA COSTITUITO DI DISPOSITIVO PER LA MISCELAZIONE DI ARIA ED OSSIGENO INTEGRATO E VALVOLA PEEP REGOLABILE O SIMILARE

DIMAR:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

SCOGNAMIGLIO:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

LOTTO 52

CASCO PER NIV PEDIATRICA, MONOPAZIENTE, COSTITUITO DA UN SISTEMA PER ACCESSO AL PAZIENTE, SISTEMA ANTI-SOFFOCAMENTO, CUSCINETTO INTERNO GONFIABILE O SISTEMA SIMILARE E CIRCUITO PER NIV: MIS. S M.

DIMAR:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

SCOGNAMIGLIO:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Z. M.' or similar, located at the bottom of the page.

LOTTO 53

MASCHERE FACCIALI IN MATERIALE PLASTICO TRASPARENTE IN GRADO DI ADATTARSI AL VISO ASSICURANDO LA PERFETTA TENUTA, LATEX FREE, PRIVE DI FTALATI, MONOUSO PER ANESTESIA CON CUSCINETTO ANATOMICO MORBIDO PREGONFIATO MISURA 0.

AIR LIQUIDE:

Valutazione complessiva **Buona** – VOTO 0,8.

BENEFIS:

Valutazione complessiva **Buona** – VOTO 0,8.

MEDIVAL:

Valutazione complessiva **Buona** – VOTO 0,8.

SCOGNAMIGLIO:

Valutazione complessiva **Buona** – VOTO 0,8.

TAU MEDICA:

Valutazione complessiva **Buona** – VOTO 0,8.

TELEFLEX:

Valutazione complessiva **Buona** – VOTO 0,8.

Handwritten signature
GEM

LOTTO 54

MASCHERE FACCIALI IN MATERIALE PLASTICO TRASPARENTE IN GRADO DI ADATTARSI AL VISO ASSICURANDO LA PERFETTA TENUTA, LATEX FREE, PRIVE DI FTALATI, MONOUSO PER ANESTESIA CON CUSCINETTO ANATOMICO MORBIDO PREGONFIATO MISURA 1.

AIR LIQUIDE:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

BENEFIS:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

MEDIVAL:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

SCOGNAMIGLIO:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

SVAS BIOSANA:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

TAU MEDICA:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

TELEFLEX:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

VYAIR:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

LOTTO 55

MASCHERE FACCIALI IN MATERIALE PLASTICO TRASPARENTE IN GRADO DI ADATTARSI AL VISO ASSICURANDO LA PERFETTA TENUTA, LATEX FREE, PRIVE DI FTALATI, MONOUSO PER ANESTESIA CON CUSCINETTO ANATOMICO MORBIDO PREGONFIATO MISURA 2.

AIR LIQUIDE:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

BENEFIS:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

MEDIVAL:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

SCOGNAMIGLIO:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

SVAS BIOSANA:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

Handwritten signature: O. B. G. Z. M.

TAU MEDICA:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

TELEFLEX:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

VYAIR:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

LOTTO 56

MASCHERE FACCIALI IN MATERIALE PLASTICO TRASPARENTE IN GRADO DI ADATTARSI AL VISO ASSICURANDO LA PERFETTA TENUTA, LATEX FREE, PRIVE DI FTALATI, MONOUSO PER ANESTESIA CON CUSCINETTO ANATOMICO MORBIDO PREGONFIATO MISURA 3.

AIR LIQUIDE:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

BENEFIS:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

MEDIVAL:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

SCOGNAMIGLIO:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

SVAS BIOSANA:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

TAU MEDICA:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

TELEFLEX:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

VYAIR:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

OTEMGEM

LOTTO 57

MASCHERE FACCIALI IN MATERIALE PLASTICO TRASPARENTE IN GRADO DI ADATTARSI AL VISO ASSICURANDO LA PERFETTA TENUTA, LATEX FREE, PRIVE DI FTALATI, MONOUSO PER ANESTESIA CON CUSCINETTO ANATOMICO MORBIDO PREGONFIATO MISURA 3.

AIR LIQUIDE:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

BENEFIS:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

MEDIVAL:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

SCOGNAMIGLIO:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

SVAS BIOSANA:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

TAU MEDICA:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

TELEFLEX:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

VYAIRE:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

Handwritten signature: G. S. G. Z. M.

LOTTO 58

MASCHERE FACCIALI IN MATERIALE PLASTICO TRASPARENTE IN GRADO DI ADATTARSI AL VISO ASSICURANDO LA PERFETTA TENUTA, LATEX FREE, PRIVE DI FTALATI, MONOUSO PER ANESTESIA CON CUSCINETTO ANATOMICO MORBIDO PREGONFIATO MISURA 5.

AIR LIQUIDE:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

BENEFIS:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

MEDIVAL:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

SCOGNAMIGLIO:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

SVAS BIOSANA:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

TAU MEDICA:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

TELEFLEX:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

VYAIR:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

LOTTO 59

Per ventilazione non invasiva non necessariamente sterile ma con possibilità di sterilizzazione dopo l'uso. Materiale plastico leggero e trasparente, privo di lattice, membrana di tenuta in silicone, provvisto di fori per l'aspirazione, valvola di sicurezza e sistema di fissaggio al capo regolabile e incorporato, la maschera non deve presentare punti di appoggio sul naso e deve coprire gli occhi del paziente. Mis : xs/ped, small, medium, large, extra large.

DIMAR:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

SCOGNAMIGLIO:

NON VALUTATO PER MANCANZA DI REQUISITO INDISPENSABILE "MISURE XS- PED".
I prodotti offerti, come da documentazione allegata, presentano la misura più piccola "Adult Small".

OTBey GZM

LOTTO 60

MASCHERA PER ENDOSCOPIA PER INTUBAZIONE A FIBRE OTTICHE E PER ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA DELLE VIE AEREE BILUME MISURE: X, M, L.

B.R.S. CAPPUCCIO:

Non Valutato Per Mancanza Di Requisito Indispensabile "Presenti Solo Due Misure".

SCOGNAMIGLIO:

Qualità e resistenza del materiale e della manifattura: La valutazione è **Buona**- VOTO 0,8, in relazione alle caratteristiche descritte.

Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza: La valutazione è **Ottimale**- VOTO 0,9. Presenti, eccezion fatta per la misura più piccola, diverse porte di accesso.

Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: **Buona**- VOTO 0,8.

SVAS:

Qualità e resistenza del materiale e della manifattura: La valutazione è **Buona**- VOTO 0,8, in relazione alle caratteristiche descritte.

Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza: La valutazione è **Buona**- VOTO 0,8.

Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: **Buona**- VOTO 0,8.

TELEFLEX: Non Valutato Per Mancanza Di Requisito Indispensabile "diagnostica delle vie aeree" trattasi di maschere laringee per procedure di endoscopia del tratto gastrointestinale, denominate "LMA GASTRO"

LOTTO 61

PALLONI RESPIRATORI STERILI IN NEOPRENE PRIVI DI LATTICE CON ATTACCO RIGIDO DA 20 MM CIRCA CON CONNETTORE DI IMBOCCO 22 F CERCA IN PVC NON CONDUTTIVO DA 0,5 LITRI PER CIRCUITI DI ANESTESIA MONO PAZIENTE IN CONFEZIONE SINGOLE TRASPARENTI

DEAS:

Valutazione complessiva **Buona** – VOTO 0,8.

EURO HOSPITEK:

Non Valutato Per Mancanza Di Requisito Indispensabile "PALLONI RESPIRATORI STERILI"

MEDTRONIC:

Non Valutato Per Mancanza Di Requisito Indispensabile "PALLONI RESPIRATORI STERILI"

TAU MEDICA:

Valutazione complessiva **Buona** – VOTO 0,8.

TELEFLEX:

Valutazione complessiva **Buona** – VOTO 0,8.

LOTTO 62

DESERTO

Handwritten signature: GZM

LOTTO 63

PALLONI RESPIRATORI STERILI IN NEOPRENE PRIVI DI LATTICE CON ATTACCO RIGIDO DA 20 MM CIRCA CON CONNETTORE DI IMBOCCO 22 F CERCA IN PVC NON CONDUTTIVO DA 1 LITRI PER CIRCUITI DI ANESTESIA MONO PAZIENTE IN CONFEZIONE SINGOLE TRASPARENTI

DEAS:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

EURO HOSPITEK:

Non Valutato Per Mancanza Di Requisito Indispensabile "PALLONI RESPIRATORI STERILI"

MEDTRONIC:

Non Valutato Per Mancanza Di Requisito Indispensabile "PALLONI RESPIRATORI STERILI"

TAU MEDICA:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

TELEFLEX:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

LOTTO 64

DESERTO

LOTTO 65

PALLONI RESPIRATORI STERILI IN NEOPRENE PRIVI DI LATTICE CON ATTACCO RIGIDO DA 20 MM CIRCA CON CONNETTORE DI IMBOCCO 22 F CERCA IN PVC NON CONDUTTIVO DA 2 LITRI PER CIRCUITI DI ANESTESIA MONO PAZIENTE IN CONFEZIONE SINGOLE TRASPARENTI

DEAS:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

EURO HOSPITEK:

Non Valutato Per Mancanza Di Requisito Indispensabile "PALLONI RESPIRATORI STERILI"

MEDTRONIC:

Non Valutato Per Mancanza Di Requisito Indispensabile "PALLONI RESPIRATORI STERILI"

TELEFLEX:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

LOTTO 66

PALLONI RESPIRATORI STERILI IN NEOPRENE PRIVI DI LATTICE CON ATTACCO RIGIDO DA 20 MM CIRCA CON CONNETTORE DI IMBOCCO 22 F CERCA IN PVC NON CONDUTTIVO DA 3 LITRI PER CIRCUITI DI ANESTESIA MONO PAZIENTE IN CONFEZIONE SINGOLE TRASPARENTI

DEAS:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

EURO HOSPITEK:

Non Valutato Per Mancanza Di Requisito Indispensabile "PALLONI RESPIRATORI STERILI"

MEDTRONIC:

Non Valutato Per Mancanza Di Requisito Indispensabile "PALLONI RESPIRATORI STERILI"

TELEFLEX:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

Handwritten signature: GZM

LOTTO 67

UNITÀ RESPIRATORIA MANUALE STERILE, PALLONE LATEX FREE LT .0,5 TUBO PVC CM 180 CIRCA

B.R.S. CAPPUCCIO:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

MEDTRONIC:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

SCOGNAMIGLIO:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

TELEFLEX:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

Qualità e resistenza del materiale e della manifattura: La valutazione è Buona- VOTO 0,8, in relazione alle caratteristiche descritte.

Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza: La valutazione è Ottimale- VOTO 0,9. Presenti, eccezion fatta per la misura più piccola, diverse porte di accesso.

Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: Buona- VOTO 0,8.

LOTTO 68

UNITÀ RESPIRATORIA MANUALE STERILE, PALLONÉ LATEX FREE LT. 1 TUBO PVC CM 180 CIRCA.

DEAS:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

MEDTRONIC:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

SCOGNAMIGLIO:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

TELEFLEX:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

LOTTO 69

DESERTO
GZM

OT ELM GZM

LOTTO 70

UNITÀ RESPIRATORIA MANUALE STERILE, PALLONE LATEX FREE LT. 2 TUBO PVC CM 180 CIRCA.

DEAS:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

MEDTRONIC:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

SCOGNAMIGLIO:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

TELEFLEX:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

LOTTO 71

UNITÀ RESPIRATORIA MANUALE STERILE, PALLONE LATEX FREE LT. 3 TUBO PVC CM 180 CIRCA.

DEAS:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

TELEFLEX:

Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

LOTTO 72

PALLONI RIANIMATORI TIPO AMBU MONOUSO PEDIATRICI PRIVI DI LATTICE E PRIVI DI FTALATI.

AIR LIQUIDE:

Prodotto offerto non valutato per mancanza di criterio "PRIVI DI FTALATI"; non si evince dalla documentazione se sia privi di ftalati.

BENEFIS: Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

MEDIVAL: Prodotto offerto non valutato per mancanza di criterio "PRIVI DI FTALATI"; non si evince dalla documentazione se sia privi di ftalati.

SCOGNAMIGLIO: Prodotto offerto non valutato per mancanza di criterio "PRIVI DI FTALATI"; non si evince dalla documentazione se sia privi di ftalati.

LOTTO 73

PALLONI RIANIMATORI TIPO AMBU MONOUSO ADULTI PRIVI DI LATTICE E PRIVI DI FTALATI.

AIR LIQUIDE:

Prodotto offerto non valutato per mancanza di criterio "PRIVI DI FTALATI"; non si evince dalla documentazione se sia privi di ftalati.

BENEFIS: Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

MEDIVAL: Prodotto offerto non valutato per mancanza di criterio "PRIVI DI FTALATI"; non si evince dalla documentazione se sia privi di ftalati.

SCOGNAMIGLIO: Prodotto offerto non valutato per mancanza di criterio "PRIVI DI FTALATI"; non si evince dalla documentazione se sia privi di ftalati.

Handwritten signature: GEM

LOTTO 74

PALLONI RIANIMATORI TIPO AMBU MONOUSO NEONATALI PRIVI DI LATTICE E PRIVI DI FTALATI.

AIR LIQUIDE:

Prodotto offerto non valutato per mancanza di criterio "PRIVI DI FTALATI"; non si evince dalla documentazione se sia privi di ftalati.

BENEFIS: Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

MEDIVAL: Prodotto offerto non valutato per mancanza di criterio "PRIVI DI FTALATI"; non si evince dalla documentazione se sia privi di ftalati.

SCOGNAMIGLIO: Prodotto offerto non valutato per mancanza di criterio "PRIVI DI FTALATI"; non si evince dalla documentazione se sia privi di ftalati.

LOTTO 75

PALLONI RIANIMATORI TIPO AMBU IN SILICONE RISTERILIZZABILI CON RILEVATORE DI PRESSIONE CON RILEVATORE DI PRESSIONE DA 1500 ML CIRCA PRIVI DI LATTICE, PRIVI DI FTALATI COMPLETI DI RESERVOIR E MASCHERA

AIR LIQUIDE:

Prodotto offerto non valutato per mancanza di criterio "PRIVI DI FTALATI"; non si evince dalla documentazione se sia privi di ftalati.

BENEFIS: Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

LOTTO 76

PALLONI RIANIMATORI TIPO AMBU IN SILICONE RISTERILIZZABILI CON RILEVATORE DI PRESSIONE CON RILEVATORE DI PRESSIONE DA 500 ML CIRCA PRIVI DI LATTICE, PRIVI DI FTALATI COMPLETI DI RESERVOIR E MASCHERA

AIR LIQUIDE:

Prodotto offerto non valutato per mancanza di criterio "PRIVI DI FTALATI"; non si evince dalla documentazione se sia privi di ftalati.

BENEFIS: Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

LOTTO 77

PALLONI RIANIMATORI TIPO AMBU IN SILICONE RISTERILIZZABILI CON RILEVATORE DI PRESSIONE CON RILEVATORE DI PRESSIONE DA 280 ML CIRCA PRIVI DI LATTICE, PRIVI DI FTALATI COMPLETI DI RESERVOIR E MASCHERA

BENEFIS: Valutazione complessiva Buona – VOTO 0,8.

OTEM GZM

LOTTO 78

FILTRI ANTIBATTERICI ED ANTIVIRALI CON MEMBRANA AUTOUMIDIFICANTE PER CIRCUITI RESPIRATORI MISURA PEDIATRICA VOLUME FILTRO 25ML CIRCA CON PRESA PER CAPNOGRAFO IN CONFEZIONE SINGOLA STERILE.

A.T.M.:

RESISTENZA: **BUONA** – Voto: 0,8

UMIDITÀ RESA ESPRESSA IN MG/H₂O/L E TEMPERATURA: **BUONA** – Voto: 0,8

SPAZIO MORTO: **BUONA** – Voto: 0,8

SUPERFICIE FILTRANTE: Non Valutato, non si evince il dato necessario alla valutazione secondo quanto richiesto nel CSA

QUALITÀ CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE: **BUONA** – Voto: 0,8

DEAS:

RESISTENZA: **BUONA** – Voto: 0,8

UMIDITÀ RESA ESPRESSA IN MG/H₂O/L E TEMPERATURA: **BUONA** – Voto: 0,8

SPAZIO MORTO: **BUONA** – Voto: 0,8

SUPERFICIE FILTRANTE: **BUONA** – Voto: 0,8

QUALITÀ CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE: **BUONA** – Voto: 0,8

DEXTER:

RESISTENZA: **BUONA** – Voto: 0,8

UMIDITÀ RESA ESPRESSA IN MG/H₂O/L E TEMPERATURA: **BUONA** – Voto: 0,8

SPAZIO MORTO: **MEDIOCRE** – Voto: 0,5

SUPERFICIE FILTRANTE: **BUONA** – Voto: 0,8

QUALITÀ CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE: **BUONA** – Voto: 0,8

EURO HOSPITEK:

RESISTENZA: **BUONA** – Voto: 0,8

UMIDITÀ RESA ESPRESSA IN MG/H₂O/L E TEMPERATURA: **BUONA** – Voto: 0,8

SPAZIO MORTO: **GRAVEMENTE INSUFFICIENTE** – Voto: 0,3

SUPERFICIE FILTRANTE: Non Valutato, non si evince il dato necessario alla valutazione secondo quanto richiesto nel CSA

QUALITÀ CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE: **BUONA** – Voto: 0,8

MEDTRONIC:

RESISTENZA: **BUONA** – Voto: 0,8

UMIDITÀ RESA ESPRESSA IN MG/H₂O/L E TEMPERATURA: **BUONA** – Voto: 0,8

SPAZIO MORTO: **BUONA** – Voto: 0,8

SUPERFICIE FILTRANTE: **BUONA** – Voto: 0,8

QUALITÀ CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE: **BUONA** – Voto: 0,8

SCOGNAMIGLIO:

RESISTENZA: **BUONA** – Voto: 0,8

UMIDITÀ RESA ESPRESSA IN MG/H₂O/L E TEMPERATURA: **BUONA** – Voto: 0,8

SPAZIO MORTO: **BUONA** – Voto: 0,8

SUPERFICIE FILTRANTE: **SUFFICIENTE** – Voto: 0,6

QUALITÀ CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE: **BUONA** – Voto: 0,8

SVAS:

A. E. G. Z. M.

RESISTENZA: **BUONA** – Voto: 0,8
UMIDITÀ RESA ESPRESSA IN MG/H₂O/L E TEMPERATURA: **BUONA** – Voto: 0,8
SPAZIO MORTO: **BUONA** – Voto: 0,8
SUPERFICIE FILTRANTE: Non Valutato, non si evince il dato necessario alla valutazione secondo quanto richiesto nel CSA
QUALITÀ CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE: **BUONA** – Voto: 0,8

TAU MEDICAL:

RESISTENZA: **BUONA** – Voto: 0,8
UMIDITÀ RESA ESPRESSA IN MG/H₂O/L E TEMPERATURA: **BUONA** – Voto: 0,8
SPAZIO MORTO: **ECCELLENTI** – Voto: 0,9
SUPERFICIE FILTRANTE: Non Valutato, non si evince il dato necessario alla valutazione secondo quanto richiesto nel CSA
QUALITÀ CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE: **BUONA** – Voto: 0,8

TELEFLEX:

RESISTENZA: **BUONA** – Voto: 0,8
UMIDITÀ RESA ESPRESSA IN MG/H₂O/L E TEMPERATURA: **BUONA** – Voto: 0,8
SPAZIO MORTO: **DISCRETO** – Voto: 0,7
SUPERFICIE FILTRANTE: **SUFFICIENTE** – Voto: 0,6
QUALITÀ CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE **BUONA** – Voto: 0,8

LOTTO 79

FILTRI ANTIBATTERICI ED ANTIVIRALI CON MEMBRANA AUTOUMIDIFICANTE PER CIRCUITI RESPIRATORI MISURA NEONATALE VOLUME FILTRO 8ML CIRCA CON PRESA PER CAPNOGRAFO IN CONFEZIONE SINGOLA STERILE.

B.R.S. CAPPUCCIO:

RESISTENZA: **BUONA** – Voto: 0,8
UMIDITÀ RESA ESPRESSA IN MG/H₂O/L E TEMPERATURA: **BUONA** – Voto: 0,8
SPAZIO MORTO: **BUONA** – Voto: 0,8
SUPERFICIE FILTRANTE: **BUONA** – Voto: 0,8
QUALITÀ CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE: **BUONA** – Voto: 0,8

EURO HOSPITEK:

RESISTENZA: **BUONA** – Voto: 0,8
UMIDITÀ RESA ESPRESSA IN MG/H₂O/L E TEMPERATURA: **BUONA** – Voto: 0,8
SPAZIO MORTO: **BUONA** – Voto: 0,8
SUPERFICIE FILTRANTE: Non Valutato, non si evince il dato necessario alla valutazione secondo quanto richiesto nel CSA
QUALITÀ CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE: **BUONA** – Voto: 0,8

MEDTRONIC:

RESISTENZA: **BUONA** – Voto: 0,8
UMIDITÀ RESA ESPRESSA IN MG/H₂O/L E TEMPERATURA: **DISCRETA** – Voto: 0,7
SPAZIO MORTO: **BUONA** – Voto: 0,8
SUPERFICIE FILTRANTE: **BUONA** – Voto: 0,8
QUALITÀ CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE: **BUONA** – Voto: 0,8

ASU GEM

SCOGNAMIGLIO:

RESISTENZA: **BUONA** – Voto: 0,8

UMIDITÀ RESA ESPRESSA IN MG/H₂O/L E TEMPERATURA: **BUONA** – Voto: 0,8

SPAZIO MORTO: **DISCRETA** – Voto: 0,7

SUPERFICIE FILTRANTE: **DISCRETA** – Voto: 0,7

QUALITÀ CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE: **BUONA** – Voto: 0,8

SVAS:

RESISTENZA: **BUONA** – Voto: 0,8

UMIDITÀ RESA ESPRESSA IN MG/H₂O/L E TEMPERATURA: **BUONA** – Voto: 0,8

SPAZIO MORTO: **BUONA** – Voto: 0,8

SUPERFICIE FILTRANTE: Non Valutato, non si evince il dato necessario alla valutazione secondo quanto richiesto nel CSA

QUALITÀ CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE: **BUONA** – Voto: 0,8

TAU MEDICAL:

RESISTENZA: **BUONA** – Voto: 0,8

UMIDITÀ RESA ESPRESSA IN MG/H₂O/L E TEMPERATURA: **BUONA** – Voto: 0,8

SPAZIO MORTO: **DISCRETA** – Voto: 0,7

SUPERFICIE FILTRANTE: Non Valutato, non si evince il dato necessario alla valutazione secondo quanto richiesto nel CSA

QUALITÀ CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE: **BUONA** – Voto: 0,8

TELEFLEX:

RESISTENZA: **BUONA** – Voto: 0,8

UMIDITÀ RESA ESPRESSA IN MG/H₂O/L E TEMPERATURA: **BUONA** – Voto: 0,8

SPAZIO MORTO: **DISCRETO** – Voto: 0,7

SUPERFICIE FILTRANTE: **SUFFICIENTE** – Voto: 0,6

QUALITÀ CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE **BUONA** – Voto: 0,8

LOTTO 80

NASI ARTIFICIALI MONOUSO STERILI CON MINIMO SPAZIO MORTO E MATERIALE FILTRANTE A FILAMENTI, PER PAZIENTI TRACHEOSTOMIZZATI O INTUBATI IN RESPIRO SPONTANEO PEDIATRICI.

B.R.S. CAPPUCCIO:

RESISTENZA: **BUONA** – Voto: 0,8

UMIDITÀ RESA ESPRESSA IN MG/H₂O/L E TEMPERATURA: **BUONA** – Voto: 0,8

SPAZIO MORTO: **DISCRETO** – Voto: 0,7

SUPERFICIE FILTRANTE: Non Valutato, non si evince il dato necessario alla valutazione secondo quanto richiesto nel CSA

QUALITÀ CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE **BUONA** – Voto: 0,8

MEDTRONIC:

RESISTENZA: **BUONA** – Voto: 0,8

UMIDITÀ RESA ESPRESSA IN MG/H₂O/L E TEMPERATURA: **BUONA** – Voto: 0,8

SPAZIO MORTO: **BUONA** – Voto: 0,8

SUPERFICIE FILTRANTE: **BUONA** – Voto: 0,8

QUALITÀ CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE **BUONA** – Voto: 0,8



SVAS:

RESISTENZA: **BUONA** – Voto: 0,8

UMIDITÀ RESA ESPRESSA IN MG/H₂O/L E TEMPERATURA: **BUONA** – Voto: 0,8

SPAZIO MORTO: **DISCRETO** – Voto: 0,7

SUPERFICIE FILTRANTE: Non Valutato, non si evince il dato necessario alla valutazione secondo quanto richiesto nel CSA

QUALITÀ CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE **BUONA** – Voto: 0,8

TELEFLEX:

IL PRODOTTO OFFERTO NON È CONFORME A QUANTO RICHIESTO NEL CSA. Con il codice offerto, nume. 41826, si tratta di Cannule Nasali PVC Morbido + tubo O₂ etc.

LOTTO 81

TELEFLEX: : La valutazione è **Buona**- VOTO 0,8.

LOTTO 82

ATOMIZZATORI MONOUSO STERILI NASALI PEDIATRICI NECESSARI PER LA SOMMINISTRAZIONE ENDONASALE MICRONIZZATA DI FARMACI.TALE DISPOSITIVO CONVERTE IL FARMACO IN UN VELO SOTTILE DA 20 MICRON CIRCA FINO A 40 MICRON CIRCA.

MEDIVAL:

Qualità e resistenza del materiale e della manifattura: La valutazione è **Buona**- VOTO 0,8, in relazione alle caratteristiche descritte.

Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza: La valutazione è **Buona** - VOTO 0,8.

Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: **Buona**- VOTO 0,8.

TELEFLEX:

Qualità e resistenza del materiale e della manifattura: La valutazione è **Buona**- VOTO 0,8, in relazione alle caratteristiche descritte.

Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza: La valutazione è **Buona** - VOTO 0,8.

Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente: **Buona**- VOTO 0,8.

et@le GZM