

LOTTO 23					
Maschere per anestesia per intubazione laringea in silicone al 100%, autoclavabili varie misure		ALEA	EURO HOSPITEK	TELEFLEX MEDICAL	TAU MEDICA
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	18,00	18,00	18,00	18,00
Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Giudizio Commissario 1	0,80	0,70	0,90	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	14,40	12,60	16,20	12,60
	Giudizio Commissario 2	0,80	0,70	0,90	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	14,40	12,60	16,20	12,60
	Giudizio Commissario 3	0,80	0,70	0,90	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	14,40	12,60	16,20	12,60
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	18,00	18,00	18,00	18,00
Atraumaticità	Giudizio Commissario 1	0,80	0,60	1,00	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	14,40	10,80	18,00	10,80
	Giudizio Commissario 2	0,80	0,60	1,00	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	14,40	10,80	18,00	10,80
	Giudizio Commissario 3	0,80	0,60	1,00	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	14,40	10,80	18,00	10,80
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	17,00	17,00	17,00	17,00
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia	Giudizio Commissario 1	0,80	0,70	1,00	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	13,60	11,90	17,00	11,90
	Giudizio Commissario 2	0,80	0,70	1,00	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	13,60	11,90	17,00	11,90
	Giudizio Commissario 3	0,80	0,70	1,00	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	13,60	11,90	17,00	11,90
CRITERIO 4	Punti massimi attribuibili	17,00	17,00	17,00	17,00
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	Giudizio Commissario 1	0,80	0,60	0,90	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	13,60	10,20	15,30	10,20
	Giudizio Commissario 2	0,80	0,60	0,90	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	13,60	10,20	15,30	10,20
	Giudizio Commissario 3	0,80	0,60	0,90	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	13,60	10,20	15,30	10,20

Maschere per anestesia per intubazione laringea in silicone al 100%, autoclavabili varie misure

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	ALEA	EURO HOSPITEK	TELEFLEX MEDICAL	TAU MEDICA
Punti qualità attribuiti Comm.1	56,00	45,50	66,50	45,50
Punti qualità attribuiti Comm.2	56,00	45,50	66,50	45,50
Punti qualità attribuiti Comm.3	56,00	45,50	66,50	45,50
Media dei punti di qualità attribuiti	56,00	45,50	66,50	45,50
Punteggio massimo attribuito	66,50			
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	ALEA	EURO HOSPITEK	TELEFLEX MEDICAL	TAU MEDICA
Coefficiente di riparametrizzazione	0,84	0,68	1,00	0,68
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	ALEA	EURO HOSPITEK	TELEFLEX MEDICAL	TAU MEDICA
Punti qualità riparametrizzati	58,95	47,89	70,00	47,89

LOTTO 23

Maschere per anestesia per intubazione laringea in
silicone al 100%, autoclavabili varie misure

[illegible]

LOTTO 24						
Maschere laringee in PVC, monouso, sterile latex free, con forma anatomica, con cuffia, presenza di un secondo lume per l'accesso gastrico, con possibilità di aspirazione gastrica misura n.1		SVAS BIOSANA	TELEFLEX MEDICAL	TAU MEDICA	SCOGNAMIGLIO	AZ HOSPITAL
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Giudizio Commissario 1	0,70	0,90	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12,60	16,20	0,00	16,20	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,90	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	12,60	16,20	0,00	16,20	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,90	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	12,60	16,20	0,00	16,20	0,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Atraumaticità	Giudizio Commissario 1	0,60	0,70	0,00	0,80	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	10,80	12,60	0,00	14,40	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,60	0,70	0,00	0,80	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	10,80	12,60	0,00	14,40	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,60	0,70	0,00	0,80	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	10,80	12,60	0,00	14,40	0,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia	Giudizio Commissario 1	0,70	0,90	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	11,90	15,30	0,00	15,30	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,90	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	11,90	15,30	0,00	15,30	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,90	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	11,90	15,30	0,00	15,30	0,00
CRITERIO 4	Punti massimi attribuibili	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	Giudizio Commissario 1	0,70	0,80	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	11,90	13,60	0,00	15,30	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,80	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	11,90	13,60	0,00	15,30	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,80	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	11,90	13,60	0,00	15,30	0,00

Maschere laringee in PVC, monouso, sterile latex free, con forma anatomica, con cuffia, presenza di un secondo lume per l'accesso gastrico, con possibilità di aspirazione gastrica misura n.1

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	SVAS BIOSANA	TELEFLEX MEDICAL	TAU MEDICA	SCOGNAMIGLIO	AZ HOSPITAL
Punti qualità attribuiti Comm.1	47,20	57,70	0,00	61,20	0,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	47,20	57,70	0,00	61,20	0,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	47,20	57,70	0,00	61,20	0,00
Media dei punti di qualità attribuiti	47,20	57,70	0,00	61,20	0,00
Punteggio massimo attribuito	61,20				
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	SVAS BIOSANA	TELEFLEX MEDICAL	TAU MEDICA	SCOGNAMIGLIO	AZ HOSPITAL
Coefficiente di riparametrizzazione	0,77	0,94	0,00	1,00	0,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	SVAS BIOSANA	TELEFLEX MEDICAL	TAU MEDICA	SCOGNAMIGLIO	AZ HOSPITAL
Punti qualità riparametrizzati	53,99	66,00	0,00	70,00	0,00

LOTTO 24

Maschere laringee in PVC, monouso, sterile latex free, con forma anatomica, con cuffia, presenza di un secondo lume per l'accesso gastrico, con possibilità di aspirazione gastrica misura n.1

[illegible]

LOTTO 25								
Maschere laringee in PVC, monouso, sterile latex free, con forma anatomica, con cuffia, presenza di un secondo lume per l'accesso gastrico, con possibilità di aspirazione gastrica misura n.1,5		SVAS BIOSANA	ALEA	DEAS	TELEFLEX MEDICAL	TAU MEDICA	SCOGNAMIGLIO	AZ HOSPITAL
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Giudizio Commissario 1	0,70	0,80	0,80	0,90	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12,60	14,40	14,40	16,20	0,00	16,20	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,80	0,80	0,90	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	12,60	14,40	14,40	16,20	0,00	16,20	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,80	0,80	0,90	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	12,60	14,40	14,40	16,20	0,00	16,20	0,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Atraumaticità	Giudizio Commissario 1	0,60	0,80	0,60	0,70	0,00	0,80	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	10,80	14,40	10,80	12,60	0,00	14,40	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,60	0,80	0,60	0,70	0,00	0,80	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	10,80	14,40	10,80	12,60	0,00	14,40	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,60	0,80	0,60	0,70	0,00	0,80	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	10,80	14,40	10,80	12,60	0,00	14,40	0,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia	Giudizio Commissario 1	0,70	0,80	0,50	0,90	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	11,90	13,60	8,50	15,30	0,00	15,30	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,80	0,50	0,90	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	11,90	13,60	8,50	15,30	0,00	15,30	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,80	0,50	0,90	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	11,90	13,60	8,50	15,30	0,00	15,30	0,00
CRITERIO 4	Punti massimi attribuibili	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	Giudizio Commissario 1	0,70	0,80	0,70	0,80	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	11,90	13,60	11,90	13,60	0,00	15,30	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,80	0,70	0,80	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	11,90	13,60	11,90	13,60	0,00	15,30	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,80	0,70	0,80	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	11,90	13,60	11,90	13,60	0,00	15,30	0,00

Maschere laringee in PVC,monouso, sterile latex free,con forma anatomica,con cuffia, presenza di un secondo lume per l'accesso gastrico,con possibilità di aspirazione gastrica misura n.1,5

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	SVAS BIOSANA	ALEA	DEAS	TELEFLEX MEDICAL	TAU MEDICA	SCOGNAMIGLIO	AZ HOSPITAL
Punti qualità attribuiti Comm.1	47,20	56,00	45,60	57,70	0,00	61,20	0,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	47,20	56,00	45,60	57,70	0,00	61,20	0,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	47,20	56,00	45,60	57,70	0,00	61,20	0,00
Media dei punti di qualità attribuiti	47,20	56,00	45,60	57,70	0,00	61,20	0,00
Punteggio massimo attribuito	61,20						
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	SVAS BIOSANA	ALEA	DEAS	TELEFLEX MEDICAL	TAU MEDICA	SCOGNAMIGLIO	AZ HOSPITAL
Coefficiente di riparametrizzazione	0,77	0,92	0,75	0,94	0,00	1,00	0,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	SVAS BIOSANA	ALEA	DEAS	TELEFLEX MEDICAL	TAU MEDICA	SCOGNAMIGLIO	AZ HOSPITAL
Punti qualità riparametrizzati	53,99	64,05	52,16	66,00	0,00	70,00	0,00

LOTTO 25

Maschere laringee in PVC, monouso, sterile latex free, con forma anatomica, con cuffia, presenza di un secondo lume per l'accesso gastrico, con possibilità di aspirazione gastrica misura n.1,5

[illegible]

LOTTO 26

Maschere laringee in PVC,moncuso, sterile latex free,con forma anatomica,con cuffia, presenza di un secondo lume per l'accesso gastrico,con possibilità di aspirazione gastrica misura n.2

SVAS BIOSANA

DEAS

TELEFLEX
MEDICAL

TAU MEDICA

SCOGNAMIGLIO

AZ HOSPITAL

CRITERIO 1

Punti massimi attribuibili

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

Qualità e resistenza del
materiale e della
manifattura

Giudizio Commissario 1

0,70

0,80

0,90

0,00

0,90

0,00

Punti qualità attribuiti
Commissario 1

12,60

14,40

16,20

0,00

16,20

0,00

Giudizio Commissario 2

0,70

0,80

0,90

0,00

0,90

0,00

Punti qualità attribuiti
Commissario 2

12,60

14,40

16,20

0,00

16,20

0,00

Giudizio Commissario 3

0,70

0,80

0,90

0,00

0,90

0,00

Punti qualità attribuiti
Commissario 3

12,60

14,40

16,20

0,00

16,20

0,00

CRITERIO 2

Punti massimi attribuibili

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

Atraumaticità

Giudizio Commissario 1

0,60

0,60

0,70

0,00

0,90

0,00

Punti qualità attribuiti
Commissario 1

10,80

10,80

12,60

0,00

16,20

0,00

Giudizio Commissario 2

0,60

0,60

0,70

0,00

0,90

0,00

Punti qualità attribuiti
Commissario 2

10,80

10,80

12,60

0,00

16,20

0,00

Giudizio Commissario 3

0,60

0,60

0,70

0,00

0,90

0,00

Punti qualità attribuiti
Commissario 3

10,80

10,80

12,60

0,00

16,20

0,00

CRITERIO 3

Punti massimi attribuibili

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

Qualità costruttiva
correlata ad aspetti di
ergonomicità

Giudizio Commissario 1

0,70

0,50

0,90

0,00

0,90

0,00

Punti qualità attribuiti
Commissario 1

11,90

8,50

15,30

0,00

15,30

0,00

Giudizio Commissario 2

0,70

0,50

0,90

0,00

0,90

0,00

Punti qualità attribuiti
Commissario 2

11,90

8,50

15,30

0,00

15,30

0,00

Giudizio Commissario 3

0,70

0,50

0,90

0,00

0,90

0,00

Punti qualità attribuiti
Commissario 3

11,90

8,50

15,30

0,00

15,30

0,00

CRITERIO 4

Punti massimi attribuibili

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

Qualità costruttiva
correlata ad aspetti di
sicurezza per il paziente

Giudizio Commissario 1

0,70

0,70

0,80

0,00

0,90

0,00

Punti qualità attribuiti
Commissario 1

11,90

11,90

13,60

0,00

15,30

0,00

Giudizio Commissario 2

0,70

0,70

0,80

0,00

0,90

0,00

Punti qualità attribuiti
Commissario 2

11,90

11,90

13,60

0,00

15,30

0,00

Giudizio Commissario 3

0,70

0,70

0,80

0,00

0,90

0,00

Punti qualità attribuiti
Commissario 3

11,90

11,90

13,60

0,00

15,30

0,00

Maschere laringee in PVC, monouso, sterile latex free, con forma anatomica, con cuffia, presenza di un secondo lume per l'accesso gastrico, con possibilità di aspirazione gastrica misura n.2

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	SVAS BIOSANA	DEAS	TELEFLEX MEDICAL	TAU MEDICA	SCOGNAMIGLIO	AZ HOSPITAL
Punti qualità attribuiti Comm.1	47,20	45,60	57,70	0,00	63,00	0,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	47,20	45,60	57,70	0,00	63,00	0,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	47,20	45,60	57,70	0,00	63,00	0,00
Media dei punti di qualità attribuiti	47,20	45,60	57,70	0,00	63,00	0,00
Punteggio massimo attribuito	63,00					
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	SVAS BIOSANA	DEAS	TELEFLEX MEDICAL	TAU MEDICA	SCOGNAMIGLIO	AZ HOSPITAL
Coefficiente di riparametrizzazione	0,75	0,72	0,92	0,00	1,00	0,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	SVAS BIOSANA	DEAS	TELEFLEX MEDICAL	TAU MEDICA	SCOGNAMIGLIO	AZ HOSPITAL
Punti qualità riparametrizzati	52,44	50,67	64,11	0,00	70,00	0,00

LOTTO 26

Maschere laringee in PVC, monouso, sterile latex free, con forma anatomica, con cuffia, presenza di un secondo lume per l'accesso gastrico, con possibilità di aspirazione gastrica misura n.2

[illegible]

LOTTO 27								
Maschere laringee in PVC,monouso, sterile latex free,con forma anatomica,con cuffia, presenza di un secondo lume per l'accesso gastrico,con possibilità di aspirazione gastrica misura n.2,5		SVAS BIOSANA	ALEA	DEAS	TELEFLEX MEDICAL	TAU MEDICA	SCOGNAMIGLIO	AZ HOSPITAL
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Giudizio Commissario 1	0,70	0,80	0,80	0,90	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12,60	14,40	14,40	16,20	0,00	16,20	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,80	0,80	0,90	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	12,60	14,40	14,40	16,20	0,00	16,20	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,80	0,80	0,90	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	12,60	14,40	14,40	16,20	0,00	16,20	0,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Atraumaticità	Giudizio Commissario 1	0,60	0,80	0,60	0,70	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	10,80	14,40	10,80	12,60	0,00	16,20	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,60	0,80	0,60	0,70	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	10,80	14,40	10,80	12,60	0,00	16,20	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,60	0,80	0,60	0,70	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	10,80	14,40	10,80	12,60	0,00	16,20	0,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia	Giudizio Commissario 1	0,70	0,80	0,50	0,90	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	11,90	13,60	8,50	15,30	0,00	15,30	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,80	0,50	0,90	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	11,90	13,60	8,50	15,30	0,00	15,30	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,80	0,50	0,90	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	11,90	13,60	8,50	15,30	0,00	15,30	0,00
CRITERIO 4	Punti massimi attribuibili	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	Giudizio Commissario 1	0,70	0,80	0,70	0,80	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	11,90	13,60	11,90	13,60	0,00	15,30	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,80	0,70	0,80	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	11,90	13,60	11,90	13,60	0,00	15,30	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,80	0,70	0,80	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	11,90	13,60	11,90	13,60	0,00	15,30	0,00

Maschere laringee in PVC,monouso, sterile latex free,con forma anatomica,con cuffia, presenza di un secondo lume per l'accesso gastrico,con possibilità di aspirazione gastrica misura n.2,5

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	SVAS BIOSANA	ALEA	DEAS	TELEFLEX MEDICAL	TAU MEDICA	SCOGNAMIGLIO	AZ HOSPITAL
Punti qualità attribuiti Comm.1	47,20	56,00	45,60	57,70	0,00	63,00	0,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	47,20	56,00	45,60	57,70	0,00	63,00	0,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	47,20	56,00	45,60	57,70	0,00	63,00	0,00
Media dei punti di qualità attribuiti	47,20	56,00	45,60	57,70	0,00	63,00	0,00
Punteggio massimo attribuito	63,00						
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	SVAS BIOSANA	ALEA	DEAS	TELEFLEX MEDICAL	TAU MEDICA	SCOGNAMIGLIO	AZ HOSPITAL
Coefficiente di riparametrizzazione	0,75	0,89	0,72	0,92	0,00	1,00	0,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	SVAS BIOSANA	ALEA	DEAS	TELEFLEX MEDICAL	TAU MEDICA	SCOGNAMIGLIO	AZ HOSPITAL
Punti qualità riparametrizzati	52,44	62,22	50,67	64,11	0,00	70,00	0,00

LOTTO 27

Maschere laringee in PVC, monouso, sterile latex free, con forma anatomica, con cuffia, presenza di un secondo lume per l'accesso gastrico, con possibilità di aspirazione gastrica misura n.2,5

[illegible]

LOTTO 28								
Maschere laringee in PVC, monouso, sterile latex free, con forma anatomica, con cuffia, presenza di un secondo lume per l'accesso gastrico, con possibilità di aspirazione gastrica misura n.3		SVAS BIOSANA	ALEA	DEAS	TELEFLEX MEDICAL	TAU MEDICA	SCOGNAMIGLIO	AZ HOSPITAL
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Giudizio Commissario 1	0,70	0,80	0,80	0,90	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12,60	14,40	14,40	16,20	0,00	16,20	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,80	0,80	0,90	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	12,60	14,40	14,40	16,20	0,00	16,20	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,80	0,80	0,90	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	12,60	14,40	14,40	16,20	0,00	16,20	0,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Atraumaticità	Giudizio Commissario 1	0,70	0,80	0,60	0,70	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12,60	14,40	10,80	12,60	0,00	16,20	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,80	0,60	0,70	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	12,60	14,40	10,80	12,60	0,00	16,20	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,80	0,60	0,70	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	12,60	14,40	10,80	12,60	0,00	16,20	0,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia	Giudizio Commissario 1	0,70	0,80	0,50	0,90	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	11,90	13,60	8,50	15,30	0,00	15,30	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,80	0,50	0,90	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	11,90	13,60	8,50	15,30	0,00	15,30	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,80	0,50	0,90	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	11,90	13,60	8,50	15,30	0,00	15,30	0,00
CRITERIO 4	Punti massimi attribuibili	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	Giudizio Commissario 1	0,70	0,80	0,70	0,80	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	11,90	13,60	11,90	13,60	0,00	15,30	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,80	0,70	0,80	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	11,90	13,60	11,90	13,60	0,00	15,30	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,80	0,70	0,80	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	11,90	13,60	11,90	13,60	0,00	15,30	0,00

Maschere laringee in PVC, monouso, sterile latex free, con forma anatomica, con cuffia, presenza di un secondo lume per l'accesso gastrico, con possibilità di aspirazione gastrica misura n.3

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	SVAS BIOSANA	ALEA	DEAS	TELEFLEX MEDICAL	TAU MEDICA	SCOGNAMIGLIO	AZ HOSPITAL
Punti qualità attribuiti Comm.1	49,00	56,00	45,60	57,70	0,00	63,00	0,00
Punti qualità attribuiti Comm.2	49,00	56,00	45,60	57,70	0,00	63,00	0,00
Punti qualità attribuiti Comm.3	49,00	56,00	45,60	57,70	0,00	63,00	0,00
Media dei punti di qualità attribuiti	49,00	56,00	45,60	57,70	0,00	63,00	0,00
Punteggio massimo attribuito	63,00						
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	SVAS BIOSANA	ALEA	DEAS	TELEFLEX MEDICAL	TAU MEDICA	SCOGNAMIGLIO	AZ HOSPITAL
Coefficiente di riparametrizzazione	0,78	0,89	0,72	0,92	0,00	1,00	0,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	SVAS BIOSANA	ALEA	DEAS	TELEFLEX MEDICAL	TAU MEDICA	SCOGNAMIGLIO	AZ HOSPITAL
Punti qualità riparametrizzati	54,44	62,22	50,67	64,11	0,00	70,00	0,00

LOTTO 28

Maschere laringee in PVC, monouso, sterile latex free, con forma anatomica, con cuffia, presenza di un secondo lume per l'accesso gastrico, con possibilità di aspirazione gastrica misura n.3

[illegible]

LOTTO 29								
Maschere laringee in PVC, monouso, sterile latex free, con forma anatomica, con cuffia, presenza di un secondo lume per l'accesso gastrico, con possibilità di aspirazione gastrica misura n. 4		SVAS BIOSANA	ALEA	DEAS	TELEFLEX MEDICAL	TAU MEDICA	SCOGNAMIGLIO	AZ HOSPITAL
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Giudizio Commissario 1	0,70	0,80	0,80	0,90	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12,60	14,40	14,40	16,20	0,00	16,20	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,80	0,80	0,90	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	12,60	14,40	14,40	16,20	0,00	16,20	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,80	0,80	0,90	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	12,60	14,40	14,40	16,20	0,00	16,20	0,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Atraumaticità	Giudizio Commissario 1	0,60	0,80	0,60	0,70	0,00	0,80	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	10,80	14,40	10,80	12,60	0,00	14,40	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,60	0,80	0,60	0,70	0,00	0,80	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	10,80	14,40	10,80	12,60	0,00	14,40	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,60	0,80	0,60	0,70	0,00	0,80	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	10,80	14,40	10,80	12,60	0,00	14,40	0,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia	Giudizio Commissario 1	0,70	0,80	0,50	0,90	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	11,90	13,60	8,50	15,30	0,00	15,30	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,80	0,50	0,90	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	11,90	13,60	8,50	15,30	0,00	15,30	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,80	0,50	0,90	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	11,90	13,60	8,50	15,30	0,00	15,30	0,00
CRITERIO 4	Punti massimi attribuibili	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	Giudizio Commissario 1	0,70	0,80	0,70	0,80	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	11,90	13,60	11,90	13,60	0,00	15,30	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,80	0,70	0,80	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	11,90	13,60	11,90	13,60	0,00	15,30	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,80	0,70	0,80	0,00	0,90	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	11,90	13,60	11,90	13,60	0,00	15,30	0,00