

Verbale n. 4 del 19 gennaio 2023

Oggetto: Fornitura, con posa in opera, di pensili per chirurgia e pensili per anestesia, mediante offerta sul mercato elettronico della P.A. n. 3179478 per la per le esigenze dell’AORN Santobono Pausilipon, finanziati ai sensi dell’art. 20 della L.67/88 III Fase – I Stralcio – scheda n. 40 – Importo complessivo a base di gara € 175.000,00 oltre Iva - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.

L’anno 2023 il giorno diciannove (19) del mese di gennaio alle ore 9,15, negli uffici della Sede Amministrativa dell’Azienda Ospedaliera Santobono – Pausilipon di Via Teresa Ravaschieri, 8 – Napoli sono presenti in seduta riservata e telematica sulla piattaforma AcquistinretePA, giusta comunicazione alle ditte partecipanti attraverso il sistema MEPA del 16.01.2023 ed ai componenti della Commissione di Gara mediante mail del 16.1.2023, per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, nominata con determina dirigenziale n. 456 del 13.10.2022, che risulta così costituita:

PRESIDENTE Dr. Giovanni Gaglione – Dirigente Medico c/o AORN Santobono-Pausilipon;
COMPONENTE Dr.ssa Maria Passaro – Dirigente Medico c/o Direzione Medica del P.O. Santobono;
COMPONENTE Dr.ssa Maria Grazia Liguori - Coordinatrice Infermieristica C.O. NCH - Ortopedia
SEGRETARIO Alessandro Dumont – Collaboratore Amministrativo presso Acquisizione Beni e Servizi in sostituzione della dott.ssa Ferri come da determina di nomina n. 456 del 13.10.2022.

La Commissione di Gara, accertata la regolarità della propria costituzione, preliminarmente prende atto:

- che questa A.O.R.N., con deliberazione del Direttore Generale n. 572 del 6.9.2022, esecutiva ai sensi di legge, ha indetto la procedura come in oggetto menzionata, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 comma 10 bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che in data 7.9.2022 è stata inviata RDO 3179478 aperta a tutti gli operatori del MEPA, del bando di riferimento;
- che alle ore 13:00 del giorno 29.9.2022 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte;
- che hanno presentato offerta attraverso la piattaforma di e-procurement AcquistinretePA i seguenti concorrenti per la RDO 3179478:

Operatore economico	Estremi di ricezione
DRAEGER ITALIA	28/09/2022 ore 18:42
OPT SURGISYSTEMS	29/09/2022 ore 09:58
GETINGE ITALIA	28/09/2022 ore 16:59

- che con verbale n. 1 del 19 ottobre 2022 il Seggio di Gara ha proceduto ad ammettere al prosieguo della procedura le ditte Draeger Italia e Opt Surgisystems e ad ammettere con riserva la ditta Getinge Italia;
- che con verbale n. 2 del 4.11.2022 il Seggio di Gara ha proceduto ad ammettere al prosieguo della procedura la ditta Getinge Italia, a seguito di esaustivo riscontro all’istanza di soccorso istruttorio;



- che con verbale n. 3 del 24.11.2022 la Commissione ha proceduto all'apertura delle buste telematiche relative all'offerta tecnica ed alla verifica della completezza della documentazione tecnica presentata dalle ditte ammesse

Tanto premesso, si dà atto che sono state definite nelle riunioni riservate del 15/12/2022, 22/12/2022 e 29/12/2022 - ed approvata la valutazione delle offerte tecniche, con l'attribuzione dei punteggi di qualità con le modalità indicate nel disciplinare di gara per la RDO n. 3179478 (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), come da parere tecnico e schede di valutazione allegate al presente verbale, quale parte integrante dello stesso.

La Commissione di gara procede quindi in seduta riservata e telematica su piattaforma MEPA all'inserimento dei punteggi di qualità come di seguito riportati:

Lotto unico	
Ditta	Punteggio di qualità riparametrato
DRAEGER ITALIA	60,077
Ditta	Punteggio di qualità riparametrato
OPT SURGISYSTEMS	60,077
Ditta	Punteggio di qualità riparametrato
GETINGE ITALIA	70

Quindi, sempre in seduta riservata e telematica su piattaforma MEPA, la Commissione procede all'apertura delle buste telematiche relative alle offerte economiche ed alla verifica della conformità delle stesse a quanto previsto dal disciplinare. Si procede quindi, alla lettura delle offerte economiche e del relativo dettaglio.





Ultimata la relativa lettura, la Commissione di gara provvede tramite la piattaforma MEPA ai calcoli finalizzati all'attribuzione dei punteggi economici riportati nel prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale, determinando la seguente graduatoria provvisoria:

Lotto unico		
Ditta	Punteggio totale	Prezzo offerto
DRAEGER ITALIA	90,077	122.180,00
OPT SURGISYSTEMS	84,774	131.516,00
GETINGE ITALIA	91,332	137.440,00

La Commissione propone, quindi, l'aggiudicazione alla ditta GETINGE ITALIA.

La seduta riservata e telematica attraverso la piattaforma MEPA cessa alle ore 9,55 Del che è verbale che letto confermato è sottoscritto.

PRESIDENTE Dr. Giovanni Gaglione
 COMPONENTE Dott.ssa Maria Passaro
 COMPONENTE Dott.ssa Maria Grazia Liguori
 SEGRETARIO Alessandro Dumont



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale

**SANTOBONO
PAUSILIPON**

**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
ad Alta Specializzazione
"Santobono Pausilipon"**

Via Teresa Ravaschieri, 8 - 80122 Napoli
Codice Fiscale/Partita Iva n. 06854100630

U.O.C. Direzione Medica del Presidio Santobono
Direttore: Dott. P. Arace

Oggetto: Relazione al Capitolato tecnico per la fornitura con posa in opera di pensili per chirurgia e di pensili per anestesia per le esigenze dell'AORN Santobono-Pausilipon.

In data odierna, la commissione tecnica designata ha provveduto a visionare le schede tecniche riguardanti la fornitura con posa in opera di pensili per le sale chirurgiche e di pensili per anestesia ed a compilare, per gli opportuni giudizi, le schede di valutazione in formato excel che ad ogni buon fine si allega.

Si ritiene inoltre di riportare le seguenti osservazioni in merito ai criteri/requisiti richiesti nel Capitolato Tecnico:

• **CRITERIO 1**

Movimentazione, range di escursioni rotatorie degli snodi.

Tutte le ditte hanno presentato in merito al criterio 1 strutture (pensili e bracci di rotazione) performanti. Si decide di attribuire un maggior punteggio alla Ditta Getinge Italia in quanto offre la possibilità di avere freni elettromagnetici che consentono una migliore affidabilità del prodotto in termini di movimentazioni accidentali.

• **CRITERIO 2**

Caratteristiche dei materiali

Tutte le ditte in merito al criterio 2 hanno offerto caratteristiche dei materiali conformi a quanto richiesto nel capitolato tecnico.

• **CRITERIO 3**

Capacità di carico e struttura dei ripiani

Tutte le ditte in merito al criterio 3 hanno offerto capacità di carico dei pensili e strutture dei ripiani conformi a quanto richiesto nel capitolato tecnico, ove lo standard di riferimento è riferibile a 200 Kg. Si decide di attribuire un solo punto in più alla Ditta Getinge Italia in quanto offre una maggiore capacità di carico pari a 350 Kg come da scheda tecnica fornita.

• **CRITERIO 4**

Sistemi di sicurezza

Tutte le ditte in merito al criterio 4 hanno offerto sistemi di sicurezza performanti per le esigenze cliniche, ma la soluzione della Ditta Getinge Italia è premiante per la tipologia di freni elettromagnetici. Infatti tali freni consentono una migliore stabilità ed affidabilità del prodotto in termini di movimentazioni accidentali.

- **CRITERIO 5**

Design ed ergonomia di utilizzo

In merito al criterio 5, tutte le ditte offrono un design coerente alle attività chirurgico/anestesiologiche di sala operatoria. La Ditta Getinge Italia dal punto di vista ergonomico offre un maggior design funzionale per il pensile di anestesia infatti, come riportato nelle schede tecniche, *la Colonna di mezzo è dotata di n.4 barre posizionate frontalmente e sulla parete posteriore della colonna sistema EPoS.*

- **CRITERIO 6**

Offerte migliorative (ad es. disponibilità di colorazione, ulteriori accessori, secondo braccio basculante per il pensile di anestesia, etc).

Tutte le ditte hanno presentato disponibilità di accessori e colorazioni/scelte cromatiche a beneficio del personale sanitario operante. La Ditta Getinge Italia, offre il secondo braccio basculante per il pensile di anestesia che consente una ottimizzazione dello spazio di movimentazione del personale sul campo operatorio. Per tale motivazione viene attribuito alla stessa ditta, un punteggio maggiore.

- **CRITERIO 7**

Garanzia e manutenzione (minimo 24 mesi). Per l'estensione della garanzia la ditta potrà, se lo ritiene opportuno, estendere il servizio di manutenzione full risk (oltre periodo minimo di 24 mesi) per la durata sotto indicata, acquisendo il punteggio di qualità.

Tutte le ditte partecipanti hanno presentato in merito al criterio 7 una offerta uguale e conforme a quanto richiesto nel capitolato tecnico.





Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale

**SANTOBONO
PAUSILIPON**

**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
ad Alta Specializzazione
"Santobono Pausilipon"**

Via Teresa Ravaschieri, 8 - 80122 Napoli
Codice Fiscale/Partita Iva n. 06854100630

U.O.C. Direzione Medica del Presidio Santobono
Direttore: Dott. P. Arace

La Commissione Tecnica

Il Presidente

Dott. Giovanni Gaglione

A.O.R.N. SANTOBONO - PAUSILIPON
Dipartimento di Scienze Chirurgiche
U.O.C. Chirurgia Pediatrica
ad Indirizzo Neonatale e Malformativo
Direttore: Dott. Giovanni Gaglione

NA 20258

I componenti

Dott.ssa Mariagrazia Liguori

Dott.ssa Maria Passaro

LOTTO UNICO

Fornitura, con posa in opera, di pensili per chirurgia e pensili per anestesia, per le esigenze dell'AORN Santobono Pausilipon, finanziati ai sensi dell'art. 20 della L.67/88 III Fase - I Stralcio - scheda n. 40 - Importo complessivo a base di gara € 175.000,00 oltre Iva - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - CUP: H62H19000030003 - CIG: 9376780BA2 - RDO N. 3179478

**DRAEGER
ITALIA**

**OPT
SURGISYSTEMS**

**GETINGE
ITALIA**

CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	15,00	15,00	15,00
Movimentazione, range di escursioni rotatorie degli snodi	Giudizio Commissario 1	0,80	0,80	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12,00	12,00	15,00
	Giudizio Commissario 2	0,80	0,80	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	12,00	12,00	15,00
	Giudizio Commissario 3	0,80	0,80	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	12,00	12,00	15,00
	CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00
	Giudizio Commissario 1	0,90	0,90	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	9,00	9,00	9,00
	Giudizio Commissario 2	0,90	0,90	0,90

Handwritten signatures:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Caratteristiche dei materiali	Punti qualità attribuiti Commissario 2	9,00	9,00	9,00
	Giudizio Commissario 3	0,90	0,90	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	9,00	9,00	9,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00	10,00
Capacità di carico e struttura dei ripiani	Giudizio Commissario 1	0,80	0,80	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	8,00	8,00	9,00
	Giudizio Commissario 2	0,80	0,80	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	8,00	8,00	9,00
	Giudizio Commissario 3	0,80	0,80	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	8,00	8,00	9,00
CRITERIO 4	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00	10,00
Sistemi di sicurezza	Giudizio Commissario 1	0,80	0,80	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	8,00	8,00	10,00
	Giudizio Commissario 2	0,80	0,80	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	8,00	8,00	10,00
	Giudizio Commissario 3	0,80	0,80	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	8,00	8,00	10,00


 Fede
 Ny

CRITERIO 5	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00	10,00
Design ed ergonomia di utilizzo	Giudizio Commissario 1	0,70	0,70	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	7,00	7,00	8,00
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,70	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	7,00	7,00	8,00
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,70	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	7,00	7,00	8,00
CRITERIO 6	Punti massimi attribuibili	11,00	11,00	11,00
Offerte migliorative (ad es. disponibilità di colorazione, ulteriori accessori, secondo braccio basculante per il pensile di anestesia, etc)	Giudizio Commissario 1	0,70	0,70	0,90
	Punti qualità attribuiti commissario1	7,70	7,70	9,90
	Giudizio Commissario 2	0,70	0,70	0,90
	Punti qualità attribuiti commissario2	7,70	7,70	9,90
	Giudizio Commissario 3	0,70	0,70	0,90
	Punti qualità attribuiti commissario3	7,70	7,70	9,90
CRITERIO 7	Punti massimi attribuibili	4,00	4,00	4,00
Garanzia e manutenzione	Giudizio Commissario 1	1,00	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	4,00	4,00	4,00
	Giudizio Commissario 2	1,00	1,00	1,00





(minimo 24 mesi). Per l'estensione della garanzia la ditta potrà, se lo ritiene opportuno, estendere il servizio di manutenzione full risk (oltre periodo minimo di 24 mesi) per la durata sotto indicata, acquisito il punteggio di qualità relativo: 1) Estensione del servizio di manutenzione full risk di ulteriori 24 mesi punti 4; 2) Estensione del servizio di manutenzione full risk di ulteriori 18 mesi punti 3; 3) Estensione del servizio di manutenzione full risk di ulteriori 12 mesi punti 2; 4) Estensione del servizio di manutenzione full risk di ulteriori 6 mesi punti 1.	Punti qualità attribuiti commissario2	4,00	4,00	4,00
	Giudizio Commissario 3	1,00	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario3	4,00	4,00	4,00



LOTTO UNICO

Fornitura, con posa in opera, di pensili per chirurgia e pensili per anestesia, per le esigenze dell'AORN Santobono Pausilipon, finanziati ai sensi dell'art. 20 della L.67/88 III Fase - I Stralcio - scheda n. 40 - Importo complessivo a base di gara € 175.000,00 oltre Iva - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - CUP: H62H19000030003 - CIG: 9376780BA2 - RDO N. 3179478

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	DRAEGER ITALIA	OPT SURGISYSTEMS	GETINGE ITALIA
Punti qualità attribuiti Comm.1	55,70	55,70	64,90
Punti qualità attribuiti Comm.2	55,70	55,70	64,90
Punti qualità attribuiti Comm.3	55,70	55,70	64,90
Media dei punti di qualità attribuiti	55,70	55,70	64,90
Punteggio massimo attribuito	64,90		
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	DRAEGER ITALIA	OPT SURGISYSTEMS	GETINGE ITALIA
Coefficiente di riparametrizzazione	0,86	0,86	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	DRAEGER ITALIA	OPT SURGISYSTEMS	GETINGE ITALIA
Punti qualità riparametrizzati	60,08	60,08	70,00

Manes
Loz
W

LOTTO UNICO

Fornitura, con posa in opera, di pensili per chirurgia e pensili per anestesia, per le esigenze dell'AORN Santobono Pausilipon, finanziati ai sensi dell'art. 20 della L.67/88 III Fase - I Stralcio - scheda n. 40 - Importo complessivo a base di gara € 175.000,00 oltre Iva - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - CUP: H62H19000030003 - CIG: 9376780BA2 - RDO N. 3179478

DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
DRAEGER ITALIA	60,0770416
OPT SURGISYSTEMS	60,0770416
GETINGE ITALIA	70

*Alire Sans
Fech
Key*

