

**Verbale n. 4 del 23.09.2022**

**Oggetto:** PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA FORNITURA, CON POSA IN OPERA, DI N. 3 (TRE) STERILIZZATRICI A GAS PLASMA DI PEROSSIDO DI IDROGENO, COMPRESIVA DELLA FORNITURA QUINQUENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO, PER LE ESIGENZE DEI P.O. SANTOBONO E P.O. PAUSILIPON – IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA € 700.000,00 + IVA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA


L’anno 2022 il giorno 23 (ventitré) del mese di settembre alle ore 10:45 negli uffici della Sede Amministrativa dell’Azienda Ospedaliera Santobono – Pausilipon di Via Teresa Ravaschieri, 8 – Napoli sono presenti, in seduta riservata e telematica sulla piattaforma SIAPS, giusta comunicazione SIAPS agli operatori economici del 21.09.2022 prot. PI079005-04-03-02-01, i componenti della Commissione di Gara per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, nominata con Delibera del Direttore Generale n. 644 dell’11 ottobre 2021 successivamente rettificata con Delibera del Direttore Generale n. 785 del 7.12.2021 che risulta così costituita:

**PRESIDENTE:** Dr. Faticato Domenico – Dirigente Medico presso la T.I.P. del P.O. Santobono;  
**COMPONENTE:** Dr.ssa Paola Caponegro – Dirigente Farmacista c/o AORN Santobono Pausilipon;  
**COMPONENTE:** Dr.ssa Caterina Mele – Responsabile posizione organizzativa infermieristica c/o AORN Santobono Pausilipon;  
**SEGRETARIO:** Dr.ssa Erica Ferri – Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

La Commissione, in via preliminare, prende atto del provvedimento di nomina, dei verbali n. 1 del 12.10.2021, n. 2 del 4.11.2021 del seggio di gara – dai quali risulta l’ammissione di tutte le Ditte alla procedura di gara - e degli altri atti della procedura. I componenti della Commissione Dr. Domenico Faticato, Dr.ssa Paola Caponegro e Dr.ssa Caterina Mele dichiarano, inoltre, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, di non versare in alcuna situazione di conflitto d’interesse, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 50/2016, o d’incompatibilità ai sensi dell’art. 35-bis comma 1, lett. C) del D. Lgs. 165/2001.

La Commissione di gara, vista la Delibera del Direttore Generale n. 644 dell’11.10.2021 successivamente rettificata con Delibera del Direttore Generale n. 785 del 7.12.2021, accertata la regolarità della propria costituzione, preliminarmente prende atto:

- che questa AORN, con Deliberazione del Direttore Generale n. 369 del 11.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento della fornitura, con posa in opera, di n. 3 (tre) sterilizzatrici a gas plasma di perossido di idrogeno, comprensiva della fornitura quinquennale di materiale di consumo, per le esigenze dei PP.OO. Santobono e Pausilipon, per un importo complessivo a base di gara di € 700.000,00 oltre IVA;
- che la procedura di gara, come in oggetto menzionata, è da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii. secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che è stato pubblicato un avviso di chiarimenti prot. AORN n. 0018236 del 20.09.2021 e prot. Siaps n. PI062188-21;
- che a seguito della relativa pubblicità, effettuata ai sensi di legge della vigente normativa per le forniture di beni e servizi eccedenti la soglia comunitaria, alle ore 13.00 del giorno 28.09.2021 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte e si è successivamente proceduto alla nomina del Seggio di Gara e della Commissione Tecnica per la procedura in oggetto;



- che hanno presentato offerta nei termini attraverso la piattaforma di e-procurement SIAPS i seguenti concorrenti:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Lotti Offerti	Registro di Sistema	Data ricezione
ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA S.R.L.	10491670963	10491670963	1	PI063507-21	24/09/2021 13:02:35
STERIS S.r.l.	11636250158	01161520059	1	PI063554-21	24/09/2021 15:05:39
TECSUD s.r.l.	04526141215	04526141215	1	PI063737-21	27/09/2021 13:15:05
TECNOMEDICAL S.r.l.	03110040635	03110040635	1	PI064019-21	28/09/2021 11:14:47
STEELCO S.p.A.	04311220265	04311220265	1	PI064139-21	28/09/2021 12:19:14

**Visti** i verbali n. 1 del 12.10.2021 e n. 2 del 4.11.2021 del seggio di gara dai quali risulta l'ammissione di tutte le Ditte alla procedura di gara a seguito della verifica della documentazione amministrativa e dello scioglimento delle riserve;

**Visto**, altresì, il verbale n. 3 del 15.12.2021 della Commissione di Gara dal quale risulta che sono state aperte le buste telematiche relative alle offerte tecniche presenti sulla piattaforma SIAPS delle ditte partecipanti per la relativa valutazione ed attribuzione del punteggio da parte dei membri della Commissione Tecnica.

*Tanto premesso*, si dà atto che è stata definita - nelle riunioni riservate del 11/02/2022, 29/03/2022, 1/04/2022, 26/04/2022, 12/05/2022, 9/09/2022 - ed approvata la valutazione delle offerte tecniche, con l'attribuzione dei punteggi di qualità con le modalità indicate nel disciplinare di gara, come da schede di valutazione allegate al presente verbale, quale parte integrante, come di seguito riportati:

Lotto unico	Ditta	Punteggio di qualità
1	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA S.r.l.	70
2	STERIS S.r.l.	41,3 – Escluso
3	TECSUD S.r.l.	38,7 – Escluso
4	TECNOMEDICAL S.r.l.	39,1- Escluso
5	STEELCO S.p.A.	53,044

Atteso che ai sensi dell'art. 18.1 del disciplinare di gara, è prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 42/70** per il punteggio tecnico complessivo, prima dell'applicazione dei coefficienti di riparametrazione, i concorrenti Steris, Tecsud e Tecnomedical **sono esclusi** dalla gara in quanto hanno conseguito un punteggio inferiore alla predetta soglia. Quindi, sempre in seduta pubblica, la Commissione procede all'apertura delle buste telematiche relative alle offerte economiche ed alla verifica della conformità delle stesse a quanto previsto dal disciplinare. Si procede quindi, alla lettura delle offerte economiche e del relativo dettaglio. Ultimata la relativa lettura, la Commissione di gara provvede tramite la piattaforma informatica del SIAPS ai calcoli finalizzati all'attribuzione dei punteggi economici riportati nel prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale, determinando la seguente graduatoria provvisoria:

Lotto unico	Ditta	Punteggio di qualità	Punteggio Economico	Prezzo offerto	Punteggio Totale
1	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA S.r.l.	70	23,387	€ 496.531,50	93,387
2	STEELCO S.p.A.	53,044	30	€ 439.000,00	83,044

La Commissione propone pertanto l'aggiudicazione alla Ditta ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA S.r.l. prima in graduatoria, che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, termina i lavori e chiude la seduta pubblica sulla piattaforma di e-procurement SIAPS alle ore 13:30, aggiornando gli stessi a data destinarsi. Del che è verbale, letto confermato e sottoscritto

PRESIDENTE Dr. Domenico Faticato

COMPONENTE Dott.ssa Paola Caponegro

COMPONENTE Dott.ssa Caterina Mele

SEGRETARIO Dott.ssa Erica Ferri

Handwritten signatures of the commission members on horizontal lines. The signatures are: Dr. Domenico Faticato, Dott.ssa Paola Caponegro, Dott.ssa Caterina Mele, and Dott.ssa Erica Ferri.

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
"SANTOBONO-PAUSILIPON "

Napoli, 23/09 /2022

Al Direttore S.C. Acquisizione Beni e Servizi

Egr. Dott.ssa Erica Ferri

Oggetto: Verbale commissione tecnica gara "Fornitura con posa in opera di tre sterilizzatrici a gas plasma di perossido di idrogeno, comprensiva della fornitura quinquennale di materiale di consumo per le esigenze del P.O. Santobono e del P.O. Pausilipon"

In data 11/02/2022, 29/03/2022, 01/04/2022, 26/04/2022, 12/05/2022, 09/09/2022 la commissione tecnica ha provveduto a visionare le schede tecniche della gara in oggetto e a compilare - per gli opportuni giudizi - la scheda di valutazione in formato *excel* per le ditte come di seguito indicate:

Advanced, Steris, Tecsud, Tecnomedical, Steelco

Di seguito si riportano le risultanze della valutazione dei prodotti secondo i relativi parametri:

Criterio 1.- la ditta Advanced offre una macchina con una camera con volume utile di 152 lt per la grande e 51 lt per la piccola.

La ditta Steelco offre per la misura grande una capacità di 140 lt e 52 lt per la piccola.

La ditta Steris offre per la misura grande una capacità di 136 lt e 60 lt per la piccola.

La ditta Tecsud offre per la misura grande un volume complessivo utile di 105 lt e per la misura piccola 43 lt.

La ditta Tecnomedical offre per la misura grande un volume di 107.4 lt e per la piccola 52,6 lt.

Le ditte Tecsud e Tecnomedical, risultano rispettivamente inadeguata e assolutamente insufficiente non soddisfacendo il requisito per le caratteristiche generali dell'apparecchiatura che prevede un volume complessivo utile di circa 120 lt (scostamento di oltre il 10% rispetto a quanto richiesto).

Criterio 2.- il sistema a gestione dell'agente sterilizzante offerto dalla ditta Advanced risponde pienamente a quanto richiesto.

Steelco offre una cassetta monodose meno funzionale.

La Steris offre un sistema multidose che non è *single-shot*.



Dalla scheda tecnica del prodotto offerto dalla Tecnomedical non si evincono specifiche relative alla sicurezza dell'agente sterilizzante, mentre il sistema offerto dalla ditta Tecsud non fa rilevare il sistema di smaltimento, pertanto le ditte risultano ambedue mediocri.

Criterio 3.- Tutte le ditte offrono prodotti analoghi, ad eccezione della ditta Advanced, la quale offre cicli *one-second* e *all clear* che si lasciano preferire.

Criterio 4.- Mentre le ditte Steris e Tecsud non specificano in maniera dettagliata le caratteristiche del ciclo di sterilizzazione e la ditta Tecnomedical dichiara unicamente cicli lunghi, la ditta Advanced dichiara fino a 40 lumi a carico, laddove la ditta Steelco dichiara fino a 22 lumi a carico.



fu-

Criterio 5.- le ditte Advanced e Steelco rispondono coi loro prodotti alle esigenze da soddisfare, mentre le ditte Tecsud, Tecnomedical e Steris offrono un sistema di apertura a libro poco funzionale che risulta gravemente insufficiente.

Criterio 6.- la ditta Advanced offre un servizio *asp-access*, mentre le altre quattro ditte offerenti con i loro prodotti presentano parametri di sterilizzazione meno precisi.

Criterio 7 e 8.- le valutazioni generali sono identiche a quelle riportate per il Criterio 6.

Criterio 9.- il sistema presentato dalla ditta Advanced offre tecnologia *all clear*, mentre le restanti si equiparano in maniera deteriore.

Criterio 10 e 11.- Tutte le ditte offrono prodotti del tutto simili.

Criterio 12.- La ditta Steelco offre carta stampante a titolo gratuito, la ditta Advanced offre una garanzia di ulteriori 12 mesi, mentre le altre tre ditte non presentano ulteriori offerte migliorative.

Criterio 13.- Le ditte si equivalgono nell'offerta dei materiali.

I Membri della Commissione

  
Paolo Spavento  
  
Catherine Aug

**LOTTO UNICO**

Fornitura con posa in opera di n. 3 sterilizzatrici a gas plasma di perossido di idrogeno, comprensivo della fornitura quinquennale di materiale di consumo, per le esigenze dell'A.O.R.N. Santobono Pausilipon

**ADVANCED  
STERILIZATION  
PRODUCTS  
ITALIA**

**STERIS**

**TECSUD**

**TECNOMEDICAL**

**STEELCO**

		ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA	STERIS	TECSUD	TECNOMEDICAL	STEELCO
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Giudizio Commissario 1	0,90	0,60	0,10	0,20	0,70
Struttura della macchina, ingombro, peso e movimentazione	Punti qualità attribuiti Commissario 1	3,60	2,40	0,40	0,80	2,80
	Giudizio Commissario 2	0,90	0,60	0,10	0,20	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	3,60	2,40	0,40	0,80	2,80
	Giudizio Commissario 3	0,90	0,60	0,10	0,20	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	3,60	2,40	0,40	0,80	2,80
	Punti massimi attribuibili	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
CRITERIO 2	Giudizio Commissario 1	0,90	0,60	0,50	0,50	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	5,40	3,60	3,00	3,00	3,60
Sistema di gestione dell'agente sterilizzante sicuro e tracciabile	Giudizio Commissario 2	0,90	0,60	0,50	0,50	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	5,40	3,60	3,00	3,00	3,60
	Giudizio Commissario 3	0,90	0,60	0,50	0,50	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	5,40	3,60	3,00	3,00	3,60
	Punti massimi attribuibili	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	CRITERIO 3	Giudizio Commissario 1	0,90	0,60	0,60	0,60

*fu*

*[Handwritten signatures]*

Presenza di un sistema di valutazione dello stato di funzionamento	Punti qualità attribuiti Commissario 1	5,40	3,60	3,60	3,60	3,60
	Giudizio Commissario 2	0,90	0,60	0,60	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	5,40	3,60	3,60	3,60	3,60
	Giudizio Commissario 3	0,90	0,60	0,60	0,60	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	5,40	3,60	3,60	3,60	3,60
CRITERIO 4	Punti massimi attribuibili	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Caratteristiche dei cicli di sterilizzazione	Giudizio Commissario 1	0,90	0,50	0,50	0,50	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	3,60	2,00	2,00	2,00	2,80
	Giudizio Commissario 2	0,90	0,50	0,50	0,50	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	3,60	2,00	2,00	2,00	2,80
	Giudizio Commissario 3	0,90	0,50	0,50	0,50	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	3,60	2,00	2,00	2,00	2,80
CRITERIO 5	Punti massimi attribuibili	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Sistema di apertura della porta della camera di sterilizzazione	Giudizio Commissario 1	0,90	0,30	0,30	0,30	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	4,50	1,50	1,50	1,50	4,50
	Giudizio Commissario 2	0,90	0,30	0,30	0,30	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	4,50	1,50	1,50	1,50	4,50
	Giudizio Commissario 3	0,90	0,30	0,30	0,30	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	4,50	1,50	1,50	1,50	4,50

*per [signature]*

CRITERIO 6	Punti massimi attribuibili	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Giudizio Commissario 1	0,90	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Punti qualità attribuiti commissario1	5,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Giudizio Commissario 2	0,90	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Punti qualità attribuiti commissario2	5,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Giudizio Commissario 3	0,90	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
CRITERIO 7	Punti qualità attribuiti commissario3	5,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Punti massimi attribuibili	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Giudizio Commissario 1	0,90	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Punti qualità attribuiti commissario1	3,60	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Giudizio Commissario 2	0,90	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Punti qualità attribuiti commissario2	3,60	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
CRITERIO 8	Giudizio Commissario 3	0,90	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Punti qualità attribuiti commissario3	3,60	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Punti massimi attribuibili	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Giudizio Commissario 1	0,90	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Punti qualità attribuiti commissario1	5,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Giudizio Commissario 2	0,90	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
CRITERIO 9	Punti qualità attribuiti commissario2	5,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Giudizio Commissario 3	0,90	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Punti qualità attribuiti commissario3	5,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Punti massimi attribuibili	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Giudizio Commissario 1	0,90	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Punti qualità attribuiti commissario1	5,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tecnologia che garantisce l'assenza di residui tossici a fine ciclo sul carico e nell'ambiente	Giudizio Commissario 2	0,90	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Punti qualità attribuiti commissario2	5,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Giudizio Commissario 3	0,90	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Punti qualità attribuiti commissario3	5,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Giudizio Commissario 1	0,90	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Punti qualità attribuiti commissario1	5,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

bel

22

22

22

22

22

22

22



	Punti qualità attribuiti commissario3	5,40	3,00	3,00	3,00	3,00
CRITERIO 10	Punti massimi attribuibili	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Sistema di lettura rapida delle prove biologiche	Giudizio Commissario 1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario1	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
	Giudizio Commissario 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario2	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
	Giudizio Commissario 3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario3	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
CRITERIO 11	Punti massimi attribuibili	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Compatibilità documentata con dispositivi medici	Giudizio Commissario 1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario1	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40
	Giudizio Commissario 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario2	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40
	Giudizio Commissario 3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario3	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40
CRITERIO 12	Punti massimi attribuibili	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Offerte migliorative	Giudizio Commissario 1	0,90	0,50	0,50	0,50	0,70
	Punti qualità attribuiti commissario1	3,60	2,00	2,00	2,00	2,80
	Giudizio Commissario 2	0,90	0,50	0,50	0,50	0,70
	Punti qualità attribuiti commissario2	3,60	2,00	2,00	2,00	2,80
	Giudizio Commissario 3	0,90	0,50	0,50	0,50	0,70
	Punti qualità attribuiti commissario3	3,60	2,00	2,00	2,00	2,80
CRITERIO 13	Punti massimi attribuibili	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Caratteristiche ed utilizzo dei materiali di consumo (es. maneggevolezza, materiali, sicurezza per	Giudizio Commissario 1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario1	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
	Giudizio Commissario 2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario2	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60

operatore)	Giudizio Commissario 3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Punti qualità attribuiti commissario3	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60



la tua me free 

pe.

LOTTO UNICO

Fornitura con posa in opera di n. 3 sterilizzatrici a gas plasma di perossido di idrogeno, comprensivo della fornitura quinquennale di materiale di consumo, per le esigenze dell'A.O.R.N. Santobono Pausilipon

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA	STERIS	TECSUD	TECNOMEDICAL	STEELCO
Punti qualità attribuiti Comm.1	61,10	41,30	38,70	39,10	46,30
Punti qualità attribuiti Comm.2	61,10	41,30	38,70	39,10	46,30
Punti qualità attribuiti Comm.3	61,10	41,30	38,70	39,10	46,30
Media dei punti di qualità attribuiti	61,10	41,30	38,70	39,10	46,30
Punteggio massimo attribuito	61,10				
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA	STERIS	TECSUD	TECNOMEDICAL	STEELCO
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00	0,68	0,63	0,64	0,76
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA	STERIS	TECSUD	TECNOMEDICAL	STEELCO
Punti qualità riparametrizzati	70,00	41,30	38,70	39,10	53,04

*for*

*Luigi...*

*[Signature]*

**LOTTO UNICO**

Fornitura con posa in opera di n. 3 sterilizzatrici a gas plasma di perossido di idrogeno, comprensivo della fornitura quinquennale di materiale di consumo, per le esigenze dell'A.O.R.N. Santobono Pausilipon

DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA	70
STERIS	41,3
TECSUD	38,7
TECNOMEDICAL	39,1
STEELCO	53,04418985
<i>de</i>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



